


MT 410

IBT MT 410 S-V10 3425, Revision Date: 2025-07-23



Description of this thermometer

- 1) ON/OFF button
- 2) Display
- 3) Battery compartment cover
- 4) Measuring sensor / measuring tip
- 5) Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

The Digital Antimicrobial Medical Thermometer provides highly accurate readings over the human body temperature range. At the same time, it reduces user contact and minimizes the dispersion of contagious microorganisms, providing high safety to the user.

Antimicrobial Copper Properties

Surfaces made or covered by special copper alloys, have strong antimicrobial properties against a wide variety of microorganisms*. Copper alloy emits antimicrobial copper ions Cu+ that whilst in contact with microbes and bacteria rupture their cellular membranes, thus destroying these microorganisms. This activity reduces the microbial flora on the coated area and – due to the «halo phenomenon» – simultaneously causes a further reduction in pathogens on the remaining body of the thermometer. Thermometers containing parts with antimicrobial copper alloy drastically reduce microbial flora, minimizing the dispersion of contagious microorganisms and thus providing high safety to the end user.

* *†*Esthlishou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections», *European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.*

Important safety instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or noting anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- When measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure the children do not use this device unsupervised; some parts are small in size and are swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from these devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping.
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

WARNING: Do not rely on the measurement result only. This device is not a diagnosis! Do not touch on the measurement result only.

- Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

- Read the instructions carefully before using this device.

- Type BF applied part

Turning on the thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ➊; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ➋ automatically for 2 seconds with the «m» icon. When the ambient temperature of less than 32 °C, a «L» and a flashing «C» appear at the display field ➌. The thermometer is now ready for use.

Function test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the thermometer

Before use, keep this thermometer out of any physical contact, for at least 2 hours. Use the antimicrobial copper properties, as described in chapter «Antimicrobial Copper Properties». The use of antimicrobial copper is a supplement to and not a substitute for standard infectious control practices. Users must continue to follow all current infection control and cleaning practices. We recommend cleaning the thermometer as described in chapter «Cleaning and disinfecting».

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 5 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ➊. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ➊ is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 3 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) / 34,7 - 37,3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ➋ under the arm into the center of the armpit so the Measuring sensor is touching the skin and position the battery compartment cover to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait **at least 5 minutes**, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35,5 - 37,5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading. Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ➋ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approximate measuring time: 10 seconds

In the anus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. Carefully insert the measuring sensor ➋ of the thermometer 1 to 2 cm into the anal aperture.

If you are unsure of the measurement method, you should consult a professional guidelines/training.

Approx. measuring time: 10 seconds

Cleaning and disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer). Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at



Description of this thermometer

➊ ON/OFF button
➋ Display
➌ Battery compartment cover
➍ Measuring sensor / measuring tip
➎ Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

The Digital Antimicrobial Medical Thermometer provides highly accurate readings over the human body temperature range. At the same time, it reduces user contact and minimizes the dispersion of contagious microorganisms, providing high safety to the user.

Antimicrobial Copper Properties

Surfaces made or covered by special copper alloys, have strong antimicrobial properties against a wide variety of microorganisms*. Copper alloy emits antimicrobial copper ions Cu+ that whilst in contact with microbes and bacteria rupture their cellular membranes, thus destroying these microorganisms. This activity reduces the microbial flora on the coated area and – due to the «halo phenomenon» – simultaneously causes a further reduction in pathogens on the remaining body of the thermometer. Thermometers containing parts with antimicrobial copper alloy drastically reduce microbial flora, minimizing the dispersion of contagious microorganisms and thus providing high safety to the end user.

* *†*Esthlishou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections», *European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.*

Important safety instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or noting anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- When measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure the children do not use this device unsupervised; some parts are small in size and are swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from these devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping.
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

Description of este termómetro

- 1) Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- 2) Pantalla
- 3) Tapa del compartimento de la batería
- 4) Sensor de medición / punta de medición
- 5) Área de limpieza y desinfección (sola sonda de termómetro)

Este Termómetro Médico Digital antimicrobiano ofrece lecturas precisas en el rango de temperatura del cuerpo humano. Al mismo tiempo, reduce la flora microbiana y minimiza la dispersión de microorganismos contagiosos, proporcionando una alta seguridad para el usuario.

Propiedades antimicrobianas del cobre

Superficies hechas o cubiertas por aleaciones especiales de cobre, tienen fuertes propiedades antimicrobianas contra una amplia variedad de microorganismos*. Aleaciones de cobre emiten iones de Cu+ antimicrobical que al contacto con microbios y bacteria rompe sus membranas celulares, destruyendo así estos organismos. Esta actividad reduce la flora microbiana en la zona recubierta y – debido al «efecto halo» – de forma simultánea causa una reducción drástica en los patógenos en el cuerpo restante del termómetro. Los termómetros que contienen piezas con aleaciones de cobre antimicrobiano reducen drásticamente la flora microbial, minimizando la dispersión de microorganismos contagiosos y por lo tanto proporcionando una alta seguridad para el usuario.

* *†*Esthlishou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections», *European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.*

Instrucciones importantes de seguridad

- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.
- Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal o axilar. No intente tomar temperaturas en otros sitios, como en el oído, ya que puede dar lugar a lecturas falsas y provocar lesiones.
- No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna señal de alarma.
- Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.
- ¡Se debe esperar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de beep.
- ¡No intente realizar mediciones receladas en personas con trastornos respiratorios que empeoran o empeoran el trastorno.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, porque podrían tragárselo o jugar con las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 3,3 m de estos aparatos cuando utilice.
- Protja e evitar el contacto de impactos y caídas!
- Evite doblar el instrumento de medición más de 45 °!
- No intente utilizar el instrumento a temperaturas superiores a 60 °C. ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!
- Recomendamos que la precisión de este dispositivo se pruebe cada dos años o después de un impacto mecánico (por ejemplo, si se cae). Póngase en contacto con su servicio local MicroLife para organizar la prueba.

ADVERTENCIA: El resultado de medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confíe sólo en el resultado de medición.

Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF

Puesta en marcha del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF ➊; un breve pitido o señal de bip indica que el «termómetro está encendido». Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en la pantalla.

La última lectura de medición se visualiza en el display ➋ automáticamente por 2 segundos con el «m» icono. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, un «L» y una «C» parpadeante aparecen en la pantalla ➌. Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

Prueba de funcionamiento

El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante «ERR» en la pantalla y ya no es posible realizar ninguna medición. En este caso, el termómetro debe sustituirse.

Uso del termómetro

Antes de usar, mantenga este termómetro fuera de cualquier contacto físico, al menos 2 horas. De esta forma las propiedades antimicrobianas del Cobre como se describe en la sección «Propiedades antimicrobianas del cobre» reducen drásticamente la flora microbiana y minimizan no un sustituto de las prácticas estándar de control de infecciones. Los usuarios deben seguir las prácticas actuales de limpieza y control de infecciones. Se recomienda limpiar y desinfectar el termómetro como se describe en la sección «Limpieza y desinfección».

Elija el método de medición preferido. Al realizar una medición, la temperatura actual se muestra continuamente y el símbolo «C» parpadea. Si se escucha el pitido 10 veces y el «C» ya no parpadea, esto significa que el aumento de temperatura es inferior a 0.1 °C en 5 segundos.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF ➊. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

Memoria del valor medido

Primra el botón de ON/OFF ➊ durante 3 segundos al encender el termómetro para visualizar la última temperatura registrada en la memoria. Al mismo tiempo, en la pantalla aparece una «M» por memoria. Unos 3 segundos después de soltar el botón, el valor de temperatura desaparece y el termómetro está listo para tomar una medición.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

En la axila (vía axilar) / 34,7 - 37,3 °C

Limpie la axila con una toallita seca. Coloque el sensor de medición ➋ debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axila toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable que el resto del cuerpo, espere **al menos 5 minutos**, independientemente del pitido.

En la boca (vía oral) / 35,5 - 37,5 °C

No coma ni beba nada caliente o fría 10 minutos antes de la medición. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.

Coloque el termómetro en uno de las dos bolsas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición tiene que estar en buen contacto con el tejido ➋. Cierre la boca y respire tranquilamente por la nariz para evitar que la medición se vea influenciada por el aire inhalado/exhalado.

Si no es posible utilizar el instrumento para medir la temperatura corporal por vía oral, rectale o axilare.

Duración aprox. de la medición: ¡10 segundos

En el ano (vía rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante.

Con cuidado, inserte el sensor de medición ➋ del termómetro de 1 a 2 cm en la abertura anal.

Si está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

Diagnóstico aprox. de la medición: ¡10 segundos

Limpieza y desinfección

Para la desinfección en el entorno de uso doméstico, use un hisopo cottonizado con alcohol isopropílico al 70%. Coloque el algodón humedecido con alcohol isopropílico al 70% para limpiar los contaminantes en la superficie de la sonda del termómetro (note: considere la aplicación y las instrucciones de seguridad del fabricante del desinfectante). Siempre comience a limpiar desde el extremo de la sonda del termómetro (aproximadamente en el medio del termómetro) hacia la punta del termómetro. Luego, done la sonda del termómetro (vea el número ➋) en el dibujo) debe sumergirse en alcohol isopropílico al 70% durante al menos 5 minutos (máx. 24 horas). Después de la inmersión, deje que el desinfectante se seque durante 1 minuto antes del próximo uso. Si no es posible utilizar el instrumento para medir la temperatura corporal por vía oral, rectale o axilare.

Sustitución de la pila

Cuando el símbolo «L» (triángulo con la punta hacia abajo) aparece en la pantalla, la pila está baja y necesita cambiarse. Para cambiar la pila, levante la tapa ➌ del compartimento de la pila del termómetro. Inserte la nueva pila de manera que el signo + quede mirando hacia arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se pueden comprar en cualquier tienda de electricidad.

Especificaciones técnicas

Tipo: Termómetro de máxima 32,0 °C a 42,9 °C

Temp. de medición: Temp. > 32,0 °C; display «L» por low (demasiado baja) Temp. > 42,9 °C; display «H» por high (demasiado alta)

Precisión de medición: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C

Condiciones de funcionamiento: ± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C and 42,1 - 42,9 °C

Condiciones de almacenamiento: -25 - +60 °C; 15 - 95% de humedad relativa como máximo

Batería: SR41 (1.55V)

Duración de la batería: approx. 2700 mediciones (usando una batería nueva)

Clase IP: IP22

Referencia a los estándares: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112, IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Vida útil esperada: 5 años o 10000 mediciones

Este dispositivo está en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Garantía

Este dispositivo tiene una **garantía de 2 años** a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, a nuestra discreción, MicroLife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.

La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.

Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:

- Costos de transporte y riesgos del transporte.
 - Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
 - Dato causado por fugas de baterías.
 - Dato causado por accidente o mal uso.
 - Materia de empaque / almacenamiento e instrucciones de uso.
 - Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).
 - Accesorios y piezas de desgaste. Batería.
- Este servicio de garantía se proporciona a cambio de una comisión con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de MicroLife. Puede ponerse en contacto con su servicio local MicroLife a través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.

La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorga en el caso de un producto defectuoso que devuelva a la fábrica original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

Descripcion du thermomètre

- 1) Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- 2) Écran
- 3) Couverture du logement de la pile
- 4) Capteur / embout de mesure
- 5) Zone de nettoyage et de désinfection (sonde thermomètre uniquement)

Ce thermomètre médical antimicrobien digital délivre des mesures précises de la température corporelle humaine. En même temps, il réduit la flore microbienne et réduit au minimum la dispersion des micro-organismes contagieux, permettant ainsi d'être sûr sur l'utilisation final.

Propriétés de cuivre antimicrobien

Surfaces composées ou couvertes par des alliages de cuivre spéciaux, ont une forte activité anti-microbiennes contre une grande variété de micro-organismes*. Les alliages de cuivre émettent des ions de Cu+ antimicrobienne qui en contact avec les microbes et les bactéries rompent leur membranes cellulaires, entraînant ainsi la destruction de ces micro-organismes. Cette activité anti-microbienne réduit la flore sur la zone recouverte et – en raison de la «phénomène de halo» – simultanément provoque une réduction drastique des agents pathogènes sur le reste du corps du thermomètre. Thermomètres contenant un alliage de cuivre antimicrobien qui réduit la flore microbienne en limitant la dispersion des micro-organismes contagieux, garantissant ainsi l'hygiène et sécurité à son utilisateur.

* *†*Esthlishou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections», *European Infectious Diseases, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.*

Importantes précautions d'emploi

- Respectez les instructions d'utilisation. Ce document fournit des informations importantes de fonctionnement et de sécurité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour mesurer la température du corps humain par voie orale, rectale ou axillaire. N'essayez pas de prendre des températures sur d'autres parties, comme des oreilles, cela peut entraîner de fausses lectures et des lésions.

- N'utilisez pas cet appareil si l'est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d'inhabituel.
- Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de nettoyer cet appareil suivant les instructions ci-dessous avant toute utilisation.
- Toujours respecter la durée minimale de mesure en attendant que le bip soit entendu.
- N'utilisez pas pour certains endroits du corps, il faut attendre en continu la température même après le bip, lire la section «Méthodes de mesure / Température normale corporelle».
- Ne faites pas de prise par voie rectale sur des personnes souffrant de troubles rectaux. Cela pourrait aggraver les problèmes.
- Ne tentez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourré avec des câbles ou des tuyaux.

• Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.

- Veuillez à ne pas laisser tomber l'instrument et à ne pas lui faire subir des chocs.
- Évitez de pier flexible du thermomètre à plus de 45 °!
- Ne pas exposer l'instrument à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l'instrument!
- Utilisez uniquement les désinfectants commerciaux répertoriés dans la section «Nettoyage et désinfection» pour nettoyer l'appareil afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
- Nous recommandons de faire tester cet appareil pour vérifier sa précision tous les deux ans ou après un choc (par exemple en cas de chute). Veuillez contacter votre service local MicroLife pour le test.

ATTENTION: La mesure délivrée par ce thermomètre ne constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au résultat de la mesure.

Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Partie appliquée du type BF

Partie appliquée du type BF

Partie appliquée du type BF

Partie appliquée du type BF

Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF ➊. Un bref bip indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'franchage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. La dernière mesure s'affiche à l'écran ➋ pendant 2 secondes avec le symbole «m».

Si la température ambiante inférieure à 32 °C, un «L» s'affiche et un «C» se met à clignoter sur l'écran ➌. Le thermomètre est alors prêt à l'emploi.

Test de fonctionnement

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «ERR» s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

Utilisation du thermomètre

Avant utilisation, gardez ce thermomètre de tout contact physique, au moins 2 heures. Ceci minimise les propriétés de cuivre antimicrobiens, comme décrit dans le chapitre «Propriétés de cuivre antimicrobiens». L'utilisation antimicrobienne est un complément et non un substitut à la norme des pratiques de contrôle infectieuses; Les utilisateurs doivent continuer à suivre tous les contrôles des infections et des pratiques de nettoyage. Nous vous recommandons de nettoyer le thermomètre comme décrit dans le chapitre «Nettoyage et désinfection».

Coloquez le thermomètre en un des deux endroits situés à gauche et à droite du bras au centre de la fosse de la langue. Le capteur de mesure doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré.

Si cela n'est pas possible à cause de vos voies respiratoires bloquées, essayez de faire une mesure par voie rectale.

Mesure effectuée en 10 secondes environ

Température rectale (dans le rectum) / 36,6 - 38,0 °C

L'utilisation d'un couvre-sond et l'utilisation d'un lubrifiant sont recommandées.

Introduire doucement l'embout ➋ d'environ 1 à 2 cm dans le rectum.

Si vous ne pouvez pas utiliser le thermomètre, contactez votre service d'un professionnel pour demander conseil.

Mesure effectuée en 10 secondes environ

Température axillaire (sous l'aisselle) / 34,7 - 37,3 °C

Essuyez les aisselles avec une serviette sèche. Placez la sonde de mesure ➋ sous le bras au centre de la fosse de la langue. Le capteur de mesure doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré.

