



Welch Allyn® Green Series™ Exam Light IV

901067 EXAM/PROCEDURE LIGHT

Instructions for use (English)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revision date: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, this instructions for use or any part thereof without permission from Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") assumes no responsibility for any injury to anyone that may result from (i) failure to properly use the product in accordance with the instructions, cautions, warnings, or statement of intended use published in this manual, or (ii) any illegal or improper use of the product. Welch Allyn is a trademark of Welch Allyn, Inc. Hillrom is a trademark of Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP and EU IMPORTER
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Authorized Australian Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Intended use

The Welch Allyn GS Exam Light IV is designed to meet the various needs of the physician's office, hospital environment, and specialist's office. It is not intended for rendering diagnosis or surgery.

Indications for use

The devices shall be used in hospitals and health care facilities by trained healthcare professionals to provide additional illumination while performing examinations and minor procedures.

Contraindications

The devices shall not be used to render diagnosis or in surgery.

Symbol descriptions

For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary: [welchallyn.com/symbolsglossary](https://www.welchallyn.com/symbolsglossary)

- WARNING** The warning statements in this manual identify conditions or practices that could lead to illness, injury, or death. Warning symbols will appear with a grey background in a black and white document.
- CAUTION** The caution statements in this manual identify conditions or practices that could result in damage to the equipment or other property, or loss of data.
- Product Identifier
- Reorder number
- Lot code
- Global Trade Item Number

- Consult instructions for use
- Medical device
- Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional"
- Manufacturer
- Authorized Representative in the European Community

- WARNING** High intensity light
- Use indoors
- Temperature limits
- Atmospheric pressure limitation
- Humidity limitation
- Power on/off
- Alternating current (AC)
- Do not re-use, Single use device
- Mass in kilograms (kg)
- Fragile
- This way up
- Stacking limit by number
- Keep dry
- Recyclable
- Separate collection of Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose as unsorted municipal waste.

Warnings

WARNING Read and understand the instructions before using this product. Failure to understand the operating requirements for this product might result in injury to yourself or the patient, and/or might damage the instrument.

WARNING Illumination is intense. To minimize risk of harm to the eyes from optical radiation hazards, avoid looking at bright light sources and their reflections, do not stare at the light source in operation, and protect eyes where normal pupil sizes and aversion responses are not present.

WARNING Use the examination light in its intended working range of 16 in (40 cm). Exposures at closer distances may be harmful to skin. To minimize risk of harm to the skin from optical radiation hazards, minimize illumination intensity at the tissue examination site, minimize exposure times, and take additional precautions when skin sensitivity has been altered through tissue trauma or the use of anesthesia.

WARNING This is a class A product. In a hospital/physician's office environment this product might cause radio interference in which case the user should take adequate measures.

WARNING This product complies with current required standards for electromagnetic interference and should not present problems to other equipment or be affected by other devices. As a precaution, avoid using this device in close proximity to other equipment.

WARNING Do not modify this equipment. Any modification of this equipment can lead to patient injury. Any modification of this equipment voids the product warranty.

WARNING Personal injury risk. To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.

WARNING Personal injury risk. The power cord is the disconnect device to isolate this equipment from supply mains. Position the equipment so that it is not difficult to reach to disconnect the cord.

Cautions


CAUTION Only authorized Hillrom Service Centers can perform service on this product.
CAUTION There are no user serviceable/replaceable parts.

Residual risks

This product complies with relevant electro-magnetic interference, mechanical safety, performance, and biocompatibility standards. However, the product cannot completely eliminate potential patient or user harm from the following:



- Harm or device damage associated with electro-magnetic hazards,
- Harm from mechanical hazards,
- Harm from device, function, or parameter unavailability,
- Harm from misuse error, such as inadequate cleaning, and/or
- Harm from device exposure to biological triggers that may result in a severe systemic allergic reaction.

Mounting Table/wall mount



WARNING Ensure that the mounting bracket is securely anchored to the wall or table, or that the mobile stand is securely assembled, and the exam light is securely fastened to the bracket or stand as directed. Do not hang or place objects on the equipment.

Setup instructions Mobile stand assembly instructions



Cleaning

WARNING Ensure that the device is unplugged from wall socket.

Focusing sleeve

- CAUTION** Do NOT clean with alcohol.
- 1. Clean with a cloth dampened with warm water and mild detergent.
- 2. Follow with a cloth dampened with warm water.
- 3. Dry with a clean cloth.

Control box

- 1. Clean with a cloth dampened with any of these approved cleaning agents:
 - warm water and mild detergent
 - 70 percent isopropyl alcohol
 - 10 percent bleach solution
- 2. Follow with a cloth dampened with warm water.
- 3. Wipe dry with a clean cloth.

After cleaning, inspect the device for wear, fraying, or other damage. Do not use if you see signs of damage, if the instrument malfunctions, appears not to be working properly, or if you notice a change in performance. Contact Hillrom Technical Support department for assistance.

Troubleshooting Green light not illuminated

Possible cause
Power supply fault. No power supplied to light.

Solution
Verify all cables are connected correctly.

Green light illuminated

Possible cause
Light is not functioning correctly.

Solution
Contact Hillrom Technical Support.

Disposal

Users must adhere to all federal, state, regional, and/or local laws and regulations as they pertain to the safe disposal of medical devices and accessories. If in doubt, the user of the device should first contact Hillrom Technical Support for guidance on safe disposal protocols.

[welchallyn.com/weee](https://www.welchallyn.com/weee)



PATENT/PATENTS

hillrom.com/patents
May be covered by one or more patents. See above Internet address. The Hill-Rom companies are the proprietors of European, US, and other patents and pending patent applications.

Hillrom Technical Support

For information about any Hillrom product, contact Hillrom Technical Support at hillrom.com/en-us/about-us/locations

Notice to users and/or patients in EU

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Performance characteristics

Spot size: Adjustable from 4 to 10 inches in diameter $\pm$ 10% at 16 inch working distance

Spot type: Sharp Edge

Specifications

Electrical

Input: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0.30A max

Environment

- Temperature
 - Operating: 50 °F – 95 °F (10 °C – 35 °C)
 - Transport/storage: -4 °F – 120 °F (-20 °C – 49 °C)
- Relative humidity, non-condensing
 - Operating: 15 – 90%
 - Transport/storage: 15 – 95%
- Atmospheric pressure
 - Operating: 700 – 1060 hPa
 - Transport/storage: 500 – 1060 hPa

Equipment classification

Safety Class 1, Continuous Operation

Additional technical information

[welchallyn.com/gsseries](https://www.welchallyn.com/gsseries)

Standards and compliance

The device complies with the following standards:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Country-specific standards are included in the applicable Declaration of Conformity

Lot code

YYWW (on product)
YYDDD (on package)
YY= last 2 digits of the year
WW= week of the year
DDD=consecutive day of the Julian year

Guidance and manufacturer's declaration/EMC

For information about electromagnetic compatibility (EMC), see the Welch Allyn website [welchallyn.com/emc-examlight](https://www.welchallyn.com/emc-examlight).

A printed copy of the emissions and immunity information can be ordered from Welch Allyn for delivery within 7 calendar days.

Accessories

- 48950 Mobile Stand for GS Light IV
- 48955 Table / Wall Mount for GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600
- 44215 12" Wall Mount Extension
- 52640 Disposable Sheaths for GS Exam Light IV

Warranty

Five years.

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.





Hillrom™

Vyšetřovací světlo Welch Allyn® Green Series™ IV

901067 VYŠETŘOVACÍ/PROCEDURÁLNÍ SVĚTLO

Návod k použití (Česky)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Datum revize: 2021-02

© 2021, Welch Allyn, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu společnosti Welch Allyn je zakázáno tento návod k použití nebo jakoukoli jeho část reprodukovat či duplikovat v jakékoli formě. Společnost Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn“) nepřijímá žádnou odpovědnost za případná zranění osob, která mohou vyplývat z (i) nesprávného používání výrobku v rozporu s pokyny, upozorněními, varováními nebo zamýšleným účelem použití, které jsou uvedeny v tomto manuálu, nebo (ii) jakéhokoli nezákonného nebo nesprávného použití produktu.

Welch Allyn je ochranná známka společnosti Welch Allyn, Inc.
Hillrom je ochranná známka společnosti Hill-Rom Services, Inc.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. je dceřinou společností společnosti Hill-Rom Holdings, Inc.

EC

REP

a DOVOZCE DO EU
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE

Autorizovaný australský sponzor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Určené použití

Vyšetřovací světlo Welch Allyn GS IV bylo navrženo tak, aby splnilo různé potřeby ordinace praktického lékaře, nemocničního prostředí nebo ordinace lékaře specialisty. Není určeno ke stanovení diagnózy ani k použití během operace.

Indikace k použití

Přístroje jsou určeny pro použití v nemocnicích a lékařských zařízeních, a to proškolenými zdravotnickými pracovníky. Poskytují dodatečné osvětlení během vyšetření a zákroků menšího měřítka.

Kontraindikace

Přístroje nejsou určeny pro použití při stanovování diagnózy nebo během operací.

Popisy symbolů

Informace o původu těchto symbolů najdete ve slovníčku symbolů společnosti Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

 **VAROVÁNÍ** Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k onemocnění, zranění nebo smrti. Varování se zobrazuje se šedým pozadím v černobílém dokumentu.

 **UPOZORNĚNÍ** Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí nebo ke ztrátě dat. Tato definice se vztahuje na žluté i černobílé symboly.

 Identifikátor výrobku

 Číslo pro další objednávku

 Kód šarže

 Mezinárodní číslo obchodní položky

 Nahleďte do návodu k použití

 Zdravotnický prostředek

Rx ONLY Pouze na lékařský předpis nebo „k použití odborným lékařem nebo na jeho objednávku“

	Výrobce
	Autorisert representant i EU
	Výstraha: Světelný zdroj s vysokou intenzitou
	Používejte uvnitř
	Teplotní limity
	Omezení atmosférického tlaku
	Omezení vlhkosti
	Zapnutí/vypnutí
	Střídavý proud (AC)
	Nepoužívejte opakovaně, prostředek na jedno použití
	Hmotnost v kilogramech (kg)
	Křehké
	Touto stranou nahoru
	Omezený počet při stohování
	Uchovávejte v suchu
	Recyklovatelné
	Tříděný odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení. Neodhazujte do směsného komunálního odpadu.

Varování

VAROVÁNÍ Před použitím výrobku je nutné prostudovat si tyto pokyny a porozumět jim. Pokud požadavkům na obsluhu tohoto výrobku neporozumíte, můžete zranit sami sebe či pacienta nebo poškodit vybavení. **VAROVÁNÍ** Osvětlení je intenzivní. Během používání se nedívejte do světelného zdroje. Může dojít k poškození zraku. Za účelem minimalizace poškození zraku v důsledku rizik optického záření se nedívejte do jasných světelných zdrojů a jejich odrazů a chrante oči, jejichž panenky nemají běžnou velikost a u kterých nejsou přítomny reakce na podráždění. **VAROVÁNÍ** Vyšetřovací světlo používejte v určeném provozním rozsahu 40 cm (16"). Vystavení při nižší vzdálenosti může poškodit pokožku. Za účelem minimalizace poškození pokožky v důsledku rizik optického záření minimalizujte intenzitu osvětlení v místě vyšetření tkáně, minimalizujte dobu působení a proveďte další preventivní opatření, pokud došlo v důsledku porušení pokožky nebo použití anestetik ke změně citlivosti pokožky. **VAROVÁNÍ** Tento výrobek je výrobkem třídy A. V prostředí nemocnice nebo ordinace praktického lékaře může tento výrobek způsobit radiové rušení. V takovém případě může být nutné přijmout odpovídající opatření. **VAROVÁNÍ** Tento výrobek splňuje aktuální požadované normy v oblasti elektromagnetického rušení a neměl by působit problémy pro ostatní vybavení, ani by jej neměla ovlivňovat ostatní zařízení. V rámci preventivního opatření nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiného vybavení. **VAROVÁNÍ** Toto vybavení neupravujte. Jakákoliv úprava tohoto vybavení může způsobit zranění pacienta. Jakákoliv úprava tohoto vybavení zneplatní záruku výrobku.

VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění osob. Aby nedošlo k poranění elektrickým proudem, musí být tento přístroj připojován pouze k elektrické síti s ochranným zemněním.

VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění osob. Napájecí kabel je odpojitelné zařízení, které izoluje tento přístroj od elektrické sítě. Umístěte přístroj tak, aby odpojení kabelu nebylo komplikované.

! Výstrahy

UPOZORNĚNÍ Servis výrobku smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska společnosti Hillrom.
UPOZORNĚNÍ Zařízení neobsahuje žádné díly, jejichž servis nebo výměnu může provést sám uživatel.


Zbytkové riziko

Tento produkt vyhovuje příslušným normám o elektromagnetickém rušení, mechanické bezpečnosti, výkonu a biologické kompatibilitě. U výrobku však nelze úplně vyloučit potenciální možnost následujících poškození pacienta nebo uživatele:

- Poškození zdraví nebo poškození zařízení spojené s elektromagnetickými riziky,
- Poškození způsobené mechanickými riziky,
- Poškození způsobené nedostupností zařízení, funkcí nebo parametrů,
- Poškození způsobené nesprávným používáním, jako je nedostatečné čištění a/nebo
- Poškození způsobené vystavením zařízení biologickým faktorům, které mohou vést k závažné systémové alergické reakci.

Instalace


Instalace na stůl/zeď





 **VAROVÁNÍ** Zajistěte, aby byl držák bezpečně ukotven ke zdi nebo stolu nebo aby byl mobilní stojan bezpečně sestaven a vyšetřovací světlo bylo podle pokynů bezpečně připraveno k držáku nebo stojanu. Na vybavení nezavěšujte ani neumísťujte předměty.

Pokyny k nastavení

Pokyny k sestavení mobilního stojanu



Nastavení



Čištění

 **VAROVÁNÍ** Ověřte, zda je zařízení vypojeno ze zásuvky.

Zaostřovací objímka

-   **UPOZORNĚNÍ** K čištění NEPOUŽÍVEJTE alkohol.
- Očistěte pomocí hadříku namočeného do teplé vody a jemného čistícího prostředku.
 - Poté použijte hadřík namočený do teplé vody.
 - Otřete dosucha čistým hadříkem.

Ovládací skříň

-  1. Čistěte hadříkem navlčeným jakýmkoli z těchto schválených čistících prostředků:
- teplá voda a jemný čistící prostředek
 - 70% izopropyl alkohol
 - 10% bělicí roztok
- Poté použijte hadřík namočený do teplé vody.
 - Otřete dosucha čistým kusem látky.

Po čištění zkontrolujte, jestli zařízení není opotřebované nebo poškozené. Přístroj nepoužívejte, pokud vidíte známky poškození, pokud má závadu, nefunguje správně nebo pokud si všimnete změny ve výkonu. Potřebujete-li pomoc, obraťte na technickou podporu společnosti Hillrom.

Řešení problémů

Zelená kontrolka nesvíí
Možná příčina
Selhání přívodu elektrické energie. Do světla není přiváděna elektrická energie.

Řešení
Ověřte, zda jsou všechny kabely připojeny správně.

Zelená kontrolka svíí
Možná příčina
Světlo nefunguje správně.
Řešení
Kontaktovat technickou podporu společnosti Hillrom.

Likvidace

Uživatelé by se měli řídit všemi místními, národními a/nebo regionálními zákony a směrnici, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství. V případě pochybností se uživatel zařízení musí nejprve obrátit na technickou podporu společnosti Hillrom, aby získal pokyny ohledně protokolů o bezpečné likvidaci.

 welchallyn.com/weee

PATENT/PATENTY

hillrom.com/patents
Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů. Viz výše uvedenou internetovou adresu. Společnosti skupiny Hill-Rom jsou držiteli evropských, amerických a jiných patentů a předkladateli projednávaných patentových přihlášek.

Technická Podpora Hillrom

Informace o kterékoli produktu od společnosti Welch Allyn můžete získat od technické podpory společnosti Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž se uživatel nebo pacient nachází.

Výkonnostní charakteristika

Osvětlovaná plocha: Nastavitelný průměr od 4 do 10 palců ± 10 % při pracovní vzdálenosti 16 palců
Typ osvětlované ploch: Ostrá hrana

Technické údaje

Elektrické údaje

Vstup: 100–240 V ~ 50–60 Hz, 0,30 A max

Prostředí

- Teplota
- Provozní: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Přeprava/skladování: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Relativní vlhkost, nekondenzující
- Provozní: 15 – 90 %
 - Přeprava/skladování: 15 – 95%
- Atmosférický tlak
- Provozní: 700 – 1060 hPa
 - Přeprava/skladování: 500 – 1060 hPa

Klasifikace vybavení

Bezpečnostní třída 1, nepřetržitý provoz
Přeprava/skladování: z

Další technické údaje

welchallyn.com/gsseries

Normy a kompatibilita

Přístroj odpovídá následujícím standardům:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Standardy specifické pro jednotlivé země nejsou zahrnuty v příslušném prohlášení o shodě.

Kód šarže

RRTT (na produktu)
RRDD (na obalu)
RR = poslední 2 číslice roku
TT = týden v roce
DDD = za sebou jdoucí dny juliánského kalendáře

Pokyny a prohlášení výrobce/EMC

Informace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) najdete na webu společnosti Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

Výtisk informací o emisích a imunitě si můžete objednat od společnosti Welch Allyn a bude vám dodán do 7 kalendářních dnů.

Příslušenství

48950	Mobilní stojan pro světlo GS IV
48955	Montáž na stůl/stěnu pro vyšetřovací světlo GS IV / GS 300 / GS 600
44215	Prodloužení pro montáž na stěnu 12"
52640	Jednorázová pouzdra pro vyšetřovací světlo GS IV

Záruka

Pět let.

Společnost Hill-Rom si vyhrazuje právo na provádění změn konstrukce, technických parametrů a modelového označení bez předchozího upozornění. Jedinou zárukou, kterou společnost Hill-Rom poskytuje, je výslovná písemná záruka vztahující se na prodej nebo pronájem těchto výrobků.





Welch Allyn® Green Series™

Untersuchungsleuchte IV

#

901067 UNTERSUCHUNGS/BEHANDLUNGSLEUCHTE

Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

REF

773428, DIR 80027579 Ver. A, Revisionsdatum: 2021-02



© 2021 Welch Allyn, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne Einwilligung von Welch Allyn darf dieses Handbuch weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form kopiert oder vervielfältigt werden. Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn“) übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen, die durch (i) die unsachgemäße Verwendung des Produkts gemäß den Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder der Erklärung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in diesem Handbuch oder (ii) illegale oder unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen können.

Welch Allyn ist eine Marke von Welch Allyn, Inc.
Hillrom ist eine Marke von Hill-Rom Services, Inc.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Hill-Rom Holdings, Inc..

EC

REP

und EU-IMPORTEUR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Autorisierter australischer Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Welch Allyn Untersuchungslampe GS ist so konstruiert, dass sie die verschiedenen Bedürfnisse einer Arztpraxis, eines Krankenhauses und eines Facharztes erfüllt. Sie ist nicht für Diagnosen oder Operationen gedacht.

Hinweise für die Verwendung

Die Geräte sind in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen von geschultem medizinischem Fachpersonal zu verwenden, um bei der Durchführung von Untersuchungen und kleineren Eingriffen für zusätzliche Beleuchtung zu sorgen.

Kontraindikationen

Die Geräte dürfen nicht zur Diagnose oder bei Operationen verwendet werden.

Symbolbeschreibungen

Informationen zum Ursprung dieser Symbole finden Sie im Symbolglossar von Welch Allyn unter welchallyn.com/symbolglossary

	WARNUNG Die Warnhinweise in diesem Handbuch beschreiben Umstände oder Vorgehensweisen, die zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tode führen können. Warnsymbole werden in Schwarz-Weiß-Dokumenten auf grauem Hintergrund wiedergegeben.
	ACHTUNG De aandachtspunten met dit symbool in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen, of tot verlies van gegevens.
	Produkt-ID
	Nachbestellnummer
	Chargen-Code
	GTIN (Global Trade Item Number)
	Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt

	Nur Verschreibung oder "Für die Verwendung durch oder im Auftrag einer lizenzierten medizinischen Fachkraft".
	Hersteller
	Autorisierter Händler in der Europäischen Gemeinschaft
	WARNUNG Licht hoher Intensität
	Einsatz in Innenräumen
	Zulässiger Temperaturbereich
	Zulässiger Luftdruck
	Zulässige Luftfeuchtigkeit
	Netz ein/aus
	Wechselstrom (AC)
	Nicht wiederverwenden, Gerät zur einmaligen Verwendung
	Masse in Kilogramm (kg)
	Zerbrechlich
	Oben
	Maximale Stapelhöhe nach Anzahl
	Vor Feuchtigkeit schützen
	Recyclbar
	Separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen.

Warnungen

WARNUNG Lesen und verstehen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie die Anweisungen für dieses Gerät nicht verstehen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen, dem Patienten und/oder zu Schäden am Gerät führen.

WARNUNG Die Beleuchtung ist intensiv. Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle schauen. Das könnte schädlich für die Augen sein. Um das Risiko für Augenschäden durch optische Strahlung zu minimieren, vermeiden Sie das Hineinschauen in helle Lichtquellen und deren Reflexionen und schützen Sie die Augen, wo keine normalen Pupillengrößen und Aversionsreaktionen auftreten.

WARNUNG Setzen Sie die Untersuchungslampe mit der vorgeschriebenen Entfernung von 40 cm ein. Geringere Abstände können für die Haut gefährlich sein. Zur Minimierung des Risikos für die Haut durch optische Strahlung minimieren Sie die Beleuchtungsstärke bei der Gewebeuntersuchung und minimieren Sie die Zeiten, in denen die Haut der Bestrahlung ausgesetzt ist. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich die Hautempfindlichkeit durch ein Gewebetrauma oder den Gebrauch von Narkotika geändert hat.

WARNUNG Es handelt sich um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann in einer Arztpraxis/im Krankenhaus Frequenzstörungen verursachen, wobei der Benutzer unter Umständen angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen muss.

WARNUNG Dieses Produkt entspricht den momentan gültigen Richtlinien für elektromagnetische Störungen und sollte keine Störungen anderer Geräte verursachen. Andere Geräte sollten sich auch nicht auf dieses Gerät auswirken. Als Vorsichtsmaßnahme vermeiden Sie, dieses Gerät in der unmittelbaren Nähe anderer Geräte einzusetzen.

WARNUNG Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät vor. Änderungen an diesem Gerät können zur Verletzung des Patienten führen. Jede Änderung an diesem Gerät führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

WARNUNG Verletzungsgefahr. Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr darf dieses Gerät nur an eine Netzstromversorgung mit Schutzerde angeschlossen werden.

WARNUNG Verletzungsgefahr. Das Gerät ist nur dann von der Netzspannung getrennt, wenn das Netzkabel abgezogen ist. Das Gerät muss so platziert werden, dass das Netzkabel zum Herausziehen einfach zu erreichen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

VORSICHT Wartungsarbeiten an diesem Produkt dürfen nur von autorisierten Servicezentren von Welch Allyn durchgeführt werden.
VORSICHT Es gibt keine Ersatzteile.


Restrisiko

Dieses Produkt erfüllt die relevanten Normen im Hinblick auf elektromagnetische Interferenzen, mechanische Sicherheit, Leistung und Biokompatibilität. Folgende potenzielle Verletzungen des Patienten oder Anwenders können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden:

- Verletzungen oder Geräteschäden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Gefahren
- Verletzungen durch mechanische Gefahren
- Verletzungen durch Nichtverfügbarkeit von Geräten, Funktionen oder Parametern
- Verletzungen durch falsche Bedienung, wie z. B. unzureichende Reinigung und/ oder
- Verletzungen durch Kontakt mit biologischen Auslösern, die zu einer schweren systemischen allergischen Reaktion führen können.

Montage


Tisch/Wandmontage





WARNUNG Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterungen sicher in der Wand oder am Tisch verankert sind und die Untersuchungslampe vorschriftsmäßig sicher an den Halterungen oder dem Ständer befestigt ist. Hängen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Aufbauanleitungen

Zusammenbau des mobilen Ständers



Aufbau



Reinigung

WARNUNG Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist.

Fokussierhülse



- VORSICHT** NICHT mit Alkohol reinigen.
1. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
 2. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen.
 3. Verwenden Sie zum Abtrocknen ein sauberes Tuch.

Steuergerät

1. Mit einem Tuch reinigen, das mit einem der folgenden zugelassenen Reinigungsmittel angefeuchtet ist:
 - warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel
 - 70 Prozent Isopropylalkohol
 - 10-prozentige Bleichmittellösung
2. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen.
3. Mit einem sauberen Tuch trockenreiben.

Prüfen Sie das Medizinprodukt nach dem Reinigen auf Verschleiß, Ausfransen und sonstige Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden zu erkennen sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie eine Leistungsänderung bemerken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hillrom.

Fehlerbeseitigung

	Grünes Licht leuchtet nicht Mögliche Ursache Stromversorgung ausgefallen. Keine Stromversorgung für die Lampe. Lösung Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
	Grünes Licht leuchtet Mögliche Ursache Die Lampe funktioniert nicht richtig. Lösung Wenden Sie sich an den technischen Support von Hillrom.

Entsorgung

Die Benutzer müssen alle Gesetze und Vorschriften des Bundes, des Landes, der Region und/oder der Kommune einhalten, die sich auf die sichere Entsorgung von Medizinprodukten und Zubehör beziehen. Im Zweifelsfall sollte sich der Benutzer des Geräts zunächst an den technischen Support von Hillrom wenden, um Anweisungen zu sicheren Entsorgungsmaßnahmen zu erhalten.

 welchallyn.com/weee

PATENT/PATENTE

hillrom.com/patents
Möglicherweise durch ein oder mehrere Patent(e) geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der unten stehenden Internetadresse. Die Unternehmen von Hill-Rom sind Inhaber von Patenten und Patentanträgen in Europa, den USA und anderen Ländern.

Hillrom Technischer Kundendienst

Bei Fragen zu den Produkten von Welch Allyn, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Hinweis für Anwender und/oder Patienten in der EU

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die in Bezug auf das Gerät aufgetreten sind, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

Leistungsmerkmale

Lichtkegelgröße: Durchmesser von 4 bis 10 Zoll (ca. 10 bis 25 cm) einstellbar ± 10 % bei 16 Zoll (ca. 41 cm) Arbeitsabstand

Lichtkegelart: Scharfe Kante

Spezifikationen

Elektrizität

Stromversorgung: 100-240 V~ 50 - 60 Hz, max. 0,30 A

Umgebung

Temperatur
• Betrieb: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
• Transport/Lagerung: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
• Betrieb: 15 – 90 %
• Transport/Lagerung: 15 – 95%
Luftdruck
• Betrieb: 700 – 1060 hPa
• Transport/Lagerung: 500 – 1060 hPa

Geräteklassifizierung

Sicherheitsklasse 1, Dauerbetrieb

Weitere technische Angaben

welchallyn.com/gsseries

Einhaltung von Normen

Das Gerät entspricht den folgenden Normen
IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

Länderspezifische Normen sind in der entsprechenden

Chargen-Code

JJWW (auf dem Produkt)
JJTTT (auf der Verpackung)
JJ = letzte zwei Ziffern des Jahres
WW = Woche des Jahres
TTT = aufeinanderfolgender Tag des julianischen Jahres

Richtlinien und Herstellererklärung/EMV

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) finden Sie auf der Welch Allyn Website: welchallyn.com/emc-examlight.

Eine gedruckte Version der Informationen zu Störstrahlungen und Störfestigkeit kann bei Welch Allyn zur Lieferung innerhalb von 7 Kalendertagen bestellt werden.

Zubehör

48950	Mobiler Ständer für GS Leuchte IV
48955	Tisch-/Wandhalterung für GS Untersuchungsleuchte IV/ GS 300/GS 600
44215	12-Zoll-Wandhalterungsverlängerung (ca. 30,5 cm)
52640	Einweghüllen für GS Untersuchungsleuchte IV

Garantie

Fünf Jahre.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Verkauf oder den Verleih seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.





Hillrom™


Φωτισμός εξέτασης IV

Welch Allyn® Green Series™

901067 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οδηγίες χρήσης (Ελληνικά)

REF 773428, DIR 80027579 Έκδ. Α, Ημερομηνία αναθεώρησης: 2021-02



© 2021 Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η δημιουργία αντιγράφου αυτών των οδηγιών χρήσης ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την εξουσιοδότηση της Welch Allyn. Η Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμό που μπορεί να είναι αποτέλεσμα (i) της μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις, τις προειδοποιήσεις ή τη δήλωση προοριζόμενης χρήσης, όπως αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, ή (ii) για οποιαδήποτε παράνομη ή παράτυπη χρήση του προϊόντος. Το Welch Allyn είναι εμπορικό σήμα της Welch Allyn, Inc. Το Hillrom είναι εμπορικό σήμα της Hill-Rom Services, Inc.

	Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com H Welch Allyn, Inc. είναι θυγατρική της Hill-Rom Holdings, Inc.	
	και ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΕ Welch Allyn Limited Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath C15 AW22 Ireland
	

Εξουσιοδοτημένος χορηγός στην Αυστραλία
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Προοριζόμενη χρήση

Το σύστημα φωτισμού GS Exam Light IV της Welch Allyn είναι σχεδιασμένο για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών ενός ιατρείου, περιβάλλοντος νοσοκομείου ή γραφείου επαγγελματία υγείας. Δεν προορίζεται για την παροχή διάγνωσης ή για χειρουργικές διαδικασίες.

Ενδείξεις χρήσης

Οι συσκευές προορίζονται για χρήση σε νοσοκομεία και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας για την παροχή πρόσθετου φωτισμού κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων και μικροεπεμβάσεων.

Αντενδείξεις

Οι συσκευές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή διάγνωσης ή σε χειρουργείο.

Περιγραφές συμβόλων

Για πληροφορίες σχετικά με την προέλευση αυτών των συμβόλων, ανατρέξτε στο γλωσσάρι συμβόλων της Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

	Προειδοποίηση Οι δηλώσεις προειδοποίησης αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να επιφέρουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο. Τα σύμβολα προειδοποίησης εμφανίζονται με γκρι φόντο σε ασπρόμαυρα έγγραφα.
	Σύσταση προσοχής Οι δηλώσεις προφύλαξης αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή άλλο αντικείμενο ή απώλεια δεδομένων.
	Αναγνωριστικό προϊόντος
	Αριθμός επαναληπτικής παραγγελίας
	Κωδικός παρτίδας
	Παγκόσμιος εμπορικός αριθμός είδους
	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
	Ιατροτεχνολογική συσκευή

Rx ONLY	Μόνο κατόπιν συνταγής ή "Για χρήση από επαγγελματία υγείας με άδεια χρήσης ή κατόπιν εντολής αυτού"
	Κατασκευαστής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Προσοχή: Σύστημα φωτισμού υψηλής έντασης
	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
	Όρια θερμοκρασίας
	Όρια ατμοσφαιρικής πίεσης
	Όρια υγρασίας
	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
	Μην επαναχρησιμοποιείτε, Συσκευή μίας χρήσης
	Μάζα σε κιλά (kg)
	Εύθραυστο
	Αυτή η πλευρά προς τα πάνω
	Όριο στοιβάζης ανά αριθμό
	Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή
	Ανακυκλώσιμο
	ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην απορρίπτετε μαζί με τα μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα.

Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τυχόν αποτυχία κατανόησης των απαιτήσεων λειτουργίας του προϊόντος ενδέχεται να καταλήξει σε τραυματισμό του χειριστή, του ασθενούς ή/και βλάβη του οργάνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο φωτισμός που παράγεται είναι έντονος. Μην κοιτάζετε απευθείας στην πηγή του φωτός κατά τη χρήση. Ο έντονος φωτισμός ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα μάτια. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της οπτικής ακτινοβολίας για τα μάτια, αποφύγετε την απευθείας οπτική επαφή με πηγές έντονου φωτισμού, καθώς και τις ανακλάσεις τέτοιων πηγών, και προστατεύετε τα μάτια όταν δεν υπάρχει φυσιολογικό μέγεθος κόρης και απόκριση αποστροφής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε το σύστημα φωτισμού στην καθορισμένη απόσταση λειτουργίας των 40 cm (16 in). Τυχόν εκθέσεις σε μικρότερες αποστάσεις ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για το δέρμα. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της οπτικής ακτινοβολίας για το δέρμα, ελαχιστοποιήστε την ένταση του φωτισμού στο σημείο εξέτασης του ιστού, καθώς και τους χρόνους εξέτασης και λάβετε επιπλέον προφυλάξεις όταν η δερματική ευαισθησία έχει μεταβληθεί λόγω τραύματος του ιστού ή χρήσης αναισθησίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν αποτελεί προϊόν κλάσης Α. Σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου/ ιατρείου, το προϊόν αυτό δύναται να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων, περίπτωση στην οποία ο χρήστης ενδέχεται να πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν ανωτό συμμορφώνεται με τα τρέχοντα απαιτούμενα πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και δεν αναμένεται να παρουσιάσει προβλήματα σε άλλο εξοπλισμό ή να επηρεαστεί από άλλες συσκευές. Ως μέτρο προφύλαξης, αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος κοντά σε άλλο εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση του εξοπλισμού δύναται να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση του εξοπλισμού καθιστά άκυρη την εγγύηση του προϊόντος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συνδέεται μόνο στην κεντρική παροχή ρεύματος με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού. Για την απομόνωση αυτού του εξοπλισμού από την κεντρική παροχή ρεύματος, η κατάλληλη διάταξη αποσύνδεσης είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο καλώδιο για αποσύνδεση.

Προφυλάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Hillrom δύνανται να εκτελούν εργασίες σέρβις σε αυτό το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν/ αντικατασταθούν από το χρήστη.


Υπολειπόμενος κίνδυνος

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, μηχανικής ασφάλειας, απόδοσης και βιοσυμβατότητας. Ωστόσο, το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως το ενδεχόμενο τραυματισμό του ασθενούς ή του χρήστη που οφείλεται στα εξής:

- Τραυματισμός ή βλάβη της συσκευής που σχετίζεται με ηλεκτρομαγνητικούς κινδύνους,
- Τραυματισμό από μηχανικούς κινδύνους,
- Τραυματισμό λόγω μη διαθεσιμότητας συσκευής, λειτουργίας ή παραμέτρου,
- Τραυματισμό λόγω σφάλματος κακής χρήσης, όπως μη επαρκής καθαρισμός ή/και
- Τραυματισμό λόγω έκθεσης της συσκευής σε βιολογικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή συστημαική αλλεργική αντίδραση.

Τοποθέτηση


Επιτραπέζια/ επιτοίχια τοποθέτηση





 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας τοποθέτησης έχει αγκυρωθεί σωστά στον τοίχο ή στο τραπέζι, ή ότι η κινητή βάση έχει συναρμολογηθεί με ασφάλεια και ότι το σύστημα φωτισμού έχει στερεωθεί σωστά στο βραχίονα ή τη βάση, σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον εξοπλισμό.

Οδηγίες διαμόρφωσης

Οδηγίες συναρμολόγησης κινητής βάσης



Εγκατάσταση



Καθαρισμός

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την επιτοίχια πρίζα.

Χιτώνιο εστίασης

-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** ΜΗΝ καθαρίζετε με οινόπνευμα.
- Καθαρίστε με πανί εφυγραμμένο με ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό.
 - Συνεχίστε με πανί εφυγραμμένο με ζεστό νερό.
 - Στεγνώστε με καθαρό πανί.

Πλαίσιο ελέγχου

-  1. ΖεστόΚαθαρίστε με πανί εφυγραμμένο με οποιαδήποτε από τα παρακάτω εγκεκριμένα καθαριστικά:
- ό νερό και ήπιο καθαριστικό
 - 70% ισοπροπυλική αλκοόλη
 - Διάλυμα λευκαντικού 10%
- Συνεχίστε με πανί εφυγραμμένο με ζεστό νερό.
 - Στεγνώστε με καθαρό πανί.

Μετά τον καθαρισμό, ελέγχετε τη συσκευή για φθορά, ξέφτισμα και άλλες ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ενδείξεις βλάβης, εάν το όργανο παρουσιάζει δυσλειτουργία, φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σωστά ή παρατηρήσετε αλλαγή στην απόδοσή του. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hillrom για βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

	Πράσινη ενδεικτική λυχνία σθηστή Πιθανή αιτία Σφάλμα τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει τροφοδοσία προς το σύστημα φωτισμού. Λύση Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.	
	Πράσινη ενδεικτική λυχνία αναμμένη Πιθανή αιτία Το σύστημα φωτισμού δεν λειτουργεί σωστά. Λύση Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της.	

Απόρριψη

Οι χρήστες πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών συσκευών και εξαρτημάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hillrom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.

	welchallyn.com/weee
	

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
hillrom.com/patents
Μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλ. παρακάτω διεύθυνση Internet. Οι εταιρείες Hill-Rom είναι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι σε εκκρεμότητα, στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Τεχνική υποστήριξη Hillrom

Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν της Welch Allyn, επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Χαρακτηριστικά απόδοσης
Μέγεθος σημείου: Προσαρμόσιμο από 4 έως 10 ίντσες σε διάμετρο ± 10% σε απόσταση εργασίας 16 ιντσών
Τύπος σημείου: Αιχμηρό άκρο

Προδιαγραφές

Ηλεκτρικές

Είσοδος: 100 – 240 V~ 50Hz – 60Hz, 0,30A μέγ.

Περιβάλλον

Θερμοκρασία

- Λειτουργία: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Μεταφορά/φύλαξη: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση

- Λειτουργία: 15 – 90 %
- Μεταφορά/φύλαξη: 15 – 95%

Ατμοσφαιρική πίεση

- Λειτουργία: 700 – 1060 hPa
- Μεταφορά/φύλαξη: 500 – 1060 hPa

Κατηγοριοποίηση εξοπλισμού

Κλάση ασφαλείας 1, Συνεχής λειτουργία

Πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες

welchallyn.com/gsseries

Πρότυπα και συμμόρφωση

Πρότυπα και συμμόρφωση

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

Τα συγκεκριμένα για κάθε χώρα πρότυπα συμπεριλαμβάνονται στην ισχύουσα Δήλωση συμμόρφωσης

Κωδικός παρτίδας

YYWW (στο προϊόν)
YYDDD (στη συσκευασία)
YY = τελευταία 2 ψηφία του έτους
WW = εβδομάδα του έτους
DDD = διαδοχική ημέρα του Ιουλιανού έτους

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή/ΗΜΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Welch Allyn στη διεύθυνση: welchallyn.com/emc-examlight

Μπορείτε να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίγραφο των Πληροφοριών περί ατρωσίας και εκπομπών από τη Welch Allyn που παραδίδεται εντός 7 ημερολογιακών ημερών.

Εξαρτήματα

48950	Κινητή βάση για φωτισμό GS IV
48955	Επιτραπέζια/επιτοίχια τοποθέτηση για φωτισμό εξετάσεων GS IV / GS 300 / GS 600
44215	Επέκταση επιτοίχιας τοποθέτησης 12"
52640	Θηκάρια μίας χρήσης για φωτισμό εξετάσεων GS IV

Εγγύηση

Πέντε έτη

Η Hill-Rom διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών άνευ προειδοποίησης στον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και τα μοντέλα. Η μοναδική εγγύηση που παρέχει η Hill-Rom είναι η ρητή γραπτή εγγύηση που αφορά στην πώληση ή ενοίκιαση των προϊόντων της.



Welch Allyn® Green Series™ IV -tutkimusvalo

901067 TUTKIMUS-/TOIMENPIDEVALO

Käyttöohjeet (Suomi)

REF 773428, DIR 80027579 Versio A, Version päivämäärä: 2021-02



© 2021 Welch Allyn, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä ohjekirjaa tai mitään sen osaa ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Welch Allynin suostumusta. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") ei vastaa mistään vahingoista, jotka saattavat johtua (i) siitä, ettei tätä tuotetta ole käytetty asianmukaisesti tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden, varotoimien, varoitusten tai ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti, tai (ii) tuotteen laittomasta käytöstä tai väärinkäytöstä Welch Allyn on Welch Allyn, Inc:n tavaramerkki. Hillrom on Hill-Rom Services, Inc:n tavaramerkki.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. on Hill-Rom Holdings, Inc:n tytäryhtiö.

ja EU-MAAHANTUOJA
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Valtuutettu edustaja Australiassa
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Käyttötarkoitus

Welch Allynin valmistama GS Exam Light IV on tarkoitettu erilaisiin käyttötarkoituksiin lääkärin vastaanotolla, sairaaloissa ja muissa tutkimustiloissa. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu käytettäväksi diagnoosien teossa eikä leikkausten yhteydessä.

Käyttöaiheet

Laitteet on tarkoitettu pätevän hoitohenkilökunnan käyttöön sairaaloissa ja hoitolaitoksissa lisävalaistuksen antamiseen tutkimusten ja pientoimenpiteiden aikana.

Vasta-aiheet

Laitteita ei saa käyttää diagnosointiin tai leikkauksissa.

Symbolien kuvaukset

Symbolien alkuperätietoja on Welch Allynin symboliluettelossa: : welchallyn.com/symbolsglossary

VAROITUS Varoitusmerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat olosuhteisiin tai toimintatapoihin, jotka voivat aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman. Varoitusymbolit näkyvät harmaalla pohjalla mustavalkoisessa asiakirjassa.

VAROTOIMI Varotoimimerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta tai aiheuttaa tietojen katoamista. Tämä määritelmä koskee sekä keltaisia että mustavalkoisia symboleja.

Tuotetunnus

REF Tilausnumero

LOT Erätunnus

GTIN Kansainvälinen tuotenumero

Tutustu käyttöohjeeseen

MD Lääketieteellinen laite

R_x ONLY Vain lääkärin määräyksestä tai "Vain laillistetun lääketieteen ammattihenkilön käyttöön tai määräyksestä" Valmistaja

EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella

Varoitus erittäin kirkas valo.

Käytetään sisätiloissa.

Sallittu lämpötila

Sallittu ilmanpaine

Sallittu suhteellinen kosteus

Virran kytkeminen/sammuttaminen

Vaihtovirta (AC)

Älä käytä uudelleen, kertakäyttöinen laite

Massa kilogrammoina (kg)

Särkyvää

Tämä puoli ylöspäin

Määrällinen pinoamisrajoitus

Suojattava kosteudelta

Kierrätettävä

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillinen keräyspiste. Älä

Vaarailmoitukset

VAROITUS Nämä ohjeet tulee lukea ja ymmärtää ennen kuin tuotetta ryhdytään käyttämään. Ellei tuotteeseen liittyviä käyttövaatimuksia ymmärretä ja noudateta, seurauksena saattaa olla vammoja sen käyttäjälle, potilaille ja/tai vaurioita laitteeseen.

VAROITUS Valaistus on hyvin kirkas. Toiminnassa olevaan valolähteeseen ei pidä tuijottaa suoraan. Se saattaa aiheuttaa silmävaurioita. Optisen säteilyn aiheuttamia silmiin kohdistuvia vaaroja vähennetään välttämällä katsomasta suoraan kirkkaisiin valolähteisiin ja niiden heijastumiin sekä suojaamalla silmiä silloin, kun pupillien koko ei säädä normaalisti ja kun katsetta ei voi kääntää pois.

VAROITUS Tutkimusvalaisinta tulee käyttää 40 senttimetrin (16 tuuman) työetäisyydellä kohteesta. Lyhyempi etäisyys voi olla vahingollinen iholle. Optisen säteilyn aiheuttamien ihoon kohdistuvien vaarojen minimoimiseksi valaistuksen tehoa on pienennettävä kudoksen tutkimiskohdassa, valaistusaika on pidettävä minimissään ja ylimääräisiin varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä, mikäli ihon herkkyys on muuttunut kudosaaurion tai anestesian käytön takia.

VAROITUS Tuote on A-luokan tuote. Sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla tuote voi aiheuttaa radiohäirintää, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

VAROITUS Tämä tuote täyttää nykyisten sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien vaatimukset. Sen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia muille laitteille eikä muiden laitteiden pitäisi vaikuttaa sen toimintaan. Varotoimena välttä tämän laitteen käyttämistä muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä.

VAROITUS Älä tee laitteeseen muutoksia. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset voivat aiheuttaa potilaalle vamman. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset johtavat takuun purkautumiseen.

VAROITUS Henkilövahingon vaara. Tämän laitteen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun sähköverkkoon, jotta sähköiskut vältetään.

VAROITUS Henkilövahingon vaara. Virtajohtoa käytetään katkaisimena, jonka avulla laite kytketään irti verkkovirrasta. Sijoita laite siten, että virtajohdon käsittely tai irrotus ei ole hankalaa.

Rajoitukset

VAROTOIMI Ainoastaan valtuutettu Hillrom-huoltokeskus saa huoltaa tätä tuotetta.

VAROTOIMI Tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa tai vaihdettavissa olevia osia.


Jäännösriski

Tämä tuote on asiaankuuluvien sähkömagneettisia häiriöitä, mekaanista turvallisuutta, suorituskykyä ja bioyhteensopivuutta koskevien standardien mukainen. Tuotteen käytössä ei kuitenkaan voida täysin poistaa seuraavista syistä potilaalle tai käyttäjälle aiheutuvien haittojen mahdollisuutta:

- sähkömagneettiset vaarat tai niistä johtuvat laitevauriot
- mekaaniset vaarat
- laitteen, toiminnon tai parametrin käytön estyminen
- väärinkäyttövirhe, kuten puutteellinen puhdistaminen ja/tai
- laitteen altistuminen biologisille ärsykeille, jotka saattavat johtaa vakavaan systeemiseen allergiseen reaktioon.

Asentaminen



Pöytä- tai seinäasennus



VAROITUS Varmista, että asennettava varsi on tukevasti kiinni seinässä tai pöydässä tai että siirrettävä tukijalka on tukevasti koottu ja että tutkimusvalaisin on ohjeiden mukaisesti lujasti kiinni varressa tai tukijalassa. Älä ripusta tai aseta laitteeseen mitään esineitä.

Asennusohjeet

Ohjeet siirrettävän tuen käyttöön



Puhdistaminen

VAROITUS Varmista, että laitteen pistotulppa on vedetty irti seinäpistorasiasta.

Valaisinputki


- VAROTOIMI** ÄLÄ puhdista sprillä.
- Puhdista lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella kostutetulla liinalla.
 - Pyhi sitten lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla.
 - Kuivaa puhtaalla liinalla.

Kytkennärasia

- VAROTOIMI** ÄLÄ kytkeä laitteeseen seuraavista hyväksytyistä puhdistusaineista:
- lämmin vesi ja mieto puhdistusaine
 - 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
 - 10-prosenttinen valkaisuaineliuos.
- Pyhi sitten lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla.
 - Pyhi kuivaksi puhtaalla liinalla.

Tarkasta laite puhdistamisen jälkeen kulumisen, rispaantumisen ja muiden vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, jos huomaat siinä merkkejä vaurioista, jos siinä on toimintahäiriöitä tai se ei vaikuta toimivan kunnolla tai jos huomaat suorituskyvyssä muutoksia. Kysy neuvoa Hillromin teknisestä tuesta.

Vianetsintä



Hävittäminen
Käyttäjien on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvallista hävittämistä koskevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä. Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on otettava ensisijaisesti yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen, josta saa ohjeistusta turvalliseen hävittämiseen. welchallyn.com/weee

PATENTTI/PATENTIT

hillrom.com/patents

Tuotetta voi koskea yksi tai useampi patentti. Katso lisätietoja alla mainitusta verkko-osoitteesta. Hill-Rom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

Hillromin tekninen tuki

Lisätietoja Welch Allynin tuotteista saat ottamalla yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Huomautus käyttäjille ja/tai potilaille EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Suorituskykytiedot

Valokeilan koko: Halkaisija säädettävissä 4 tuumasta 10 tuumaan ± 10 % työskentelyetäisyyden ollessa 16 tuumaa

Valokeilan tyyppi: Terävä reuna

Tekniset tiedot

Sähköarvot

Syöttö: 100 - 240 V, ~ 50 - 60 Hz, kork. 0,30 A

Ympäristö

- Lämpötila
- Käyttölämpötila: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Kuljetus-/säilytyslämpötila: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

- Suhteellinen kosteus, tiivistymätön
- Käyttölämpötila: 15 – 90 %
 - Kuljetus-/säilytyslämpötila: 15 – 95%
 - Ilmanpaine
 - Käyttölämpötila: 700 – 1060 hPa
 - Kuljetus-/säilytyslämpötila: 500 – 1060 hPa

Laitteen luokitus

Suojaluokka 1, jatkuva toiminta

Teknisiä lisätietoja

welchallyn.com/gsseries

Standardit ja vaatimustenmukaisuus

Laite on seuraavien standardien vaatimusten mukainen: IEC 60601-1 IEC 60601-1-2
Maakohtaiset standardit sisältyvät sovellettavaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

Erätunnus

YYWW (tuotteessa)
YYDDD (pakkauksessa)
YY = vuoden kaksi viimeistä numeroa
WW = vuoden viikko
DDD = juliaanisen vuoden päivä

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus / sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) on Welch Allynin verkkosivustolla: welchallyn.com/emc-examlight.

Painetun version päästö- ja häiriönsietotiedoista voi tilata Welch Allyniltä, ja se toimitetaan 7 päivän sisällä.

Lisävarusteet

- | | |
|-------|---|
| 48950 | GS IV -valon siirrettävä teline |
| 48955 | GS IV- / GS 300- / GS 600 -tutkimusvalon pöytä-/seinäteline |
| 44215 | Seinätelineen jatke, 12" |
| 52640 | GS IV -tutkimusvalon kertakäyttöiset suojukset |

Takuu

Viisi vuotta.

Hill-Rom pidättää oikeuden muotoilua, teknisiä tietoja ja malleja koskeviin muutoksiin. Ainoa Hill-Romin myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu.





Lampe d'examen Welch Allyn® Green Series™ IV

901067 LAMPE D'EXAMEN/DE PROCÉDURE

Instructions d'utilisation (Français)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, date de révision: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction ou duplication partielle ou totale de ce mode d'emploi, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans une autorisation écrite préalable de Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. (« Welch Allyn ») ne peut être tenu responsable des dommages corporels pouvant résulter (i) du non-respect des instructions, des mises en garde, des avertissements ou des spécifications d'utilisation publiés dans ce manuel ou (ii) d'une utilisation illégale ou inappropriée du produit. Welch Allyn est une marque commerciale de Welch Allyn, Inc. Hillrom est une marque commerciale de Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.

et IMPORTATEUR AU SEIN DE L'UE
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Partenaire Australien agréé
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Utilisation prévue

La lampe d'examen GS IV de Welch Allyn a pour objet de répondre aux divers besoins des cabinets des praticiens, de l'environnement hospitalier et des cabinets des spécialistes. Elle n'a pas pour objet d'éclairer une opération de diagnostic ou de chirurgie.

Indications d'utilisation

Les dispositifs doivent être utilisés dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé par des professionnels de santé formés afin de fournir un éclairage supplémentaire lors d'examens et de procédures mineures.

Contre-indications

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour effectuer un diagnostic ou une intervention chirurgicale.

Description des symboles

Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des symboles Welch Allyn : welchallyn.com/symbolsglossary

	Avertissement Les messages Avertissement de ce manuel indiquent les conditions ou pratiques susceptibles d'entraîner des blessures, une maladie ou le décès. Les symboles d'avertissement apparaissent sur fond gris dans un document en noir et blanc.
	Attention Les mises en garde dans ce manuel décrivent des situations ou pratiques susceptibles d'endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou d'entraîner la perte de données.
	Identifiant du produit
	Numéro de commande
	Code de lot
	Référence de commerce international
	Se reporter au mode d'emploi
	Dispositif médical

	Sur prescription uniquement ou « Ne doit être utilisé que par un praticien médical diplômé ou sur prescription de celui-ci »
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Attention : Lumière à forte intensité.
	Utilisation en intérieur.
	Limites de température
	Plage de pression atmosphérique
	Plage d'humidité
	Mise sous ou hors tension.
	Courant alternatif (CA)
	Ne pas réutiliser, dispositif à usage unique
	Masse en kilogrammes (kg)
	Fragile
	Haut
	Limite d'empilement par chiffre
	Tenir au sec
	Recyclable
	Tri sélectif des équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers non triés.

Avertissements

AVERTISSEMENT Lisez et assimilez les instructions avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise compréhension des exigences de fonctionnement du produit peut entraîner des blessures sur vous-même ou sur le patient ou encore endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT Cet éclairage est intense. Ne fixez pas la source lumineuse des yeux pendant son fonctionnement. Cela pourrait être nocif pour vos yeux. Pour réduire le plus possible les risques pour les yeux liés aux radiations optiques potentielles, évitez de fixer des yeux les sources lumineuses vives et leurs reflets et protégez-vous les yeux en cas de taille de la pupille anormale et d'absence de réponse à l'aversion.

AVERTISSEMENT Utilisez la lampe d'examen dans sa plage de fonctionnement prévue, à savoir 40 cm. Une exposition à une distance plus courte pourrait présenter un risque pour la peau. Pour réduire le plus possible les risques pour la peau liés aux radiations optiques potentielles, réduisez au minimum l'intensité lumineuse sur le site d'examen des tissus, abaissez les durées d'exposition et prenez des précautions supplémentaires lorsque la sensibilité de la peau a été modifiée du fait d'un traumatisme des tissus ou de l'utilisation d'un anesthésiant.

AVERTISSEMENT Ceci est un produit de catégorie A. Il peut engendrer des interférences radio dans les bureaux d'un hôpital ou d'un praticien, auquel cas l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.

AVERTISSEMENT Ce produit est conforme aux normes requises actuelles en matière d'interférences électromagnétiques et ne doit pas créer de problèmes à d'autres équipements ni être affecté par ces derniers. Par précaution, évitez d'utiliser ce dispositif à proximité d'autres équipements.

AVERTISSEMENT Ne pas modifier cet équipement. Toute modification apportée à cet équipement risque de blesser le patient. Toute modification apportée à cet équipement annule la garantie du produit.

AVERTISSEMENT Risque de blessure. Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement doit uniquement être raccordé à une alimentation secteur avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT Risque de blessure. Le cordon d'alimentation sert de dispositif de déconnexion pour isoler l'appareil de l'alimentation secteur. Positionnez l'appareil de façon à ce que ce cordon soit facile à atteindre et à déconnecter.

Attention

ATTENTION Les réparations doivent être effectuées uniquement par des centres de maintenance Hillrom agréés.
ATTENTION Aucune des pièces ne peut être réparée ou remplacée.


Risque résiduel

Ce produit est conforme aux normes relatives aux interférences électromagnétiques, à la sécurité mécanique, aux performances et à la biocompatibilité. Cependant, le produit ne peut pas éliminer complètement le risque de blessures potentielles pour le patient ou l'utilisateur, parmi lesquelles :

- Blessure ou détérioration du dispositif associée à des risques électromagnétiques ;
- Blessure due à des risques mécaniques ;
- Blessure due à l'indisponibilité d'un dispositif, d'une fonction ou d'un paramètre ;
- Blessure due à une erreur d'utilisation, comme un nettoyage inapproprié, et/ou
- Blessure due à l'exposition du dispositif à des déclencheurs biologiques pouvant entraîner une réaction allergique systémique grave.

Montage



Montage sur une table ou au mur



AVERTISSEMENT : Vérifiez que la patte de fixation est fermement fixée au mur ou à la table ou que le support mobile est monté de manière sécurisée et que la lampe d'examen est bien fixée à la patte ou au support, comme indiqué. Ne faites pas pendre d'objets de l'équipement et ne déposez pas d'objets dessus.

Instructions d'installation

Instructions pour un montage sur un support mobile



Nettoyage

AVERTISSEMENT Vérifiez que l'appareil est bien débranché de la prise murale.

Manchon de mise au point


- Nettoyez avec un chiffon imbibé d'eau chaude et de détergent doux.
- Utilisez ensuite un chiffon imbibé d'eau chaude.
- Séchez à l'aide d'un chiffon propre.

Boîtier de commande

- Nettoyez avec un chiffon imbibé de l'un des agents de nettoyage approuvés suivants :
 - Eau chaude et détergent doux
 - 70 % d'alcool isopropylique
 - Solution d'eau de Javel à 10 %
- Utilisez ensuite un chiffon imbibé d'eau chaude.
- Essuyez à l'aide d'un chiffon propre.

Après le nettoyage, inspectez le dispositif afin de vous assurer l'absence de signes d'usure, d'effilochement ou d'autres dommages. Si des signes de dommage sont visibles, que l'instrument présente un dysfonctionnement, qu'il ne fonctionne pas correctement ou que des changements de performances sont perçus, ne l'utilisez pas. Contactez le département d'assistance technique de Hillrom pour obtenir de l'aide.

Dépannage



Mise au rebut

Les utilisateurs doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, nationales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux. En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter l'assistance technique Hillrom pour obtenir des conseils sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

welchallyn.com/weee

BREVET/BREVETS

hillrom.com/patents
Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessous. Les sociétés Hill-Rom sont propriétaires des brevets européens, américains et des autres brevets, ainsi que des demandes de brevets en instance.

Support technique Hillrom

Pour plus d'informations sur un produit Welch Allyn, contacter le support technique Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients au sein de l'UE

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

Caractéristiques de performances

Taille du faisceau: Réglable de 4 à 10 pouces de diamètre ±10 % à une distance de travail de 16 pouces

Type de faisceau: Contour vif

Caractéristiques

Électricité

Entrée : 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A max.

Environnement

Température

- Fonctionnement : 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Transport / ou entreposage: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Humidité relative, sans condensation
- Fonctionnement : 15 – 90 %
 - Transport / ou entreposage: 15 – 95%
- Pression atmosphérique
- Fonctionnement : 700 – 1060 hPa
 - Transport / ou entreposage: 500 – 1060 hPa

Classification de l'équipement

Catégorie de sécurité 1, fonctionnement continu

Autres informations techniques

welchallyn.com/gsseries

Normes et conformité

Le dispositif est conforme aux normes suivantes : CEI 60601-1

CEI 60601-1-2

Les normes spécifiques au pays sont incluses dans la déclaration de conformité correspondante.

Code de lot

AASS (sur le produit)
AAJJJ (sur l'emballage)
AA = 2 derniers chiffres de l'année
SS = semaine de l'année
JJJ = jour de l'année julienne

Recommandations et déclaration du fabricant/CEM

Pour obtenir des informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM), consulter le site Web de Welch Allyn : welchallyn.com/emc-examlight.

Une version imprimée des informations relatives aux émissions et à l'immunité peut être commandée auprès de Welch Allyn et sera livrée dans un délai de 7 jours calendaires.

Accessoires

48950	Support mobile pour lampe GS IV
48955	Table/Dispositif de montage mural pour lampe d'examen GS IV/ GS 300/GS 600
44215	Extension de dispositif de montage mural 12 pouces
52640	Gaines jetables pour lampe d'examen GS IV

Garantie

Cinq ans.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles de ses produits sans avis préalable. La seule garantie dont répond Hill-Rom est la garantie explicite écrite accordée lors de la vente ou la location de ses produits.





Welch Allyn® Green Series™ IV vizsgálólámpa

901067 VIZSGÁLÓLÁMPA/MŰTÉTI LÁMPA

Használati utasítás (Magyar)

REF 773428, DIR 80027579 Verzió A, felülvizsgálatának dátuma: 2021-02

©2021 Welch Allyn, Inc. Minden jog fenntartva. A Welch Allyn engedélye nélkül tilos a jelen használati útmutató vagy bármely részének bármilyen formában történő reprodukálása vagy másolása. A Welch Allyn, Inc („Welch Allyn”) nem vállal felelősséget semmiféle olyan személyi sérülésért, amely abból adódóan alakulhatott ki, hogy (i) a jelen terméket az útmutatóban található utasítások, figyelmeztetések, óvintézkedések vagy a szándékolt felhasználásra vonatkozó állítás figyelmen kívül hagyásával használták, vagy hogy (ii) a terméket illegális vagy helytelen módon használták fel.

A Welch Allyn a Welch Allyn, Inc. védjegye.

A Hillrom a Hill-Rom Services, Inc. védjegye.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
A Welch Allyn, Inc. a Hill-Rom Holdings, Inc. leányvállalata

EC REP és EU-IMPORTŐR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Megbízott ausztrál szponzor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Felhasználási terület

A Welch Allyn GS IV vizsgálólámpa számos célra használható kórházakban és szakrendelőkben. A termék nem alkalmas diagnózis felállítására vagy sebészi beavatkozásokhoz.

Rendeltetésszerű felhasználás

Az eszközök használata kórházakban és egészségügyi intézményekben, képzett egészségügyi szakemberek által javallott kiegészítő világítás biztosítására a vizsgálatok és kisebb beavatkozások során.

Ellenjavallatok

Az eszközök nem használhatók diagnózis felállításakor és műtét során.

Jelmagyarázat

A szimbólumok eredetével kapcsolatban lásd a Welch Allyn szimbólumjegyzéket: welchallyn.com/symbolsglossary

FIGYELEM! A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések olyan állapotok vagy gyakorlatok azonosítására szolgálnak, amelyek betegséghez, sérüléshez vagy halálesethez vezethetnek. A figyelmeztető nyilatkozatok szürke háttérrel jelennek meg a fekete-fehér dokumentumban.

ÓVINTÉZKEDÉS A kézikönyvben szereplő óvintézkedések olyan állapotokat vagy gyakorlatokat azonosítanak, amelyek a berendezés vagy más tulajdon károsodásához, illetve adatvesztéshez vezethetnek. Ez a meghatározás vonatkozik mind a sárga, mind a fekete-fehér szimbólumokra.

- # Termékazonosító
- REF Újrarendelési szám
- LOT Tétell kód
- GTIN Globális kereskedelmi azonosító szám
- i Olvassa el a használati utasítást
- MD Orvostechnikai eszköz

Rx ONLY Csak rendelésre, illetve „Csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember használatára vagy az ő rendelésére”

Gyártó
Megbízott képviselő az Európai Közösségben

Figyelem! Nagy intenzitású lámpa

Beltéri használatra

Hőmérsékleti határértékek

Légnyomásra vonatkozó határértékek

Páratartalomra vonatkozó határértékek

Be-/kikapcsológomb

Váltakozó áram (AC)

Ne használja újra, egyszeri használatra szánt eszköz

Tömeg kilogrammban (kg) kifejezve

Törékeny

Ezzel az oldallal felfelé

Maximálisan egymásra rakható darabok száma

Tartsa szárazon

Újrahasznosítható

Elkülönített gyűjtésű elektromos és elektronikus berendezések. Ne dobja ki vegyes közüzemi hulladékbá.

Figyelmeztetések

VIGYÁZAT! Fontos, hogy a termék használata előtt elolvassa és megértse a termék használatára vonatkozó utasításokat. A termék használatára vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása a felhasználó, a beteg és/vagy az eszköz sérüléséhez vezethet.

VIGYÁZAT! A lámpa fényereje nagy. Használat közben ne nézzen a fénybe. Ellenkező esetben károsodhat a szeme. Az optikai sugárzás okozta szemkárosodás veszélyének minimalizálása érdekében ne nézzen nagy fényerejű fényforrásokba és azok visszatükrözött képébe, valamint alkalmazson szemvédelmet, ha a pupilla összehúzódásra képtelen vagy a normálistól eltérő méretű.

VIGYÁZAT! A vizsgáológámpát az előírt munkatávolságban kell használni: 40 cm (16 hüvelyk). Ennél kisebb távolság esetén károsodhat a fénynek kitétt bőr. Az optikai sugárzás okozta bőrkárosodás veszélyének csökkentése érdekében minimalizálja a vizsgált bőrtérületre eső fény intenzitását, a kitétségs idejét, valamint tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ha a bőr érzékenysége szövetkárosodás vagy anesztézia használata miatt megváltozott.

VIGYÁZAT! „A” osztályba sorolt termék. Kórházi vagy rendelői környezetben a termék elektromágneses interferenciát okozhat – ez esetben a felhasználó feladata, hogy megtegye az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

VIGYÁZAT! A termék megfelel minden aktuális, elektromágneses interferenciára vonatkozó szabványnak, így használata nem okozhat zavart más berendezésekben, illetve működését nem zavarhatják más berendezések. Elővigyázatosságból azonban kerülje más berendezések túlzott közelségét.

VIGYÁZAT! Az eszközt tilos módosítani. Az eszközön végzett bármilyen módosítás a beteg sérülését okozhatja. Az eszközön végzett bármilyen módosítás érvényteleníti a garanciát.

VIGYÁZAT! Személyi sérülés veszélye. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózati aljzatba csatlakoztassa a berendezést.

VIGYÁZAT! Személyi sérülés veszélye. A készülék a tápkábel leválasztásával izolálható a hálózati áramforrástól. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen elérhető legyen és egyszerű legyen a kábel leválasztása.

Óvintézkedések

FIGYELEM! A termék javítását kizárólag felhatalmazott Hillrom szervizközpontok végezhetik.

FIGYELEM! A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető vagy cserélhető részeket.


Fennmaradó kockázat

Ez a termék megfelel az elektromágneses interferenciára, mechanikai biztonságra, teljesítményre és biokompatibilitásra vonatkozó kapcsolódó szabványoknak. A termék használata során azonban nem zárhatók ki teljesen az alábbiakból származó, a pácienset vagy a felhasználót érő lehetséges károk:

- Elektromágneses veszélyforrásokkal kapcsolatos sérülés vagy az eszközök károsodása,
- Mechanikai veszélyforrásokból származó sérülés,
- Valamely eszköz, funkció vagy paraméter rendelkezésre nem állásából származó sérülés,
- Nem megfelelő használatból, például elégtelen tisztításból származó sérülés, és/vagy
- Olyan sérülés, amelyet az eszköz súlyos szisztémás allergiás reakciót kiváltó biológiai ágenseknek történő kitétele okoz.

Rögzítés


Asztali/fali tartó





VIGYÁZAT! Győződjön meg arról, hogy a tartókonzol biztosan rögzül-e a falhoz vagy az asztalhoz, illetve hogy a mobilállvány megfelelően van-e összeszerelve, valamint hogy a vizsgálólámpa biztosan rögzül-e a konzolon vagy az állványon. Ne akasszon vagy helyezzen tárgyakat az eszközre.

Összeszerelési útmutató

A mobilállvány összeszerelése



Összeszerelés



Tisztítás

VIGYÁZAT! Győződjön meg róla, hogy az eszközt kihúzta a fali aljzatból.

Fókuszáló borítás

- FIGYELEM!** TILOS alkohollal tisztítani.
- A tisztítást meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel megnedvesített törölkendővel végezze.
- Ezután törölje át a terméket meleg vízzel megnedvesített törölkendővel.
- Törölje szárazra tiszta törölkendővel.

Vezérlődoboz

- A tisztítást az alábbi jóváhagyott tisztítószerrel egyikevel átitatott törölkendővel végezze:
 - meleg víz és enyhe tisztítószer,
 - 70%-os izopropil-alkohol
 - 10%-os fehérítőszer-oldat.
- Ezután törölje át a terméket meleg vízzel megnedvesített törölkendővel.
- Tiszta törölkendővel törölje szárazra.

A tisztítást követően ellenőrizze az eszközt, hogy nem használódott-e el, illetve ép-e. Ne használja az eszközt, ha sérülésre utaló jeleket lát rajta, ha a műszer hibásan működik, úgy tűnik, hogy nem működik megfelelően, vagy ha a teljesítmény megváltozását észleli. Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Hillrom Műszaki Támogatás osztályával.

Hibaelhárítás

- A zöld fény nem világít**
Lehetséges ok
Hibás tápellátás. A lámpa nem kap áramot.
Megoldás
Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.
- A zöld fény világít**
Lehetséges ok
A lámpa meghibásodott.
Megoldás
Vegye fel a kapcsolatot a Hillrom Műszaki Támogatás osztályával.

Ártalmatlanítás

A felhasználók kötelesek az orvostechnikai eszközök és tartozékok biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó minden szövetségi, állami, regionális és/vagy helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően eljárni. Ha kétségei vannak, akkor az eszköz felhasználójának először fel kell vennie a kapcsolatot a Hillrom műszaki ügyfélszolgálatával a biztonságos ártalmatlanítási protokollokkal kapcsolatos útmutatásért.

welchallyn.com/weee

SZABADALOM/SZABADALMAK

hillrom.com/patents
A termékre egy vagy több szabadalom vonatkozhat. Lásd a fenti internetes címet. Az Európában, az Egyesült Államokban és máshol bejegyzett szabadalmak illetve szabadalmaztatás alatt álló elemek tulajdonosai a Hill-Rom vállalatok.

Hillrom Műszaki Támogatási Részleg

Bármely Welch Allyn termékkel kapcsolatos információért keresse a Hill-Rom műszaki támogatási részlegét: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Figyelmeztetés az EU felhasználói és/vagy betegei számára

Az eszközzel kapcsolatban történő bármely súlyos esetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó, illetve a beteg tartózkodási helye szerinti tagország illetékes hatóságának.

Teljesítményjellemzők

Munkaterület mérete: 4–10 ± 10% hüvelykig állítható átmérő 16 hüvelykes munkatávolságnál

Világítás típusa: Éles élő

Műszaki adatok

Elektromosságra vonatkozó adatok

Bemenet: 100–240 V~ 50–60 Hz, 0,30 A max

Környezetre vonatkozó adatok

Hőmérséklet
• Működés: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
• Szállítás/tárolás: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Relatív pártartalom, nem lecsapódó

• Működés: 15 – 90 %
• Szállítás/tárolás: 15 – 95%
Légköri nyomás
• Működés: 700 – 1060 hPa
• Szállítás/tárolás: 500 – 1060 hPa

Az eszköz besorolása

1. biztonságossági osztály, folyamatos működés

További műszaki információk

welchallyn.com/gsseries

Szabványok és megfelelés

Az eszköz megfelel a következő szabványoknak:

IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Az országspecifikus szabványok a vonatkozó megfeleléségi nyilatkozatban találhatók.

Tétell kód

EÉHH (a terméken)
EÉNN (a csomagoláson)
EÉ = az aktuális év utolsó két számjegye
HH = aktuális hét az adott évben
NNN = aktuális nap az adott évben a Julián-naptár szerint

Útmutató és gyártói nyilatkozat (EMC)

Az elektromágneses összeférhetőséggel (EMC) kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a Welch Allyn weboldalára:

welchallyn.com/emc-examlight.

A kibocsátási és zavartűrési információk nyomtatott példánya megrendelhető a Welch Allyn cégtől, 7 naptári napon belül történő leszállítással.

Tartozékok

48950	Mobilállvány a GS IV lámpához
48955	Asztali/fali tartó a GS IV/GS 300/GS 600 vizsgálólámpákhoz
44215	12 hüvelykes fali tartókonzol
52640	Eldobható védőtokok a GS IV vizsgálólámpához

Garancia

Öt év.

A Hill-Rom fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat eszközöljön a kivitel, a műszaki adatok és a modellek terén. A Hill-Rom által biztosított egyetlen jótállás a termékek vásárlásakor vagy bérlesekor vállalt írásos jótállás.





Welch Allyn® Green Series™

イグザミネーションライト IV

901067 イグザミネーション / プロシージャーライト

使用説明書

(日本語)

REF 773428, DIR 80027579 バージョン A, 改定日：2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. Welch Allyn の許可なく、本使用説明書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製または複写することを禁じます。 Welch Allyn, Inc. (以下「Welch Allyn」) は、(i) 本書に記載されている指示、注意、警告、または用途 (使用目的) に従って製品を適切に使用しないこと、または (ii) 本品の違法または不適切な使用に起因する負傷については、一切責任を負わないものとします。 Welch Allyn は Welch Allyn, Inc. の商標です。 Hillrom は Hill-Rom Services, Inc. の商標です。

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. は、Hill-Rom Holdings, Inc. の 子会社です。

EC REP および EU 輸入業者
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Authorized Australian Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

用途 (使用目的)

ウェルチ・アレンの GS イグザミネーションライト IV は、診療所、病院環境、および専門医療施設の様々なニーズ を満たすよう設計されています。診断または外科手術を行うためのものではありません。

使用の適応

本機器は、病院や医療施設において、検査や簡単な処置を行う間に追加的な照明を提供するために、訓練を受けた医療従事者によって使用されるものです。

禁忌

本機器は、診断画像の表示や手術で使用するためのものではありません。

記号・マークの説明

これらの記号・マークの出処については、ウェルチ・アレン社の記号・マーク一覧を参照してください。
welchallyn.com/symbolsglossary

警告 本説明書の「警告」は、疾患、損傷、または死につながる可能性がある状況や行為を示すものではありません。白黒の文書では、警告記号の背景は灰色に表示されます。

注意 本書に記載の注意事項は、本機器またはその他の設備の破損、またはデータ紛失につながるおそれのある使用状況や使用方法を規定しています。

型番

REF 再注文番号

LOT ロットコード

GTIN 国際取引商品番号 (GTIN)

使用説明書を参照

MD 医療機器

Rx ONLY 要処方、または「有資格の医療専門家による使用、または有資格の医療専門家の指示の下で使用」
メーカー

EC REP 欧州共同体の正式 代表者

注意：高輝度光源

屋内で使用してください

温度範囲

気圧範囲

湿度範囲

電源オン／オフ

交流電流 (AC)

再使用不可、単回使用機器

キログラム (kg) 単位の質量

破損注意

天地無用

重ね置き台数の上限

水濡れ注意

リサイクル可能

電気・電子機器の分別回収未分別の一般廃棄物として処分しないでください。

警告

警告 本製品を使用する前に説明書をよく読んで理解してください。本製品の操作要件を理解しないと、操作者や患者がけがをしたり、機器を損傷したりする可能性があります。
警告 照射は非常に強力です。操作中に光源を見つめないでください。目に害になる可能性があります。光放射の有害性による目への害のリスクを最小限に抑えるために、明るい光源やその反射を見ることを避け、通常の瞳孔の大きさや回避反応が得られない場合は目を保護してください。

警告 イグザミネーションライトは、16 インチ (40 cm) の所定作業範囲内で使用してください。近距離での照射は皮膚に害になる可能性があります。光放射の有害性による皮膚への害のリスクを最小限に抑えるために、組織検査部位での照射強度を最低限に 抑え、照射回数を最低限にし、組織の外傷または麻酔薬の使用により 皮膚の過敏性が変わった場合は、更なる予防措置を 取ってください。

警告 本製品はクラス A 製品です。病院／診療所の環境では、本製品は無線妨害を引き起こす場合があります、その場合、ユーザーは適切な措置を取らなければならない可能性があります。

警告 本製品は、電磁妨害に関する国内外の適用基準に準拠しており、他の機器に問題を 引き起こしたり、他の機器によって影響を受けることはありません。しかし、万一到備
警告 本製品をご自身で改造、分解、修理しないでください。改造等を行うと、患者がけがをするおそれがあります。改造等を行った場合は、保証の対象外となります。
えて、本製品を他の機器の近くで使用しないでください。
警告 けがをするおそれがあります。感電の危険を防止するため、本機器は必ず保護アース付きの電源に接続してください。

警告 けがをするおそれがあります。電源コードは、本機器の電源を遮断する切断装置です。コードが容易に外せる場所に機器を配置してください。

注意

注意 本製品の修理等を行うことができるのは、Hillrom の正規サービスセンターに限られます。


注意 ユーザーが修理可能／交換可能な部品はありません。

残存リスク

本製品は、関連する電磁干渉、機械的安全性、性能、生体適合性の規 格に準拠しています。しかしながら、本製品は、次に示すような患者 やユーザーに対する潜在的な損害を完全に取り除くことはできません。
・電磁障害に関連する損害または装置の破損
・機械的危険性による損害
・装置、機能、パラメータ非表示による損害
・不十分な洗浄など、誤った使用法による損害
・重度の全身性アレルギー反応を引き起こすおそれのある生物学的トリガへの装置曝露による損害

取付け


卓上設置／壁取付け





警告 取付用金具が壁やテーブルにしっかりと固定されていること、またはモバイルスタンドがしっかりと組み立てられていること、そしてイグザミネーションライトが指定されたとおりに金具またはスタンドにしっかりと締め付けられていることを確認してください。機器には、物を吊るしたり、置いたりしないでください。

設置方法

モバイルスタンド組立方法



設置



クリーニング

警告 必ず機器のプラグが壁コンセントから抜けていることを確認してください。

フォーカススリーブ

注意 アルコールで清掃しないでください。
1 温水と中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってください。
2 温水を含ませた布で後拭きしてください。
3 清潔な布で水気を拭き取ってください。

制御ボックス

1 C次の使用が認められた洗浄剤のうち、いずれかを含ませた布で汚れを拭き取ります。
・温水と中性洗剤
・ 70 パーセントのイソプロピル・アルコール
・ 10 % の漂白剤希釈液
2 温水を含ませた布で後拭きしてください。
3 清潔な布で拭いて乾かしてください。

清掃後、機器に磨耗や擦り切れ、その他の損傷がないか点検します。損傷の兆候が見られた場合、装置の不具合や正しく動作していないことが分かった場合、性能に変化があることに気付いた場合は、使用しないでください。サポートについては、Hillrom テクニカルサポート部門にお問い合わせください。

トラブルシューティング

緑色のランプが点灯していない
考えられる原因
電源の故障。ライトに電気が通じていない。
解決方法
ケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。
緑色のランプが点灯している
考えられる原因
ライトが正しく機能していない。
解決方法
Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

廃棄処分

ユーザーは、医療機器および付属品の安全な廃棄に関する国、州、地域、自治体のいずれかまたはすべての法律と規則を順守する必要があります。機器を安全に廃棄する手順について不明点がある場合は、まず Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

welchallyn.com/weee

特許

hillrom.com/patents

1 つまたは複数の特許により保護されている場合があります。上記のインターネットアドレスで確認してください。 Hill-Rom 社は、欧州、米国、およびその他の国の特許および申請中の特許出願の所有者です。

Hillrom テクニカルサポート

Welch Allyn 製品に関する情報については、Hill-Rom テクニカルサポートにお問い合わせください。 hillrom.com/en-us/about-us/locations

性能の特徴

スポットサイズ: 16 インチの作業距離で直径 4 ~ 10 インチ ± 10% に調整可能

スポットタイプ: シャープエッジ

仕様

電気

入力: 100 ~ 240V、50Hz~60Hz、最大 0.30A

環境

温度
・操作時: 10 ° C - 35 ° C (50 ° F - 95 ° F)
・移動時 / 保管時: -20 ° C - 49 ° C (-4 ° F - 120 ° F)

相対湿度、非結露

・操作時: 15 - 90 %
・移動時 / 保管時: 15 - 95%

気圧

・操作時: 700 - 1060 hPa
・移動時 / 保管時: 500 - 1060 hPa

機器分類

安全クラス 1、連続運転

その他の技術上の情報

welchallyn.com/gsseries

規格への適合性

本機器は、次の規格に準拠しています。
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
国独自の規格は、該当する適合宣言書に記載されています。

ロットコード

YYWW (製品)
YYDDD (パッケージ)
YY = 年の下 2 桁
WW = 年の週
DDD = ユリウス暦の通算日

ガイダンスおよび製造業者による宣言 /EMC

電磁両立性 (EMC) に関する情報については、Welch Allyn の Web サイト welchallyn.com/emc-examlight を参照してください。

電磁放射と電磁波耐性に関する情報を記載した冊子版が必要な場合は、Welch Allyn までお申し付けください。7 暦日以内にお届けいたします。

付属品

48950 GS ライト IV 用モバイルスタンド
48955 GS イグザミネーションライト IV/GS 300/GS 600 用テーブル / ウォールマウント
44215 12 インチのウォールマウントエクステンション
52640 GS イグザミネーションライト IV 用ディスプレイースリーブ

W 保証

5 年間。

Hill-Rom は、設計、仕様、モデルの変更を予告なく行う権利を留保します。Hill-Rom による保証は、当該製品の販売および貸し出しに適用される書面による明示的な保証のみです。





© 2021 Welch Allyn, Inc. 모든 권리 보유 . Welch Allyn 의 허 가 없이 이 사용 지침 또는 그 일부를 어떠한 형태로든 전재 또는 복제하는 행위는 허용되지 않습니다 . Welch Allyn, Inc.("Welch Allyn") 는 (i) 이 설명서에 나와 있는 지침 , 주의 사항 , 경고 또는 용도 설명에 따라 제품을 올바르게 사용하지 않거나 (ii) 불법적이거나 부적절한 제품 사용으로 인해 발생할 수 있는 부상에 대한 책임을 지지 않습니다 . Welch Allyn 은 Welch Allyn, Inc. 의 등록 상표입니다 . Hillrom 은 Hill-Rom Services, Inc. 의 상표입니다 .

	Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com	
Welch Allyn, Inc 는 Hill-Rom Holdings, Inc. 의 자회사입니다 .	
	및 EU 수입업체 : Welch Allyn Limited Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath C15 AW22 Ireland
	호주 공인 스폰서 : Welch Allyn Australia Pty. Ltd. Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road Macquarie Park, NSW 2113 Phone 1800 650 083

용도

Welch Allyn GS Exam Light IV 는 의사의 사무실 , 병원 환경 및 전문의실의 다양한 요건을 충족하도록 설계되었습니다 . 진단 또는 수술용 제품이 아닙니다 .

사용 지침

이 장치는 교육 받은 의료 전문가가 병원 및 의료 시설에서 시험 및 간단한 절차를 수행하는 동안 추가 조명을 제공하는 데 사용해야 합니다 .

금기 사항

진단 또는 수술 시 장치를 사용해서는 안 됩니다 .

기호 설명

이 기호의 유래에 대한 정보는 다음 주소에 있는 Welch Allyn 기호 설명을 참조하십시오 .

welchallyn.com/symbolsglossary	
	경고 본 설명서의 경고 문구는 질병 , 상해 또는 사망 을 초래할 수 있는 상태 또 는 행동을 나타냅니다 . 경고문은 흑백 문서에 회색 배경으로 나타납니다 .
	주의 본 설명서에서 주의 문구는 장비 또는 기타 자산 의 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 상황 또는 사례를 나타냅니다 .
	제품 ID
	재주문 번호
	로트 코드

	국제 거래 단위 번호
	사용 지침 참조
	의료 기기
Rx ONLY	처방 전용 또는 " 면허 있는 전문 의료인의 사용 또는 주문만 가능 "
	제조업체
	유럽공동체 (EC) 공인 대리점

	주의 : 고휘도 광원
	실내용
	온도 제한
	대기압 제한
	습도 제한
	전원 켜기 / 끄기
	교류 (AC)
	재사용 금지 , 일회용 장치
	킬로그램 (kg) 단위의 질량
	개지기 쉬움
	이쪽을 위로
	적층 제한 (숫자 표시)
	마른 상태 유지
	재활용
	전기 전자 제품으로 분리 수 거하십시오 . 분류하지 않 은 생활 폐기물과 함께 폐기하 지 마십시오 .

⚠ 경고

경고 본 제품을 사용하기 전에 지침을 읽고 이해해야 합니다 . 본 제품의 작동 요구사항을 이해하지 못하면 사용자나 환자가 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다 .

경고 고휘도 조명입니다 . 작동 중인 광원을 바라보지 마십시오 .

눈에 유해할 수 있습니다 . 광방사 위험으로부터 눈이 다칠 위험을 최소화하려면 밝은 광원과 반사되는 빛을 바라보지 말고 동공 크기가 바뀌거나 눈이 부시지 않도록 보호하십시오 .

경고 시험 조명은 16 인치 (40cm) 에서 작동되도록 고안되었 습니다 . 가까운 거리에서 노출되면 피부에 유해할 수 있습니다 . 광방사 위험으로부터 피부가 손상될 위험을 최소화하려면 조직 시험 사이트에서 조도 및 노출 시간을 최소화하고 조직 외상 또는 무감각증으로 인해 피부 민감도가 바뀔 경우 별도의 보호 조치가 필요합니다 .

경고 본 제품은 Class A 등급입니다 . 병원 / 의사의 사무실 환경에서 본 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있으며 사용자는 그에 따른 적절한 조치를 취해야 합니다 .

주의 이 장치는 전자파 간섭에 대한 현재 필수 표준을 준수하므 로 다른 장비에 문제를 유발하거나 다른 장치의 영향을 받지 않 을 것입니다 . 예방 조치로 이 장치를 다른 장비와 가까이에서 사용하지 마십시오 .

경고 이 장비를 개조하지 마십시오 . 장비를 개조하면 환자가 상해를 입을 수 있으며 제품 보증도 받을 수 없게 됩니다 .

경고 신체적 상해 위험이 있습니다 . 감전 위험을 방지하려면 이 장비를 보호 접지가 있는 공급 전원에만 연결해야 합니다 .

경고 신체적 상해 위험이 있습니다 . 전원 코드는 이 기기를 공급 전원으로부터 격리하는 전원 차단 장치입니다 . 전원 코드에 접근하여 코드 연결을 분리하기 쉬운 위치에 기기를 배치하십시오 .

⚠ 주의

주의 공인된 Hillrom 서비스 센터에서만 본 제품에 대해 서비 스를 수행할 수 있습니다 .


주의 사용자가 수리 / 교체할 수 있는 부품이 없습니다 .

잔존 위험

이 제품은 관련 전자기 간섭 , 기계적 안전 , 성능 및 생체 적합 성 표준을 준수합니다 . 그러나 본 제품은 다음과 같은 잠재적 인 환자 또는 사용자 피해를 완전히 제거하지는 못합니다 .


- 전자기 위험과 관련된 피해 또는 장치 손상
- 기계적 위험으로 인한 피해
- 장치 , 기능 또는 매개 변수 사용 불가로 인한 피해
- 잘못된 사용 (예 : 부적절한 세척) 으로 인한 피해
- 심각한 전신 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 생물학적 요인 에 장치를 노출시킴으로써 발생한 피해

장착





⚠ 경고 장착용 브래킷이 벽 또는 테이블에 단단히 고정되었는지 혹은 이동용 스탠드가 안전하게 조립되고 시험 조명이 지침에 따라 브래킷 또는 스탠드에 안전하게 고정되었는지 확인하십시오 . 장비 위에 사물을 매달거나 배치 하지 마십시오 .

설치 지침



설치



청소

⚠ 경고 장치를 벽면 콘센트에서 분리하십시오 .

조정 슬라이브



⚠ 주의 알코올을 사용하여 세척하지 마십시오 .

- 따뜻한 물과 중성 세제에 적신 천으로 세척합니다 .
- 그런 다음 따뜻한 물에 적신 천으로 닦습니다 .
- 깨끗한 천으로 물기를 닦아 냅니다 .

컨트롤 박스

- 다음에 해당되는 승인된 세척제를 적신 천으로 청소 하십시오 .
 - 따뜻한 물과 중성 세제
 - 70% 이소프로필 알코올
 - 10% 표백 용액
- 그런 다음 따뜻한 물에 적신 천으로 닦습니다 .
- 깨끗한 천으로 물기를 닦아 냅니다 .

세척 후 , 장치의 마모 또는 기타 손상 여부를 정기적으로 검사 하십시오 . 손상의 징후가 있거나 , 기기가 오작동하는 것으로 보이거나 , 성능이 변경된 경우 사용하지 마십시오 . Hillrom 의 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오 .

문제점 해결

	초록색 불이 켜지지 않는 경우 추정 원인 전원 공급 실패 , 조명 기구에 전 원이 공급되지 않고 있습니다 .
	해결책 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인 하십시오 .
	초록색 불이 켜진 경우 추정 원인 조명이 올바르게 작동하지 않습니다 .
	해결책 Hillrom 기술 지원 .

제품 폐기

사용자는 의료 기기 및 부속품의 안전한 폐기와 관련된 모든 연 방 , 주 , 지역 및 / 또는 현지 법률 및 규정을 준수해야 합니다 . 확실하지 않은 경우 , 장치 사용자가 먼저 Hillrom 기술 지원팀 에 안전한 폐기 프로토콜에 대한 지침을 문의해야 합니다 .

	welchallyn.com/weee
	

특허 / 하나 이상의 특허

hillrom.com/patents
하나 이상의 특허권에 의해 보호될 수 있습니다 . 위의 인터넷 주소를 참조하십시오 . Hill-Rom 회사는 유럽 , 미국 및 기타 국 . 가의 특허 및 출원 중인 특허의 소유권자입니다 .

Hillrom 기술 지원

Welch Allyn 제품에 대한 자세한 내용은 Hill-Rom 기술 지원팀 (hillrom.com/en-us/about-us/locations) 에 문의하십시오 .

성능 특성

스팟 크기 : 16 인치 작업 거리에서 직경 ±10% 범위의 4 ~ 10 인치로 조정 가능

스팟 유형 : 날카로운 모서리

사양

전기

입력 : 100~240V, 50~60Hz, 최대 0.30A

환경

온도

- 작동 : 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 이송 / 보관 : –20 °C – 49 °C (–4 °F – 120 °F)

상대 습도 , 비응축

- 작동 : 15 – 90 %
- 이송 / 보관 : 15 – 95%

대기압

- 작동 : 700 – 1060 hPa
- 이송 / 보관 : 500 – 1060 hPa

기기 등급

안전 등급 1, 연속 작동

기타 기술 정보

welchallyn.com/gsseries

표준 및 규정 준수

본 모니터는 다음 표준을 준수합니다 .

IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
국가별 표준은 해당 적합성 선언서에 포함되어 있습 니다

로트 코드

YYWW(제품)
YYDDD(패키지)
YY = 해당 연도의 마지막 두 자리
WW = 해당 연도의 주
DDD = 율리우스력의 연속일

안내문 및 제조자 고지 사항

전자기 적합성 (EMC) 에 대한 자세한 정보는 Welch Allyn 웹사이트 (welchallyn.com/emc-examlight) 를 참조하십시오 .

방출 및 내성 정보 인쇄본은 Welch Allyn 에 요청하시면 7 일 이 내에 배송됩니다 .

부속품

48950	GS 조명 IV 용 이동식 스탠드
48955	GS 검사 조명 IV/GS 300/GS 600
	용 테이블 / 벽면 마운트
44215	12 인치 벽면 마운트 확장
52640	GS 검사 조명 IV 용 일회용 시스

보증

5 년 .

Hillrom 은 디자인 , 사양 및 모델을 예고 없이 변경할 수 있습니 다 . Hillrom 에 서 보증하는 유일한 사항은 제품의 판매나 임대 시 제공된 명시적인 서면 보증뿐입니 다 .





Hillrom™

Welch Allyn® Green Series™

IV patikros lempa

901067 PATIKROS / PROCEDŪRINĖ LEMPA

Naudojimo instrukcijos
(Lietuvių)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Peržiūros data: 2021-02

„Welch Allyn, Inc.“ © 2021. Visos teisės saugomos. Draudžiama atgaminti, kopijuoti naudojimo instrukcijas ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas „Welch Allyn“ leidimas. „Welch Allyn, Inc.“ („Welch Allyn“) neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius sužalojimus, kurie gali atsirasti dėl (i) nesugebėjimo naudotis šiuo gaminiu pagal šiame vadove nurodytas instrukcijas, perspėjimus, įspėjimus ar numatytą paskirtį, taip pat už (ii) neteisėtą ar netinkamą gaminio naudojimą. „Welch Allyn“ yra „Welch Allyn, Inc.“ prekės ženklas. „Hillrom“ yra „Hill-Rom Services, Inc.“ prekės ženklas.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

„Welch Allyn, Inc.“ yra „Hill-Rom Holdings, Inc.“ dukterinė bendrovė

EC REP

ir ES IMPORTUOTOJAS
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE

Igaliotasis Australijos rėmėjas
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Igaliotasis Australijos rėmėjas
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Naudojimo paskirtis
„Welch Allyn“ GS tyrimų lempa IV skirta patenkinti įvairius gydytojo kabinete, ligoninės aplinkoje ir specialistų kabinetuose kylančius poreikius. Ji nėra skirta diagnozei nustatyti arba chirurginėms procedūroms.

Naudojimo indikacijos
Įrenginiai skirti naudoti apmokytiems sveikatos priežiūros profesionalams ligoninėse ir sveikatos priežiūros institucijose papildomam apšvietimui teikti, kai atliekamos patikros ir nesudėtingos procedūros.

Kontraindikacijos
Įrenginiai nenaudojami teikiant diagnozes ar chirurginių operacijų metu.

Simbolių aprašas
Jei reikia informacijos apie šių simbolių kilmę, žr. „Welch Allyn“ simbolių žodynąlji: welchallyn.com/symbolsglossary



ĮSPĖJIMAS Šiame vadove įspėjimu pažymėti teiginiai nurodo sąlygas ar veiksmus, dėl kurių galima susirgti, susižaloti arba mirti. Įspėjimo simboliai juodai baltame dokumente paryškinti pilku fonu.



PERSPĖJIMAS Šiame vadove perspėjimu pažymėti teiginiai nurodo sąlygas ar veiksmus, galinčius pakenkti įrangai ar kitai nuosavybei arba sunaikinti duomenis.

#

Gaminio kodas

REF

Pakartotinio užsakymo numeris

LOT

Partijos kodas

GTIN

Visuotinis prekės numeris



MD

Rx ONLY

Tik pagal receptą arba „naudojamas licencijuoto medicinos darbuotojo arba jo užsakymu“



EC REP

Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



ĮSPĖJIMAS Perspėjimas: itin intensyvi šviesa



Naudoti patalpose



Temperatūros ribos



Atmosferos slėgio apribojimai



Drėgmės apribojimai



Maitinimo įjungimas / išjungimas



Kintamoji srovė (AC)



Negalima naudoti pakartotinai, vienkartinis prietaisas



Mass in kilograms (kg)



Dūžta



Šia puse aukštyti



Krovimo skaičiaus riba



Laikyti sausi



Perdirbama



Atskiras elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimas. Neutilizuokite kaip nerūšiuotų buitinių atliekų.

Įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite ir išsiaiškinkite instrukcijas. Nesupratus šio gaminio naudojimo reikalavimų, galima susižaloti, sužaloti pacientą ir (arba) sugadinti prietaisą. **ĮSPĖJIMAS!** Apšvietimas yra intensyvus. Naudojimo metu nežiūrėkite į šviesos šaltinį. Tai gali pakenkti akims. Kad sumažintumėte akių pažeidimo dėl optinės spinduliuotės riziką, venkite žiūrėti į ryškios šviesos šaltinius bei jų atspindžius ir apsaugokite akis tais atvejais, kai nėra normalios vyzdžių dydžio arba nepakantumo reakcijos. **ĮSPĖJIMAS!** Tyrimų lempą naudokite numatytu naudojimo atstumu – 40 cm (16 col.). Poveikis mažesniu atstumu gali pakenkti odai. Kad sumažintumėte odos pažeidimo dėl optinės spinduliuotės riziką, sumažinkite apšvietimo intensyvumą audinių tyrimo vietoje, sutrumpinkite apšvitos laiką ir imkitės papildomų atsargumo priemonių, jeigu odos jautrumas pakitęs dėl audinių traumos arba anestezijos. **ĮSPĖJIMAS!** Tai A klasės gaminys. Ligoninės / gydytojo kabineto aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trikdžių, dėl ko naudotojui gali prireikti imtis atitinkamų priemonių. **ĮSPĖJIMAS!** Šis gaminys atitinka esamus reikiamus standartus, taikomus elektromagnetiniams trukdžiams, ir neturėtų sukelti problemų kitai įrangai, taip pat jo neturėtų paveikti kiti prietaisai. Laikydamiės atsargumo priemonių, stenkitės nenaudoti šio prietaiso itin arti kitos įrangos. **ĮSPĖJIMAS!** Nemodifikuokite šios įrangos. Dėl bet kokių šios įrangos modifikacijų gali būti sužalotas pacientas. Bet koku būdu modifikavus šią įrangą, gaminio garantija anuluojama. **ĮSPĖJIMAS!** Asmens sužalojimo pavojus. Siekiantišvengti elektros smūgio pavojaus, ši įranga turi būti prijungta prie maitinimo tinklo tik su apsauginiu įžeminimu. **ĮSPĖJIMAS!** Asmens sužalojimo pavojus. Maitinimo laidas yra atjungimo įtaisas, skirtas izoliuoti šią įrangą nuo maitinimo tinklo. Pastatykite įrangą taip, kad nebūtų sunku pasiekti laidą ir jį atjungti.


Perspėjimai
PERSPĖJIMAS Šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotieji „Hillrom“ techninės priežiūros centrai.

PERSPĖJIMAS Dalių, kurių techninę priežiūrą atlikti arba jas pakeisti gali naudotojas, nėra.

Liekamoji rizika
Šis gaminys atitinka taikomus elektromagnetinių trukdžių, mechaninės saugos, eksploatacinių savybių ir biologinio suderinamumo standartus. Tačiau šis gaminys negali visiškai panaikinti galimos žalos pacientui arba naudotojui dėl toliau nurodytų aspektų:


- Žala arba prietaiso sugadinimas, susijęs su elektromagnetiniais pavojais,
- Žala dėl mechaninių pavojų,
- Žala dėl prietaiso, funkcijos arba parametro nebuvimo,
- Žala dėl neteisingo naudojimo, pvz., netinkamo valymo, ir (arba)
- Žala prietaisui kontaktuojant su biologiniais dirikliais, dėl kurių gali atsirasti sunki sisteminė alerginė reakcija.


Montavimas
Montavimas ant stalo / sienos



ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad montavimo gembė būtų saugiai pritvirtinta prie sienos ar stalo arba kad mobilus stovas būtų surinktas patikimai, o tyrimo lempa būtų saugiai pritvirtinta prie gembės arba stovo, kaip nurodyta. Ant įrangos nekabinkite ir nedėkite jokių daiktų.

Montavimo instrukcijos
Mobilaus stovo surinkimo instrukcijos





Valymas
ĮSPĖJIMAS. Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio maitinimo tinklo lizdo.

Fokusavimo mova
NEVALYKITE alkoholiu.


1. Do Valykite drėgnu audiniu ir šiltu vandeniu su silpnu plovikliu.
2. Tada pavalkyte šiltu vandeniu sudrėkintu audiniu.
3. Nusausinkite švari audiniu.

Valdymo dėžutė

1. Nuvalykite audiniu, kuris yra sudrėkintas:
 - šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu
 - 70 proc. izopropilo alkoholiu,
 - 10 proc. baliklio tirpalu
2. Tada pavalkyte šiltu vandeniu sudrėkintu audiniu.
3. Nusausinkite švari audiniu.

Nuvalę patikrinkite, ar įrenginys nėra nusidėvėjęs, nenudilęs ar kitaip nesugadintas. Nenaudokite, jei matote sugadinimo ženklų, jei prietaisas veikia netinkamai, atrodo kaip netinkamai veikiantis arba pastebite veikimo pakitimų. Kreipkitės pagalbos į „Hillrom“ techninės pagalbos skyrį.

Gedimų šalinimas



Žalia lemputė nedega
Galima priežastis
Maitinimo tiekimo triktis. Lempai netiekiamas maitinimas.

Sprendimas
Patikrinkite, ar visi kabeliai sujungti tinkamai.

Žalia lemputė dega
Galima priežastis
Lempa neveikia tinkamai.

Sprendimas
Kreipkitės į „Hillrom“ techninės pagalbos skyrį.

Utilizavimas
Naudotojai privalo laikytis visų federalinių, nacionalinių, regioninių ir (arba) vietinių įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių saugų medicinos prietaisų ir jų priedų utilizavimą. Kilus abejonių, prietaiso naudotojas pirmiausia turėtų kreiptis į „Hillrom“ techninės pagalbos padalinį ir paklausti, kaip saugiai utilizuoti.

Reciklavimas
welchallyn.com/weee

PATENTAS / PATENTAI
hillrom.com
Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. pirmiau nurodytą interneto adresą. „Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstomų patentų paraiškų savininkai.

„Hillrom“ techninės pagalbos skyriaus
Dėl informacijos apie „Hillrom“ produktus kreipkitės į „Hillrom“ techninės pagalbos skyrių adresu:
hillrom.com/en-us/about-us/locations

Pranešimas ES naudotojams ir (arba) pacientams
Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Veikimo charakteristikos
Taško dydis: Reguluojamas 4–10 col. skersmuo ± 10 %, kai darbinis atstumas yra 16 col.

Taško tipas: Aštrus kraštas
Techniniai duomenys
Elektra
Įvestis: 100–240 V~ 50–60 Hz, maks. 0,30 A

Aplinka
Temperatūra
• Naudojimo: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
• Transportavimas/ laikymas: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
Santykinis drėgnumas, nesikondensuoja
• Naudojimo: 15 – 90 %
• Transportavimas/ laikymas: 15 – 95%
Atmosferos slėgis
• Naudojimo: 700 – 1060 hPa
• Transportavimas/ laikymas: 500 – 1060 hPa

Įrangos klasifikacija
1 saugos klasė, nepertraukiamas veikimas

Papildoma techninė informacija
welchallyn.com/gsseries

Standartai ir atitiktis
Įrenginys atitinka šiuos standartus:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Specialūs šalies standartai yra pateikti atitinkamoje atitikties deklaracijoje

Partijos kodas
MMSS (ant produkto)
MMDDD (ant pakuotės)
MM = paskutiniai 2 metų skaičiai,
SS = metų savaitė,
DDD = iš eilės einanti diena pagal Julijaus kalendorių

Vadovas ir gamintojo deklaracija / EMS
Dėl informacijos apie elektromagnetinį suderinamumą (EMS), žr. „Welch Allyn“ tinklalapį: welchallyn.com/emc-examlight.

Emisijos ir imuniteto informacijos spausdinta kopija gali būti užsakoma iš „Welch Allyn“ ir pristatoma per 7 kalendorines dienas.

Priedai
48950 Mobilus standartas GS lempai IV
48955 Lentelė / sieninis laikiklis GS patikros lempai IV / GS 300 / GS 600
44215 12 col. sieninio laikiklio prailginimas
52640 Išmetami gaubtai GS patikros lempai IV
Garantija
Penkeri metai

„Hill-Rom“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti dizainą, specifikacijas ir modelius. Vienintelė „Hill-Rom“ garantija – aiški rašytinė garantija, pratęsta parduodant ar nuomojant savo produktus.



Hillrom™



Welch Allyn® Green Series™
-onderzoekslamp IV
901067 ONDERZOEKSLAMP/LAMP VOOR INGEPEN

Gebruiksaanwijzing
(Nederlands)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revisiedatum: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze gebruiksaanwijzing zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk reproduceren of dupliceren, in welke vorm dan ook. Welch Allyn, Inc. ('Welch Allyn') aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel dat kan voortvloeien uit (i) het niet op de juiste wijze gebruiken van het product in overeenstemming met de instructies, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of verklaringen met betrekking tot het beoogd gebruik van het product zoals aangegeven in deze handleiding, of (ii) onwettig of onjuist gebruik van het product.

Welch Allyn is een handelsmerk van Welch Allyn, Inc.
Hillrom is een handelsmerk van Hill-rom Services, Inc.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. is een dochteronderneming van Hill-Rom Holdings Inc

EC REP

en EU-IMPORTEUR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE

Gemachtigde Australische Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083



Let op: licht met hoge intensiteit



Voor gebruik binnenshuis



Temperatuurgrenzen



Atmosferische-drukbereik



Vochtigheidsbereik



Aan-/uitschakelen



Wisselstroom (AC)



Niet hergebruiken, voor eenmalig gebruik



Massa in kilogram (kg)



Breekbaar



Deze kant boven



Stapelgrens op aantal



Droog bewaren



Recyclebaar



Gescheiden inzameling van elektrische apparatuur. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval



Waarschuwingen

WAARSCHUWING Lees en begrijp de instructies voordat u dit product gebruikt. Wanneer u de bedieningsvoorwaarden voor dit product niet begrijpt, kan dit leiden tot letsel voor uzelf, de patiënt en/of kan het instrument beschadigd raken.
WAARSCHUWING: De verlichting is intensief. Kijk niet in de lichtbron wanneer deze aanstaat. Dat kan schadelijk zijn voor uw ogen. Om het gevaar van oogbeschadiging door optische straling tot een minimum te beperken, dient het kijken in heldere lichtbronnen en de reflectie daarvan te worden vermeden en dienen ogen bij het ontbreken van normale pupilafmetingen en aversiereacties te worden beschermd.
WAARSCHUWING Gebruik de onderzoekslamp op de beoogde afstand van 40 cm. Blootstelling op kortere afstand kan schadelijk zijn voor de huid. Om het gevaar van huidbeschadiging als gevolg van optische straling tot een minimum te beperken, dient de lichtintensiteit op de onderzoeksplaats zo laag mogelijk te zijn en dient blootstelling zo kort mogelijk te worden gehouden en dienen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen wanneer de gevoeligheid van de huid door trauma van weefsel of het gebruik van verdovingsmiddelen is veranderd.
WAARSCHUWING Dit is een product uit klasse A. In een ziekenhuisomgeving of dokterspraktijk kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen dient te nemen.
WAARSCHUWING Dit product voldoet aan de huidige verplichte normen voor elektromagnetische interferentie. Het mag geen problemen veroorzaken bij andere apparaten en mag niet door andere toestellen worden beïnvloed. Uit voorzorg dient het gebruik van dit apparaat in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.
WAARSCHUWING Breng geen veranderingen aan de apparatuur aan. Elke verandering aan het apparaat kan tot letsel bij de patiënt leiden. Elke verandering aan het apparaat maakt de garantie ongeldig.
WAARSCHUWING Risico op persoonlijk letsel. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
WAARSCHUWING Risico op persoonlijk letsel. U kunt dit apparaat van de netvoeding isoleren door het netsnoer los te koppelen. Plaats het apparaat zodanig dat het netsnoer eenvoudig te bereiken en los te koppelen is.



Let op'-meldingen

LET OP Reparaties aan dit product mogen alleen door erkende servicecentra van Hillrom worden uitgevoerd.
LET OP Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden/ vervangen onderdelen

#

Productidentificatie

REF

Nabestelnummer

LOT

Partijcode

GTIN

Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer)



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Medisch hulpmiddel

Restrisico
Dit product voldoet aan de relevante normen voor elektro-magnetische interferentie, mechanische veiligheid, prestaties en biocompatibiliteit. Het product kan potentieel letsel of potentiële schade voor de patiënt of gebruiker door de onderstaande oorzaken echter niet volledig wegnemen:

- letsel of schade aan het hulpmiddel in verband met elektro-magnetische risico's;
- letsel door mechanische risico's;
- letsel door onbeschikbaarheid van het hulpmiddel, functies of parameters;
- letsel door verkeerd gebruik, zoals ontoereikende reiniging, en/of
- letsel door blootstelling van het hulpmiddel aan biologische triggers die kunnen leiden tot een ernstige systemische allergische reactie.

Bevestiging
Tafel-/muurbevestiging

 **WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat de montagebeugel goed aan de muur of de tafel is verankerd of dat de mobiele standaard goed is gemonteerd en de onderzoekslamp overeenkomstig de instructies stevig is bevestigd aan de beugel of standaard. Hang of plaats geen voorwerpen aan of op de apparatuur.

Opstellingsinstructies
Montage-instructies voor de mobiele standaard

Reiniging

 **WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is.

Manchet

  **LET OP** NIET met alcohol reinigen.

1. Gebruik een met warm water bevochtigde doek en een mild reinigingsmiddel om het product te reinigen.
2. Reinig vervolgens opnieuw met een met warm water bevochtigde doek.
3. Droog af met een schone doek.

Bedieningspaneel

 1. Reinig met een doek die bevochtigd is met een van de volgende goedgekeurde reinigingsmiddelen:

- warm water en mild reinigingsmiddel
- 70 procent isopropylalcohol
- 10% bleekmiddeloplossing

2. Reinig vervolgens opnieuw met een met warm water bevochtigde doek.

3. Met een schone doek droog maken.

Controleer het apparaat na reiniging op slijtage, rafelen of andere schade. Gebruik het apparaat niet als u tekenen van beschadiging ziet, als het apparaat defect is, niet goed lijkt te werken of als u een verandering in de prestaties opmerkt. Neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Hillrom voor hulp.

Oplossen van storingen

Groene lampje brandt niet
Mogelijke oorzaak
Storing in voeding. De lamp krijgt geen stroom.

Oplossing
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

Groene lampje brandt
Mogelijke oorzaak
De lamp werkt niet goed.

Oplossing
Neem contact op met de Technische ondersteuning van Hillrom.

Afvoeren
Gebruikers moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires. In geval van twijfel dient de gebruiker van het apparaat eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hillrom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

OCTROOI/OCTROOIEN
hillrom.com/patents
Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de onderstaande website. De Hill-Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

Technische ondersteuning van Hillrom
Voor informatie over de producten van Welch Allyn kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Hillrom:
hillrom.com/en-us/about-us/locations

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Prestatiekenmerken
Lichtbundel: Instelbaar van 4 tot 10 inch in diameter ± 10% bij een werkafstand van 16 inch

Type lichtbundel: Scherpe rand

Specificaties
Elektrisch
Ingangsvermogen: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,30A max.

Omgeving
Temperatuur
• Bij gebruik: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
• Transport/opslag: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend
• Bij gebruik: 15 – 90 %
• Transport/opslag: 15 – 95%
Atmosferische druk
• Bij gebruik: 700 – 1060 hPa
• Transport/opslag: 500 – 1060 hPa

Classificatie van apparatuur
Veiligheidsklasse 1, continu gebruik

Aanvullende technische informatie
welchallyn.com/gsseries

Normen en naleving
Het apparaat voldoet aan de volgende normen:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Landspecifieke normen zijn opgenomen in de van toepassing zijnde conformiteitsverklaring

Partijcode
JJWW (op product)
JJDDD (op verpakking)
JJ = laatste twee cijfers van het jaar,
WW = week van het jaar en
DDD = de opeenvolgende dag van het Juliaanse jaar

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant/EMC
Voor informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) kunt u de website van Welch Allyn raadplegen: welchallyn.com/emc-examlight

U kunt bij Welch Allyn ook een papieren exemplaar van de informatie over emissies en immuniteit bestellen. Deze wordt binnen 7 kalenderdagen bezorgd.

Accessoires
48950 Mobiele standaard voor GS-lamp IV
48955 Tafel-/wandbevestiging voor GS-onderzoekslamp IV/GS 300/ GS 600
44215 Verlengstuk wandbevestiging 12 inch
52640 Wegwerpbeschermhoezen voor GS-onderzoekslamp IV

Garantie
Vijf jaar.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.



Welch Allyn® Green Series™ undersøkelseslampe IV

901067 UNDERSØKELSE-/PROSEDYRELAMPE

Bruksanvisning (Norsk)

REF 773428, DIR 80027579 Versjon A, Revisjonsdato: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reproducere eller kopiere hele eller deler av denne bruksanvisningen uten tillatelse fra Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") påtar seg ikke ansvar for eventuell skade på personer som følge av at (i) instruksjoner, forsiktighetsregler, advarsler eller erklæringer vedrørende tiltenkt bruk i denne håndboken ikke er blitt fulgt, eller (ii) ulovlig eller feilaktig bruk av produktet. Welch Allyn er et varemerke for Welch Allyn, Inc. Hillrom er et varemerke for Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. er et datterselskap av Hill-Rom Holdings, Inc.

og EU-IMPORTØR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Autorisert australsk sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Tiltenkt bruk

Welch Allyn GS Undersøkelseslampe IV er konstruert for å møte de forskjellige behovene på legekontorer, i sykehusmiljøer og på spesialistkontorer. Den er ikke beregnet for utarbeiding av en diagnose eller ved kirurgiske inngrep.

Indikasjoner for bruk

Utstyret skal brukes på sykehus og på helseinstitusjoner av kvalifisert helsepersonell for å gi ekstra belysning under undersøkelser og mindre inngrep.

Kontraindikasjoner

Enhetene skal ikke brukes til diagnostisering eller ved kirurgi.

Symbolforklaringer

Hvis du vil ha informasjon om opprinnelsen til disse symbolene, kan du gå til Welch Allyns symbolliste: [welchallyn.com/symbolsglossary](https://www.welchallyn.com/symbolsglossary)

ADVARSEL Advarslene i denne håndboken identifiserer betingelser eller praksis som kan føre til sykdom, skade eller død. Varselsymbolene vil vises med grå bakgrunn i et svart-hvitt-dokument.

FORSIKTIG selles juhendis märksönaga „ETTEVAATUST” tähistatud teatud puudutavad olukordi või tegevusi, mille tulemuseks võib olla seadme või muu vara kahjustumine või andmete kaotsimine.

- # Produkt-ID
- REF Nummer for ny bestilling
- LOT Partikode
- GTIN Globalt handelsartikkelnummer
- Se bruksanvisningen

- MD Medisinsk utstyr
- Rx ONLY Kun ordinasjon eller "for bruk av eller etter anvisning fra lisensiert lege"
- Produsent
- EC REP Autorisert representant i EU
- Forsiktig: Lys med høy intensitet
- Brukes innendørs
- Temperaturgrenser
- Atmosfæretrykkgrenser
- Luftfuktighetsgrenser
- Strøm på/av
- Vekselstrøm (AC)
- Skal ikke gjenbrukes. Enhet for engangsbruk.
- Masse i kilogram (kg)
- Skjørt
- Denne siden opp
- Stablingsbegrensninger etter nummer
- Holdes tørr
- Resirkulerbar
- Separat kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall.

Advarsler

ADVARSEL Les og forstå instruksjonene før produktet brukes. Hvis du ikke setter deg inn i brukskravene for dette produktet, kan det føre til skade på deg selv, pasienten og/eller på instrumentet.

ADVARSEL Lyset er intenst. Ikke stirr på lyskilden når den er i drift. Det kan være skadelig for øynene. For å minimere risikoen for skader på øynene på grunn av optisk stråling må man unngå å se på kraftige lyskilder og refleksjoner fra disse og beskytte øyne når normal pupillstørrelse og vanlige aversjonsreaksjoner ikke er tilstede.

ADVARSEL Bruk undersøkelseslampen med sin tiltenkte arbeidsavstand på 40 cm (16 tommer). Eksponering på kortere avstander kan være skadelig for huden. For å minimere risikoen for skader på øynene på grunn av optiske strålingsfarer må man minimere lysintensiteten på undersøkelsesstedet, minimere eksponeringstiden og ta ytterligere forholdsregler hvis hudens følsomhet er endret gjennom vevskader eller bruk av bedøvelsesmidler.

ADVARSEL Dette er et klasse A-produkt. På et sykehus eller et legekantor kan dette produktet forårsake radiointerferens, og i så fall må brukeren kanskje sette i verk tilfredsstillende tiltak.

ADVARSEL Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende standardene for elektromagnetisk interferens og skal ikke forstyrre annet utstyr og heller ikke påvirkes av annet utstyr. Som en forholdsregel bør man unngå å bruke denne enheten i nærheten av annet utstyr.

ADVARSEL Gjør ikke endringer på dette utstyret. Endringer på utstyret kan medføre pasientskade. Produktets garanti vil opphøre å gjelde hvis det utføres endringer på dette utstyret.

ADVARSEL Fare for personskade. Strømledningen er frakoblingsenheten som brukes til å isolere utstyret fra strømmettet. Plasser utstyret slik at det ikke er vanskelig å nå for å koble fra ledningen.

ADVARSEL Fare for personskade. For å unngå fare for elektrisk støt må man kun koble dette utstyret til en jordnet strømkilde.

Forsiktighetsregler

FORSIKTIG Reparasjoner og vedlikehold på dette produktet skal bare utføres ved godkjente Hillrom-servicesentre.


FORSIKTIG Det er ingen deler som brukeren kan yte service på eller bytte ut..

Restrisiko

Dette produktet er i samsvar med relevante standarder for elektromagnetiske forstyrrelser, mekanisk sikkerhet, ytelse og biokompatibilitet. Produktet kan imidlertid ikke eliminere potensiell pasient- eller brukerskade fra følgende:



- Skade eller enhetsskade forbundet med elektromagnetiske farer,
- Skade fra mekanisk fare,
- Skade fra enhets-, funksjons- eller parameterutilgjengelighet,
- Skade fra bruksfeil, for eksempel utilstrekkelig rengjøring, og/eller
- Skade fra eksponering av enheten for biologisk materiale som kan resultere i en alvorlig systemisk allergisk reaksjon.

Montering Bord-/veggmontering



ADVARSEL Kontroller at monteringsbraketten er sikkert festet til veggen eller bordet eller at det mobile stativet er montert på riktig måte og at undersøkelseslampen er sikkert festet til braketten eller stativet etter anvisningene. Det må ikke henges eller plasseres ting på utstyret.

Instruksjoner for oppbygning Instruksjoner for montering på mobilt stativ



Rengjøring

ADVARSEL Kontroller at støpselet på enheten er trukket ut av stikkkontakten.

Fokuseringsmansjett

- FORSIKTIG** Må IKKE rengjøres med alkohol.
- 1. Rengjør med en klut fuktet med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel.
- 2. Etterfølges med en klut fuktet med varmt vann.
- 3. Tørk med en ren klut.

Kontrollboks

- 1. Rengjør med en klut fuktet med et av disse godkjente rengjøringsmidlene:
 - varmt vann og mildt rengjøringsmiddel
 - 70 prosent isopropylalkohol
 - 10 prosent blekemiddelløsning
- 2. Etterfølges med en klut fuktet med varmt vann.
- 3. Tørkes med en ren klut.

Kontroller utstyret slitasje, frynsing og annen skade etter rengjøring. Skal ikke brukes hvis du ser tegn til skade eller hvis instrumentet har feilfunksjon, ikke ser ut til å fungere som det skal, eller hvis du oppdager endringer i ytelsen. Ta kontakt med Hillroms avdeling for teknisk støtte hvis du trenger hjelp.

Feilsøking

- Grønn lampe lyser ikke**
Mulig årsak Strømforsyningsfeil. Lampen får ikke strøm.
- Løsning** Kontroller at alle kabler er tilkoblet på riktig måte.
- Grønn lampe lyser**
Mulig årsak Lampen fungerer ikke på riktig måte.
- Løsning** Ta kontakt med Hillroms avdeling for teknisk støtte.

Kassering

Brukere må følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker kassering av medisinsk utstyr og tilbehør. Hvis det foreligger tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker kassering.

[welchallyn.com/weee](https://www.welchallyn.com/weee)

PATENT/PATENTER

[hillrom.com/patents](https://www.hillrom.com/patents)

Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen nedenfor. Hill-Rom-selskaper er eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

Teknisk støtte hos Hillrom

Hvis du ønsker mer informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske støtte: [hillrom.com/en-us/about-us/locations](https://www.hillrom.com/en-us/about-us/locations)

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er opprettet.

Ytelsegenskaper

Lysflekkestørrelse: Justerbar fra 4 til 10 tommer i diameter ± 10 % ved 16-tommers arbeidsavstand

Lystype: Skarp kant

Spesifikasjoner Elektrisk

Inngang: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A maks

Miljø

Temperatur

- Drift: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Transport/lagring: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Relativ fuktighet, ikke-kondenserende

- Drift: 15 – 90 %
- Transport/lagring: 15 – 95%

Atmosfærisk trykk

- Drift: 700 – 1060 hPa
- Transport/lagring: 500 – 1060 hPa

Utstyrsklassifikasjon

Sikkerhetsklasse 1, kontinuerlig bruk

Teknisk tilleggsinformasjon

[welchallyn.com/gsseries](https://www.welchallyn.com/gsseries)

Standarder og samsvar

Enheten er i samsvar med følgende standarder: IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 Landsspesifikke standarder er inkludert i den aktuelle samsvarserklæringen

Partikode

YYWW (på produktet)
YYDDD (på pakken)
YY = de siste 2 sifrene i året
WW = uken i året
DDD = dagnummeret i det julianske året

Veiledning og erklæring fra produsenten/EMC

For mer informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), se Welch Allyns nettside: [welchallyn.com/emc-examlight](https://www.welchallyn.com/emc-examlight).

Et trykt eksemplar av utslipps- og immunitetsinformasjon kan bestilles fra Welch Allyn med levering innen 7 kalenderdager.

Tilbehør

- 48950 Mobilt stativ for GS Light IV
- 48955 Bord-/veggfeste for GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600
- 44215 12-tommers veggmontert forlengelse
- 52640 Engangshylse til GS Exam Light IV

Garanti

Fem år.

Hill-Rom forbeholder seg retten til å foreta endringer i design, spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Den eneste garantien Hill-Rom gir, er garantien som eksplisitt gis skriftlig ved salg eller leie av produktene.





Hillrom™

Lampa badawcza Welch Allyn®

Green Series™ IV

901067 LAMPA BADAWCZA/ZABIEGOWA

Instrukcja obsługi

(Polski)

REF 773428, DIR 80027579 Wer. A, Data aktualizacji: 2021-02

.....

© 2021 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niedozwolone jest kopiowanie lub powielanie niniejszej instrukcji obsługi bądź jej części w jakiegokolwiek formie bez pozwolenia firmy Welch Allyn. Firma Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn”) nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, które mogą wyniknąć z (i) nieprzestrzegania wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania, ostrzeżeń lub wytycznych dotyczących przeznaczenia produktu, jakie zostały opublikowane w niniejszej instrukcji bądź (ii) niewłaściwego lub niezgodnego z prawem użytkowania produktu. Welch Allyn jest znakiem towarowym firmy Welch Allyn, Inc. Hillrom jest znakiem towarowym firmy Hill-Rom Services, Inc.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. jest spółką zależną firmy Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP

i IMPORTER W UE

Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE

Autoryzowany sponsor w Australii

Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Przeznaczenie
Lampa badawcza Welch Allyn GS IV została zaprojektowana, aby sprostać różnorodnym potrzebom gabinetów lekarskich, szpitali i gabinetów specjalistycznych. Nie została przewidziana do diagnozowania, ani do wykonywania zabiegów lekarskich.

Wskazania do stosowania
Wyroby te powinny być używane w szpitalach i placówkach służby zdrowia przez wykwalifikowany personel medyczny w celu zapewnienia dodatkowego oświetlenia podczas wykonywania badań i drobnych zabiegów.

Przeciwwskazania
Wyrobow nie należy używać do celów diagnostycznych ani podczas zabiegów chirurgicznych.

Opis symboli
Informacje o pochodzeniu tych symboli można znaleźć w słowniczku symboli firmy Welch Allyn:
welchallyn.com/symbolsglossary



OSTRZEŻENIE ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji określają warunki lub działania, które mogą prowadzić do choroby, uszkodzenia ciała lub zgonu. Symbole ostrzeżeń są widoczne na szarym tle w dokumencie czarno-białym.



PRZESTROGA Przestrogi w niniejszym podręczniku identyfikują warunki lub praktyki, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub innego mienia bądź utratę danych.

#

Identyfikator produktu

REF

Numer ponownego zamówienia

LOT

Kod partii

GTIN

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)



Zapoznać się z instrukcją obsługi



Urządzenie medyczne

Rx ONLY Sujeito a receita médica ou "Para utilização por ou sob autorização de um profissional médico autorizado"



Producent

EC REP

Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej



Uwaga: Bardzo intensywne światło



Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



Granice temperatury



Granice ciśnienia atmosferycznego



Granice wilgotności



Włącznik/wyłącznik zasilania



Prąd zmienny (AC)



Nie używać ponownie, wyrób jednorazowego użytku



Masa w kilogramach (kg)



Delikatna zawartość



Tą stroną do góry



Limit ustawienia opakowań jedno na drugim



Chronić przed wilgocią



Nadaje się do recyklingu



Oddzielna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać i zrozumieć instrukcje. Niezrozumienie wymagań związanych z działaniem tego produktu może spowodować obrażenia ciała użytkownika, pacjenta i/lub może doprowadzić do uszkodzenia instrumentu.

OSTRZEŻENIE Intensywne natężenie światła. Nie patrzeć na uruchomione źródło światła. Może to być szkodliwe dla oczu. Aby zminimalizować szkodliwy wpływ na oczy ze strony zagrożeń spowodowanych przez promieniowanie optyczne, należy unikać patrzenia na jasne źródła światła i jego odbicia, a także chronić oczy w przypadkach, gdy źrenice nie mają naturalnej wielkości i nie następuje awersja do światła.

OSTRZEŻENIE Korzystać z lampy badawczej w zalecanej odległości roboczej wynoszącej 40 cm. Oddziaływanie z mniejszej odległości może być szkodliwe dla skóry. Aby zminimalizować szkodliwy wpływ na skórę spowodowany promieniowaniem optycznym, należy zminimalizować intensywność naświetlenia w miejscu badania skóry, zminimalizować czas oddziaływania i podjąć dodatkowe środki ostrożności, jeśli wrażliwość skóry została zmieniona poprzez urazy tkanki lub zastosowanie znieczulenia.

OSTRZEŻENIE Jest to produkt klasy A. W warunkach szpitalnych lub warunkach gabinetu lekarskiego produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, a w przypadku takim istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownik będzie musiał podjąć odpowiednie środki zaradcze.

OSTRZEŻENIE Niniejszy produkt spełnia aktualne wymagania dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych. Nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń, a działanie innych urządzeń nie powinno wywierać na niego niekorzystnego wpływu. Należy jednak unikać korzystania z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń.

OSTRZEŻENIE nie wolno modyfikować tego sprzętu. Jakiegokolwiek modyfikacje tego sprzętu mogą prowadzić do obrażeń pacjenta. Jakiegokolwiek modyfikacje tego sprzętu powodują unieważnienie gwarancji produktu.

OSTRZEŻENIE ryzyko obrażeń osobistych. Aby zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego, niniejsze urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazd zasilających z uziemieniem ochronnym.

OSTRZEŻENIE ryzyko obrażeń osobistych. Kabel zasilający jest elementem służącym do odłączenia sprzętu od gniazda zasilającego. Sprzęt należy ustawić w taki sposób, aby w razie potrzeby można było bez trudu odłączyć kabel zasilający.

Przestrogi

PRZESTROGA serwisowanie tego produktu może być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Hillrom.


PRZESTROGA W urządzeniu brak jest części, których naprawę lub wymianę może przeprowadzić użytkownik.

Ryzyko resztkowe
Wyrób ten spełnia wymogi określone w odpowiednich normach dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych, bezpieczeństwa mechanicznego, wydajności oraz biogodności. Nie można jednak wykluczyć potencjalnych obrażeń ciała pacjenta lub użytkownika, których przyczyną mogą być:


- zagrożenia elektromagnetyczne mogące skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem wyrobu;
- zagrożenia mechaniczne;
- zagrożenia związane z niedostępnością wyrobu, funkcji lub parametru;
- niewłaściwe użytkowanie, np. nieodpowiednie czyszczenie i/lub
- narażenie wyrobu na działanie czynników biologicznych, które mogą wywołać ciężkie ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Montaż


Montaż na stole lub ścianie



1



2



3



OSTRZEŻENI : Upewnić się, że wspornik montażowy jest bezpiecznie zamocowany do ściany lub stołu, lub że ruchomy statyw jest stabilnie złożony, i że lampa badawcza jest pewnie zamocowana do wspornika lub statywu zgodnie z zaleceniami. Nie wieszać i nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Instrukcja instalacji

Instrukcja składania na ruchomym statywie

Instalacja

Czyszczenie

**OSTRZEŻENIE** Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od ściennego gniazdka elektrycznego.

Tulejka ogniskująca

**PRZESTROGA** NIE czyścić alkoholem.

1.

Czyścić ściereczką zwilżoną ciepłą wodą i łagodnym detergentem.

2.

Następnie należy użyć ściereczki zwilżonej ciepłą wodą.

3.

Osuszyć czystą ściereczką.

Panel sterowania



1.

Czyścić ściereczką zwilżoną jednym z następujących zatwierdzonych środków czyszczących:

• ciepła woda i łagodny detergent,

• 70 procentowego alkoholu izopropylowego

• 10-procentowy roztwór wybielacza.

2.

Następnie należy użyć ściereczki zwilżonej ciepłą wodą.

3.

Wytrzeć do sucha czystą szmatką.

Po zakończeniu czyszczenia sprawdzić wyrób pod kątem zużycia, przetarc i innych uszkodzeń. Nie należy korzystać z wyrobu w przypadku zauważenia oznak jego uszkodzenia, awarii, nieprawidłowego działania lub zmiany w funkcjonowaniu. W celu uzyskania pomocy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom.

Rozwiązywanie problemów



Zielona lampka nie świeci się

Prawdopodobna przyczyna

Brak zasilania. Do lampy nie jest doprowadzone zasilanie.

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.



Zielona lampka świeci się

Prawdopodobna przyczyna

Lampa nie działa prawidłowo.

Rozwiązanie

Skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom.

Usuwanie

Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych. W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznego usuwania.



welchallyn.com/weee



PATENT/PATENTY
hillrom.com/patents
Produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów. Patrz poniższa strona internetowa. Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dział pomocy technicznej firmy Hillrom
Informacje na temat dowolnego produktu firmy Welch Allyn można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom:
hillrom.com/en-us/about-us/locations

Uwaga dla użytkowników i/lub pacjentów na terenie UE

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Charakterystyka działania
Rozmiar płamki: Możliwość regulacji średnicy w zakresie 4–10 cali ±10% przy odległości roboczej wynoszącej 16 cali

Typ płamki: Z ostrą krawędzią

Specyfikacje

Parametry elektryczne

Zasilanie: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz; maks. 0,30 A

Środowisko

Temperatura

• Środowisko pracy: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)

• Transport/mag azynowanie: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Wilgotność względna, bez kondensacji

• Środowisko pracy: 15 – 90 %

• Transport/mag azynowanie: 15 – 95%

Ciśnienie atmosferyczne

• Środowisko pracy: 700 – 1060 hPa

• Transport/mag azynowanie: 500 – 1060 hPa

Klasyfikacja sprzętu

Klasa bezpieczeństwa 1, działanie ciągłe

Dodatkowe informacje techniczne

welchallyn.com/gsseries

Normy i zgodność
Wyrób ten jest zgodny z następującymi normami:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Normy obowiązujące w danym kraju są zawarte w stosownej deklaracji zgodności.

Kod partii

RRTT (na produkcie)
RRDDD (na opakowaniu)
RR = ostatnie 2 cyfry roku, TT = tydzień roku, DDD = dzień roku według kalendarza juliańskiego

Wskazówki i deklaracja producenta / kompatybilność elektromagnetyczna

Informacje na temat zgodności elektromagnetycznej (EMC) można znaleźć na stronie internetowej firmy Welch Allyn:
welchallyn.com/emc-examlight.
Wydrukowany egzemplarz dokumentu Informacje na temat emisji i odporności można zamówić w firmie Welch Allyn (dostawa w ciągu 7 dni kalendarzowych).

Akcesoria

48950	Stojak mobilny do lampy GS IV
48955	Uchwyt do montażu na stole/ścianie do lampy badawczej GS IV / GS 300 / GS 600
44215	12-calowe przedłużenie uchwytu do montażu na ścianie
52640	Jednorazowe osłony do lampy badawczej GS IV

Gwarancja

Pięć lat.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.



Hillrom™

Candeeiro de exames IV Welch Allyn® Green Series™

901067 CANDEEIRO DE EXAMES/PARA INTERVENÇÕES

Instruções de utilização (Português)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Data da revisão: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou duplicar, sob qualquer forma, estas instruções de utilização ou qualquer parte das mesmas sem autorização da Welch Allyn. A Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") não assume qualquer responsabilidade por lesões causadas a quem quer que seja que possam resultar (i) do incumprimento das instruções de utilização, indicações de atenção, indicações de advertência ou da declaração de utilização prevista do produto, publicadas neste manual, ou (ii) da utilização ilegal ou incorreta do produto. Welch Allyn é uma marca comercial da Welch Allyn, Inc. Hillrom é uma marca comercial da Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
A Welch Allyn, Inc. é uma subsidiária da Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP e IMPORTADOR NA UE
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE Promotor australiano
autorizado
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Indicação de Uso

O candeeiro de exames IV Welch Allyn GS foi concebido para dar resposta às várias necessidades dos consultórios de clínica geral, consultórios de especialistas e hospitais. Não se destina a fazer diagnósticos ou cirurgias.

Indicações de utilização

Os dispositivos devem ser utilizados em hospitais e instalações de cuidados de saúde por profissionais de saúde com formação para fornecer iluminação adicional durante a realização de exames e pequenas intervenções.

Contraindicações

Os dispositivos não devem ser utilizados para fazer diagnósticos ou cirurgias.

Descrições de símbolos

Para obter informações relativas à origem destes símbolos, consulte o glossário de símbolos da Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

AVISO As declarações de aviso presentes neste manual identificam condições ou práticas que podem conduzir a doenças, lesões ou morte. Os símbolos de aviso são apresentados com um fundo cinzento num documento a preto e branco.

ATENÇÃO przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji określają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub innego mienia bądź utratę danych.

Identificador do produto

REF Número de encomenda

LOT Código de lote

GTIN Número de Artigo Comercial Global

Consultar as instruções de utilização

MD Dispositivo médico

Rx ONLY Sujeito a receita médica ou "Para utilização por ou sob autorização de um profissional médico autorizado"

Fabricante

EC REP Representante Autorizado na Comunidade Europeia

Cuidado: Elevada intensidade da luz

Utilização interior

Limites de temperatura

Limites de pressão atmosférica

Limites de humidade

Ligar/Desligar (ON/OFF)

Corrente alternada (CA)

Não reutilizar, dispositivo de utilização única

Massa em quilogramas (kg)

Frágil

Este lado para cima

Limite de empilhamento por número

Manter seco

Reciclável

O equipamento elétrico deve ser recolhido separadamente. Não eliminar como lixo urbano indiferenciado.

Indicações de advertência

AVISO Leia e compreenda as instruções antes de utilizar o produto. O facto de não compreender perfeitamente as condições de funcionamento deste produto pode originar lesões graves a si, ao paciente e/ou danificar o instrumento.

AVISO A iluminação é intensa. Não olhe diretamente para a luz durante o funcionamento. Pode ser perigoso para os olhos. Para reduzir o risco de danos provocados pela radiação óptica. evite olhar para fontes de luz brilhantes e respectivos reflexos, e proteja os olhos sempre que a dimensão das pupilas não seja normal ou não haja respostas de aversão.

AVISO Use a luz de observação dentro da gama prevista de utilização 16 in (40 cm). Uma exposição a distâncias inferiores pode prejudicar a sua pele. Para não correr o risco de danificar a pele por radiação ótica diminua a intensidade da luz no local de exame, reduza os tempos de exposição e tome todas as precauções sempre que a sensibilidade da pele se tenha alterado devido a trauma dos tecidos ou uso da anestesia.

AVISO Este é um produto da classe A. Num hospital ou consultório médico este produto pode causar interferências de rádio e nesse caso o utilizador pode ter de tomar medidas adequadas à situação.

AVISO Este produto está em conformidade com as normas atuais obrigatórias relativamente a interferência eletromagnética e não deve causar problemas noutros equipamentos, nem ser afetado por outros dispositivos. Como precaução, evite utilizar este dispositivo nas proximidades de outro equipamento.

AVISO Não modifique este equipamento. Qualquer modificação deste equipamento pode resultar em lesões no paciente. Qualquer modificação deste equipamento resulta na anulação da garantia do produto.

AVISO Risco de ferimentos pessoais. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só pode ser ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra de proteção.

AVISO Risco de ferimentos pessoais. O cabo de alimentação é o dispositivo de corte da alimentação que isola este equipamento da fonte de alimentação. Posicione o equipamento de forma a que não seja difícil alcançar ou desligar o cabo.

Indicações de atenção

ATENÇÃO as reparações podem ser realizadas apenas pelos centros de assistência técnica autorizados pela Hillrom.

ATENÇÃO Não existem peças que requeiram manutenção/substituição.

Risco residual


Este produto está em conformidade com as normas relevantes de interferência eletromagnética, segurança mecânica, desempenho e biocompatibilidade. No entanto, o produto não pode eliminar completamente a possibilidade de ferimentos no paciente ou no utilizador decorrente do seguinte:

- Ferimentos ou danos no dispositivo associados a perigos eletromagnéticos;
- Ferimentos devido a perigos mecânicos;

- Ferimentos devido a indisponibilidade do dispositivo, função ou parâmetro;
- Ferimentos devido a utilização incorreta, como limpeza inadequada e/ou
- Ferimentos devido à exposição do dispositivo a estímulos biológicos que podem resultar numa reação alérgica sistémica grave.

Montagem


Mesa/montagem de parede





AVISO Certifique-se de que o suporte de montagem está bem fixo, à parede ou à mesa ou que o suporte móvel está perfeitamente seguro, e de que a lâmpada de observação está bem fixa ao suporte. e ao pé, segundo as instruções de montagem. Não pendure nem coloque objectos em cima do aparelho.

Instruções

Instruções de montagem de unidade móvel



Configuração



Limpeza

AVISO Verifique se o aparelho está desligado da tomada elétrica

Manga focalizadora


- ATENÇÃO** NÃO limpe com álcool.
- 1. Limpe com um pano humedecido com água morna e detergente suave.
- 2. Em seguida, utilize um pano humedecido com água morna.
- 3. Seque com um pano limpo.

Caixa de controlo

- 1. Limpe com um pano humedecido com qualquer um destes agentes de limpeza aprovados:
 - água morna e detergente suave
 - 70% de álcool isopropílico
 - solução de lixívia a 10%
- 2. Em seguida, utilize um pano humedecido com água morna.
- 3. Seque bem com um pano limpo.

Após a limpeza, inspecione o dispositivo quanto a desgaste ou outros danos. Não utilize se forem detetados sinais de danos, se o equipamento não funcionar corretamente ou se notar uma alteração no desempenho. Contacte o departamento de assistência técnica da Hillrom para obter assistência.

Resolução de problemas



Eliminação

Os utilizadores devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos. Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deve contactar, em primeiro lugar, a assistência técnica da Hillrom para obter orientações sobre os protocolos de eliminação segura.

welchallyn.com/weee

PATENTE/PATENTES

hillrom.com/patents
Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet abaixo. As empresas Hill-Rom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

Assistência técnica da Hillrom

Para obter informações acerca de qualquer produto da Welch Allyn, contacte a assistência técnica da Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

Características de desempenho

Tamanho do foco: Com um diâmetro ajustável de 4 a 10 polegadas ±10% a uma distância de trabalho de 16 polegadas

Tipo de foco: Margem do campo de luz marcada

Especificações

Entrada

de energia: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,30 A máx.

Ambiente

Temperatura

- de funcionamento: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Transporte/armazenagem: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Humidade relativa, sem condensação

- de funcionamento: 15 – 90%
- Transporte/armazenagem: 15 – 95%

Limites de pressão atmosférica

- de funcionamento: 700 – 1060 hPa
- Transporte/armazenagem: 500 – 1060 hPa

Classificação do equipamento

Classe de segurança I, Funcionamento constante

Outra informação técnica

welchallyn.com/gsseries

Normas e conformidade

O dispositivo está em conformidade com as seguintes normas:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
As normas específicas do país estão incluídas na Declaração de conformidade aplicável



Código de lote

AASS (no produto)
AADDD (na embalagem)
YY = dois últimos dígitos do ano
SS = semana do ano
DDD = dia consecutivo do ano juliano

Orientação e declaração do fabricante/CEM

Para obter informações sobre compatibilidade eletromagnética (CEM), consulte o website da Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

É possível encomendar uma cópia impressa das informações sobre as emissões e a imunidade à Welch Allyn para entrega no prazo de 7 dias.

Acessórios

48950	Suporte móvel para candeeiro de exames IV GS
48955	Montagem em mesa/parede para candeeiro de exames IV GS/GS 300/GS 600
44215	Extensão de montagem em parede de 12 polegadas
52640	Protetores descartáveis para candeeiro de exames IV GS

Garantia

Cinco anos.

A Hill-Rom reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio ao design, às especificações e aos modelos. A única garantia concedida pela Hill-Rom é a garantia expressa por escrito alargada à venda ou aluguer dos seus produtos.



Lampă de examinare IV Welch Allyn® Green Series™

901067 LAMPĂ DE EXAMINARE/PENTRU PROCEDURI

Instrucțiuni de utilizare (Română)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Data revizuirii: 2021-02

©2021 Welch Allyn, Inc. Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea sau duplicarea, în orice formă, a acestor instrucțiuni de utilizare sau a oricărei părți din acestea fără permisiunea Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn”) nu își asumă responsabilitatea pentru nicio vătămare corporală a vreunei persoane, care poate rezulta din (i) neutilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile, atenționările, avertizările sau declarația privind domeniul de utilizare publicate în acest manual, sau (ii) orice utilizare ilegală sau necorespunzătoare a produsului. Welch Allyn este o marcă comercială a Welch Allyn, Inc. Hillrom este o marcă comercială a Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. este o marcă comercială a Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP și IMPORTATOR UE
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Sponsor autorizat în Australia
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Domeniu de utilizare

Lampa pentru consultații IV Welch Allyn GS este proiectată pentru a răspunde cerințelor variate din cabinetele medicale, spitale și cabinetele medicilor specialiști. Aceasta nu este prevăzută pentru a furniza un diagnostic sau pentru scopuri chirurgicale.

Indicații de utilizare

Dispozitivele sunt concepute pentru a fi utilizate în spitale și centre medicale de către profesioniști instruiți din domeniul medical, pentru a furniza iluminare suplimentară în timpul examinărilor și procedurilor minore.

Contraindicații

Dispozitivele nu trebuie utilizate pentru diagnosticare sau în intervențiile chirurgicale.

Descrieri ale simbolurilor

Pentru informații despre originea acestor simboluri, consultați glosarul de simboluri Welch Allyn:
welchallyn.com/symbolsglossary

- AVERTIZARE** Avertizările din acest manual identifică practicile sau condițiile care ar putea conduce la boală, rănire sau deces. Avertizările sunt afișate pe fundal gri, într-un document alb-negru.
- ATENȚIE** Atenționările din acest manual identifică practicile sau condițiile care ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sau a altor bunuri sau la pierderea datelor. Această definiție se aplică atât simbolurilor galbene, cât și celor alb-negru.
- Identificator de produs
- Număr comandă nouă
- Codul lotului
- Cod articol comercial global
- Consultați instrucțiunile de utilizare
- Dispozitiv medical

Rx ONLY Numai pe bază de rețetă sau „Pentru utilizare de către sau pe baza unei comenzi date de un profesionist care deține autorizație de practică în domeniul medical”

Producător

EC REP Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Atenție: Lumină cu intensitate mare

A se folosi la interior

Limite de temperatură

Limite de presiune atmosferică

Limite de umiditate

Alimentare pornită/oprită

Curent alternativ (c.a.)

A nu se reutiliza, dispozitiv de unică folosință

Masa în kilograme (kg)

Fragil

Sus

Limita de stivuire în funcție de număr

A se păstra uscat

Reciclabil

Colecție separată de echipamente electrice și electronice. Nu aruncați produsul cu deșeurile municipale nesortate.

Avertizări

AVERTIZARE Citiți și înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Dacă nu sunt înțelese cerințele operaționale ale acestui produs, se poate ajunge la vătămarea propriei persoane, a pacientului și/sau la deteriorarea instrumentului.

AVERTIZARE Lumina este intensă. Nu priviți direct sursa de lumină în timpul funcționării. Aceasta poate dăuna ochilor. Pentru a minimaliza riscurile de vătămare a ochilor prin pericolele asociate radiațiilor optice, evitați să priviți sursele de lumină puternică și reflexiile acestora și protejați ochii persoanelor care nu prezintă o dimensiune pupilară normală sau reflexe adecvate de autoapărare.

AVERTIZARE Utilizați lampa pentru consultații de la distanță de funcționare prevăzută, de 40 cm (16 in). Expunerea de la distanță mai mică decât atât poate dăuna pielii. Pentru a minimaliza riscul de vătămare a pielii prin pericolele asociate radiațiilor optice, reduceți la minim intensitatea luminii la locul de examinare a țesutului, reduceți la minim timpul de expunere și luați măsuri suplimentare de precauție atunci când sensibilitatea pielii a fost afectată de traume la nivelul țesuturilor sau de utilizarea anesteziei.

AVERTIZARE Acesta este un produs de clasa A. Într-un spital/cabinet medical, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul poate fi obligat să ia măsurile adecvate.

AVERTIZARE Acest produs respectă standardele obligatorii actuale privind interferențele electromagnetice și nu ar trebui să constituie o problemă pentru alte echipamente sau să fie afectat de alte dispozitive. Ca precauție, evitați să utilizați acest dispozitiv în apropierea altui echipament.

AVERTIZARE Nu modificați acest echipament. Orice modificare a acestui echipament poate conduce la vătămarea pacientului. Orice modificare a acestui echipament anulează garanția produsului.

AVERTIZARE Risc de vătămare corporală. Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat doar la o rețea de alimentare cu împământare de protecție.

AVERTIZARE Risc de vătămare corporală. Cablul de alimentare este dispozitivul de deconectare utilizat pentru a izola acest echipament de rețeaua de alimentare. Poziționați echipamentul astfel încât accesul pentru deconectarea cablului să nu fie dificil de realizat.

Atenționări

ATENȚIE Numai centrele de service Hillrom autorizate pot efectua lucrări de service la acest produs.

ATENȚIE Nu există piese care să poată fi reparate/inlocuite de utilizator.


Riscuri reziduale

Acest produs respectă standardele relevante privind interferența electromagnetică, siguranța mecanică, performanța și biocompatibilitatea. Cu toate acestea, produsul nu elimină complet următoarele pericole potențiale pentru pacient sau utilizator:

- vătămarea sau deteriorarea dispozitivului în asociere cu pericolele electromagnetice,
- vătămarea cauzată de pericole mecanice,
- vătămarea cauzată de dispozitiv, funcționare sau indisponibilitatea parametrilor,
- vătămarea cauzată de erori legate de utilizarea greșită, cum ar fi curățarea inadecvată și/sau
- vătămarea cauzată de expunerea dispozitivului la factori declanșatori biologici care poate conduce la o reacție alergică sistemică severă.

Montarea


Montare pe masă/pe perete





AVERTIZARE Asigurați-vă că brățara de fixare este ancorată în siguranță de perete sau de masă, sau că stativul mobil este asamblat sigur și că lampa pentru consultații este prinsă în siguranță în brățară sau în stativ, conform instrucțiunilor. Nu agățați și nu așezați obiecte pe echipament.

Instrucțiuni de configurare

Instrucțiuni de asamblare a stativului mobil



Configurare



Curățare

AVERTIZARE Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priza de perete.

Manșon de concentrare

- ATENȚIE** A NU se curăța cu alcool.
- 1. Curățați cu o lavetă umezită cu apă caldă și un detergent delicat.
- 2. Clătiți cu o lavetă umezită cu apă caldă.
- 3. Uscați cu o lavetă curată.

Cuția de comandă

- 1. Curățați cu o lavetă umezită cu oricare dintre acești agenți de curățare aprobați:
 - apă caldă și detergent delicat
 - soluție 70% de alcool izopropilic
 - soluție 10% de înălbitor
- 2. Clătiți cu o lavetă umezită cu apă caldă.
- 3. A se usca prin ștergere cu o bucată de pânză curată.

După curățare, inspectați dispozitivul pentru uzură sau deteriorare. Nu îl utilizați dacă observați semne de deteriorare, dacă instrumentul funcționează greșit, pare să nu funcționeze corect sau dacă observați o schimbare a performanței. Contactați departamentul de asistență tehnică Hillrom pentru asistență.

Depanare

- Becul verde nu este aprins**
Cauză posibilă
Eroare de alimentare. Lampa nu este alimentată cu curent.
Soluție
Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.
- Becul verde este aprins**
Cauză posibilă
Lampa nu funcționează corect.
Soluție
Contactați asistența tehnică Hillrom.

Eliminarea

Utilizatorii trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, de stat, regionale și/sau locale în ceea ce privește eliminarea în siguranță a dispozitivelor și accesoriilor medicale. În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze mai întâi departamentul de asistență tehnică Hillrom pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiții de siguranță.

welchallyn.com/weee

BREVET/BREVETE

hillrom.com/patents

Poate fi protejat de unul sau mai multe brevete. Consultați adresa de internet de mai sus. Companiile Hill-Rom sunt proprietarii brevetelor europene, americane și ai altor brevete și solicitări de brevete în curs.

Asistență tehnică Hillrom

Pentru informații despre orice produs Hillrom, contactați serviciul de Asistență tehnică Hillrom la adresa hillrom.com/en-us/about-us/locations

Notificare adresată utilizatorilor și/sau pacienților din UE

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul, trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Caracteristici de performanță

Dimensiunea spotului: Reglabil de la 4 la 10 inch în diametru ± 10% la distanță de lucru de 16 inch

Tip de spot: Contur clar

Specificații Electrice

Intrare: 100 – 240 V~ 50 Hz – 60 Hz, 0,30 A max

Mediu

Temperatură

- În timpul funcționării: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Transport/depozitare: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Umiditate relativă, fără condens

- În timpul funcționării: 15 – 90 %
- Transport/depozitare: 15 – 95 %

Presiune atmosferică

- În timpul funcționării: 700 – 1060 hPa
- Transport/depozitare: 500 – 1060 hPa

Clasificarea echipamentului

Clasa de siguranță 1, funcționare continuă

Informații tehnice suplimentare

welchallyn.com/gsseries

Standarde și conformitate

Dispozitivul respectă cerințele următoarelor standarde:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Standardele specifice pentru fiecare țară sunt incluse în Declarația de conformitate aplicabilă

Codul lotului

AASS (pe produs)
AAZZZ (pe pachet)
YY = ultimele 2 cifre ale anului
SS = săptămâna anului
ZZZ = ziua consecutivă a anului iulian

Îndrumare și Declarația producătorului/CEM

Pentru informații despre compatibilitatea electromagnetică (CEM), accesați site-ul web Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

O copie tipărită a informațiilor despre emisii și imunitate poate fi comandată de la Welch Allyn, cu livrare în termen de 7 zile calendaristice.

Accesorii

- 48950 Stativ mobil pentru lampa IV GS
- 48955 Montură pentru masă/perete pentru lampa de examinare IV GS / GS 300 / GS 600
- 44215 Extensie de 12” pentru montura pentru perete
- 52640 Protecții de unică folosință pentru lampa de examinare IV GS

Garanție

Cinci ani.

Hill-Rom își rezervă dreptul de a efectua schimbări fără notificare prealabilă, la design, specificații și modele. Singura garanție oferită de Hill-Rom este garanția expresă în scris, acordată la vânzarea sau închirierea produselor sale.





Hillrom™

Welch Allyn® Green Series™ Vyšetrovacie svetlo IV

901067 VYŠETROVACIE SVETLO/SVETLO NA ZÁKROKY

Návod na používanie (Slovenský)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Dátum revízie: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Všetky práva vyhradené. Bez písomného povolenia spoločnosti Welch Allyn nesmú žiadne osoby žiadnym spôsobom reprodukovat alebo duplikovať tento návod ani žiadnu jeho časť. Spoločnosť Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn“) nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia spôsobené akejkolvek osobu, ktoré vyplývajú z (i) akéhokolvek použitia výrobku, ktoré je v rozpore s pokynmi, upozorneniami, výstrahami alebo vyhláseniami určeného použitia uvedenými v tejto príručke, alebo (ii) akéhokolvek nezákonného alebo nevhodného používania výrobku. Welch Allyn je obchodná značka spoločnosti Welch Allyn, Inc. Hillrom je obchodná značka spoločnosti Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP a DOVOZCA EÚ
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Autorizovaný garant pre Austráliu
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Určené použitie

Svietidlo GS Exam Light IV od spoločnosti Welch Allyn je určené na rôzne účely v ordinácii všeobecného alebo špecializovaného lekára a v nemocnici. Neslúži na stanovenie diagnózy ani na vykonanie operácie.

IIndikácie použitia

Pomôcky smie používať odborný zdravotnícky personál v nemocniciach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti na dodatočné osvetlenie počas vykonávania vyšetrení a malých zákrokov.

Kontraindikácie

Pomôcky sa nesmú používať na stanovenie diagnózy alebo na chirurgické zákroky.

Opis symbolov

Informácie o pôvode týchto symbolov nájdete v glosári symbolov spoločnosti Welch Allyn: : welchallyn.com/symbolsglossary

VÝSTRAHA Výstrahy uvedené v tejto príručke opisujú podmienky alebo postupy, ktoré môžu viesť k ochoreniu, zraneniu alebo smrti. Výstražné symboly sa zobrazia v čiernobielym dokumente na sivom pozadí.

UPOZORNENIE Upozornenia uvedené v tejto príručke opisujú podmienky alebo postupy, ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadenia alebo iného majetku, alebo k strate údajov.

#	Identifikátor výrobku
REF	Číslo doobjednávky
LOT	Číslo kódu šarže
GTIN	Číslo položky medzinárodného obchodu
i	Prečítajte si návod na používanie
MD	Zdravotnícka pomôcka

Rx ONLY Zariadenie viazané na lekársky predpis alebo „na použitie alebo objednávku oprávnených zdravotníckych pracovníkov“

Výrobca

EC REP Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

☀ Upozornenie: svetlo s vysokou intenzitou

🏠 Používajte v interiéri.

🌡 Teplotné limity

🌬 Limity atmosférického tlaku

💧 Limity vlhkosť

🔌 Vypínač

~ Striedavy prúd (AC)

⊗ Nepoužívajte opakovanie, pomôcka na jednorazové použitie

📦 Hmotnosť v kilogramoch (kg)

🍷 Krehké

↑ Týmto smerom nahor

📏 Obmedzenie počtu výrobkov uložených na sebe

☂ Uchovávať v suchu

♻ Recyklovateľné

🗑 Separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Výrobok nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad.

! Výstrahy

VÝSTRAHA Pred použitím tohto produktu si prečítajte pokyny a pochopte ich. Nepochopenie prevádzkových požiadaviek tohto produktu môže viesť k poraneniu vás alebo pacienta alebo k poškodeniu zariadenia.

VÝSTRAHA Osvetlenie je intenzívne. Nepozerajte sa do rozsvieteného svetelného zdroja. Môže poškodiť oči. V záujme minimalizovania rizika poškodenia očí v dôsledku optického žiarenia sa nepozerajte do zdrojov jasného svetla ani do ich odrazov. Chráňte oči v prípade, že zrenice nemajú normálnu veľkosť a nie je prítomná averzná reakcia.

VÝSTRAHA Vyšetrovacie svietidlo používajte v určenej pracovnej vzdialenosti 40 cm (16 palcov). Vystavenie pri menších vzdialenostiach môže poškodiť kožu. V záujme minimalizovania rizika poškodenia kože v dôsledku optického žiarenia minimalizujte intenzitu osvetlenia v mieste vyšetrenia tkaniva, minimalizujte dobu vystavenia a prijmte doplnkové bezpečnostné opatrenia, ak sa citlivosť kože zmenila v dôsledku poranenia tkaniva alebo použitia anestézie.

VÝSTRAHA Toto je produkt triedy A. V prostredí nemocnice alebo ordinácie všeobecného lekára môže tento produkt spôsobovať vysokofrekvenčné rušenie. V takom prípade môže byť potrebné, aby používateľ prijal adekvátne opatrenia.

VÝSTRAHA Tento výrobok je v súlade s aktuálnymi požadovanými normami týkajúcimi sa elektromagnetického rušenia a nemal by spôsobovať problémy iným zariadeniam ani by nimi nemal byť ovplyvnený. V rámci preventívnych opatrení nepoužívajte túto pomôcku v tesnej blízkosti iných zariadení.

VÝSTRAHA Toto zariadenie neupravujte. Akákoľvek úprava tohto zariadenia môže viesť k poraneniu pacienta. Akákoľvek úprava tohto zariadenia ruší platnosť záruky na produkt.

VÝSTRAHA Riziko poranenia. Aby sa zabránilo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, zariadenie môže byť pripojené iba k zdroju s uzemnením.

VÝSTRAHA Riziko poranenia. Sieťový kábel je odpojovacím prostriedkom, ktorý izoluje zariadenie od zdroja. Umiestnite zariadenie tak, aby sa dalo ľahko dosiahnuť na sieťový kábel a odpojiť ho.

! Upozornenia

UPOZORNENIE Servis tohto výrobku môžu vykonávať len oprávnené servisné strediská spoločnosti Hillrom.

UPOZORNENIE Žiadne súčasti tohto produktu nie sú určené na servis ani výmenu používateľom.


Zvyškové riziko

Tento výrobok je v súlade s relevantnými normami o elektro-magnetických interferenciách, mechanickej bezpečnosti, výkonnosti a biokompatibilite. Avšak výrobok nedokáže úplne eliminovať potenciálne zranenie pacienta alebo používateľa v nasledujúcich prípadoch:

- zranenie alebo poškodenie pomôcky v súvislosti s elektromagnetickými rizikami,
- zranenia spôsobené mechanickými rizikami,
- zranenia spôsobené pomôckou, nedostupnosťou funkcie alebo parametra,
- zranenie spôsobené nesprávnym používaním, ako je napríklad nevhodné čistenie a/alebo
- zranenie spôsobené vystavením pomôcky biologickým látkam, ktoré môže spôsobiť vážne systematické alergické reakcie.

Montáž


Stolový/nástenný držiak





VÝSTRAHA Montážny držiak sa musí pevne ukotviť do steny alebo stola. Ak sa používa mobilný stojan, musí byť pevne zmontovaný. Vyšetrovacie svietidlo sa musí podľa pokynov bezpečne upevniť do držiaka alebo stojana. Na zariadenie nevesajte žiadne predmety ani naň nič neukladajte.

Pokyny na nastavenie

Pokyny na zostavenie mobilného stojana



Nastavenie



Čistenie

VÝSTRAHA Zariadenie musí byť odpojené od nástennej elektrickej zásuvky.

Zameriavací nadstavec

UPOZORNENIE DNEČISTITE alkoholom.

- Čistíte utierkou navlhčenou teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Potom výrobok utrite utierkou navlhčenou teplou vodou.
- Vysušte čistou utierkou.

Ovládacia skrinka

1. Výrobok očistite utierkou navlhčenou jedným z nasledujúcich schválených čistiacich prostriedkov:

- teplá voda s jemným detergentom,
- 70-percentný izopropylalkohol,
- 10-percentný roztok bielidla.

2. Potom výrobok utrite utierkou navlhčenou teplou vodou.

3. Utrite dosucha čistou tkaninou.

Po vyčistení skontrolujte pomôcku, či nie je opotrebovaná, narušená alebo iným spôsobom poškodená. Nepoužívajte, ak vidíte známky poškodenia, ak má prístroj poruchu, zdá sa, že nefunguje správne, alebo ak si všimnete zmeny výkonu. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Hillrom.

Riešenie problémov

Zelené svetlo nesvieti

Možná príčina
Chyba napájania. Svietidlo nie je napájané elektrickou energiou.

Riešenie
Overte, či sú všetky káble správne pripojené.

Zelené svetlo svieti

Možná príčina
Svietidlo nefunguje správne.

Riešenie
Obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Hillrom.

Likvidácia

Používatelia musia dodržiavať všetky federálne, národné, regionálne a/alebo lokálne zákony a predpisy, pretože je dôležité zaručiť bezpečnú likvidáciu zdravotníckych pomôcok a príslušenstva. V prípade pochybností by mal používateľ pomôcky kontaktovať oddelenie technickej podpory spoločnosti Hillrom, ktoré mu poskytne protokoly bezpečnej likvidácie.

welchallyn.com/weee

PATENT/PATENTY

hillrom.com/patents
Na výrobok sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov. Pozri vyššie uvedenú internetovú adresu. Spoločnosti Hill-Rom sú majiteľmi európskych, amerických a iných patentov, ako aj patentov čakajúcich na schválenie.

Oddelenie technickej podpory spoločnosti

Hillrom

Informácie o akýchkoľvek výrobkoch spoločnosti Hillrom vám poskytne oddelenie technickej podpory spoločnosti Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Informácie pre používateľov alebo pacientov

v EÚ

Akúkoľvek vážnu nehodu, ku ktorej by došlo v súvislosti s pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

Výkonnostné charakteristiky

Veľkosť osvetľovanej plochy: Prispôsobiteľná, priemer od 4 do 10 palcov ± 10 % pri pracovnej vzdialenosti 16 palcov

Druh osvetlenia plochy: Ostré

Technické údaje

Elektrické

Prívod: 100 – 240 V~ 50 Hz – 60 Hz, max. 0,30 A

Prostredie

Teplota

- Prevádzkové: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Preprava/skladovanie: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

Relatívna vlhkosť, nekondenzujúca

- Prevádzkové: 15 – 90 %
- Preprava/skladovanie: 15 – 95%

Atmosférický tlak

- Prevádzkové: 700 – 1060 hPa
- Preprava/skladovanie: 500 – 1060 hPa

Klasifikácia zariadenia

Bezpečnostná trieda 1, nepretržitá prevádzka

Ďalšie technické informácie

welchallyn.com/gsseries

Súlad s normami

Pomôcka je v súlade s nasledujúcimi normami:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Normy špecifické pre danú krajinu sú zahrnuté v príslušnom vyhlásení o zhode

Číslo šarže

RRTT (na produkte)
RRDDD (na obale)
RR = posledné 2 číslice roku
TT = týždeň v roku
DDD = nasledujúci deň juliánskeho roku

Smernice a vyhlásenia výrobcu/EMC

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

Od spoločnosti Welch Allyn si môžete objednať tlačенú verziu informácií o emisiách a odolnosti. Spoločnosť ju v priebehu 7 kalendárnych dní odošle na požadovanú adresu.

Príslušenstvo

48950	Mobilný držiak pre GS svetlo IV
48955	Montáž na stôl/stenu pre GS Vyšetrovacie svetlo IV/GS 300/GS 600
44215	12" nadstavec na montáž na stenu
52640	Jednorazové kryty pre GS Vyšetrovacie svetlo IV

Záruka

Päť rokov.

Spoločnosť Hill-Rom si vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť dizajn, parametre a modely. Jedinou zárukou spoločnosti Hill-Rom je výslovná písomná záruka poskytovaná pri predaji alebo prenájme jej výrobkov.





Hillrom™

Welch Allyn® Green Series™ IV undersökningslampa

901067 UNDERSÖKNINGSLAMPA/LAMPA FÖR INGREPP

Bruksanvisning (Svenska)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revisionsdatum: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera eller kopiera denna handbok eller delar av den utan tillstånd från Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") påtar sig inget ansvar för personskador som kan uppstå på grund av (i) underlåtenhet att använda produkten på rätt sätt i enlighet med anvisningarna, försiktighetsåtgärderna, varningarna eller uttalandet om avsedd användning som publiceras i den här handboken eller (ii) olaglig eller felaktig användning av produkten. Welch Allyn är varumärken som tillhör Welch Allyn, Inc. Hillrom är ett varumärke som tillhör Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

och EU IMPORTÖR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Auktoriserad sponsor i Australien
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Användningsområde

Welch Allyn GS undersökningslampa IV är utformad för att uppfylla de olika behoven på läkarmottagningar, sjukhus och specialistmottagningar. Den är inte avsedd för att utföra diagnos eller kirurgiska ingrepp.

Indikationer för användning

Enheterna ska användas på sjukhus och vårdinrättningar av utbildad vårdpersonal för att ge extra belysning vid undersökningar och mindre ingrepp.

Kontraindikationer

Enheterna får inte användas för att ställa diagnos eller under operation.

Symbolbeskrivning

Om du vill ha information om ursprunget för de här symbolerna kan du gå till symbolordlistan för Welch Allyn: [welchallyn.com/symbolsglossary](https://www.welchallyn.com/symbolsglossary)

VARNING Texter med denna symbol i manualen anger förhållanden eller förfaranden som kan leda till sjukdom, skada eller dödsfall. Varningsmeddelanden visas med grå bakgrund i svartvita dokument.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller förfaranden som kan orsaka skada på utrustningen eller annan egendom eller dataförlust. Den här definitionen gäller både gula och svarta och vita symboler.

Produktidentifierare

REF Beställningsnummer

LOT	Partikod
GTIN	Auktoriserad representant för Europeiska gemenskapen
i	Läs bruksanvisningen
MD	Medicinteknisk produkt
Rx ONLY	Endast recept eller "För användning av eller på beställning av en legitimerad läkare."
Factory	Tillverkare
EC REP	Auktoriserad representant för Europeiska

Varning: Högintensitetslampa

Använd inomhus

Temperaturgränser

Atmosfärtrycksgräns

Luftfuktighetsgräns

Ström av/på

Växelström

Engångsprodukt, får ej återanvändas

Vikt i kg

Ömtåligt

Denna sida upp

Staplingsgräns, antal

Förvaras torrt

Återvinningsbar

Separat sortering av elektrisk och elektronisk utrustning.
Kassera inte som osorterat avfall. Innehåller litiumbatterier.

Varningar

VARNING Läs och förstå instruktionerna innan denna produkt används. Underlåtelse att förstå driftskraven för denna produkt kan resultera i personlig skada, skada på patienten och/eller kan skada instrumentet.

VARNING Belysningen är stark. Stirra inte in i ljuskällan som används. Kan skada ögonen. För att minimera risk för skada på ögonen från optisk strålning, undvik att titta in i starka ljuskällor och deras reflektioner, och skydda ögon då normal pupillstorlek och aversionsreaktioner inte föreligger.

VARNING Använd undersökningslampan inom dess avsedda räckvidd på 40 cm (16 in). Exponering vid kortare avstånd kan vara skadlig för huden. För att minimera risken av skada på huden från optisk strålning, minimera belysningsintensiteten vid platsen för undersökning av vävnaden, minimera exponeringstider, och vidta ytterligare försiktighetsåtgärder då hudkänslighet har ändrats genom vävnadstrauma eller användning av anestetika.

VARNING Detta är en klass A produkt. Denna produkt kan i sjukhus-/läkarmottagarmiljö orsaka radiostörningar, vilket kräver att användaren vidtar adekvata åtgärder.

VARNING Den här produkten uppfyller kraven i de standarder som finns för elektromagnetiska störningar och ska inte störa annan utrustning eller påverkas av annan utrustning. Undvik därför, som en försiktighetsåtgärd, att använda monitor i närheten av annan utrustning.

VARNING Utför inte ändringar på den här utrustningen. Ändringar som utförs på den här utrustningen kan leda till patientskador. Garantin för den här produkten upphör att gälla om utrustningen utsätts för ändringar.

VARNING Risk för skador på personal. Den här utrustningen får endast anslutas till ett jordskyddat eluttag så att risken för elstötar undviks.

VARNING Risk för skador på personal. Nätkabeln är det tillbehör som används för att koppla från utrustningen från strömkällan. lacera utrustningen så att det inte är svårt att komma åt att dra ur nätkabeln.

Försiktighetsåtgärder

FÖRSIKTIGHET Service får endast utföras av auktoriserade Hillrom-servicecenter.
FÖRSIKTIGHET Det finns inga delar som kan repareras/ersättas av användaren.


Övriga risker

Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken för patient- eller användarskador av följande typ och orsak:

- personskada eller skada på utrustning som är förknippade med elektromagnetiska risker
- skador på grund av mekaniska risker
- skada på grund av att enheten, funktioner eller parametrar inte är tillgängliga
- skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring
- skador från exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarlig systemisk allergisk reaktion.

Montering


Bords-/väggmontering





VARNING Se till att monteringsfästet är säkert fäst vid väggen eller bordet, eller att den mobila ställningen är ordentligt monterad, samt att undersökningslampan är säkert fäst vid ramen eller ställningen enligt anvisningarna. Häng eller placera inte föremål på utrustningen.

Instruktioner för montage

Instruktioner för ihopsättning av mobil ställning



Montering



Rengöring

VARNING Se till att anordningen kopplats ifrån vägguttaget.

Fokuseringshylsa

- FÖRSIKTIGHET** Rengör INTE med alkohol.
- Rengör med en trasa fuktad med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.
 - Torka av med en trasa fuktad med varmt vatten.
 - Torka med en ren trasa.

Kontrollåda

- Rengör med en trasa fuktad med något av följande godkända rengöringsmedel:
- varmt vatten och mildt rengöringsmedel
 - 70 procent isopropyl alkohol
 - 10-procentig blekmedelslösning
- Torka av med en trasa fuktad med varmt vatten.
 - Torka med en ren duk.

Kontrollera efter rengöring att enheten inte är sliten, nött eller skadad. Använd inte om du ser tecken på skador, om instrumentet inte fungerar som det ska eller om du märker en funktionsändring. Kontakta Hillroms tekniska support om du behöver hjälp.

Felsökning

**Grönt ljus inte tänd**
Möjlig orsak
Fel på strömkälla. Ingen ström till ljus.

**Lösning**
Kontrollera att alla kablar är korrekt kopplade.

**Grönt ljus tänd**
Möjlig orsak
Ljus fungerar inte korrekt.

**Lösning**
Kontakta Hillroms tekniska support.

Kassering

Användarna måste följa alla federala, statliga, regionala och lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör. Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hillroms tekniska support för råd om säker kassering.

 [welchallyn.com/weee](https://www.welchallyn.com/weee)

PATENT

hillrom.com/patents

Kan omfattas av ett eller flera patent. Se internetadressen ovan. Hill-Rom-företagen är innehavare av europeiska, amerikanska och andra patent och patentansökningar under utredning.

Hillroms Tekniska Support

Om du vill ha information om en Welch Allyn-produkt kontaktar du Hill-Roms tekniska support: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Meddelande till användare och/eller patienter i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.

Prestandaegenskaper

Spot-storlek: Justerbar mellan 4 och 10 tum i diameter ± 10 % vid 16 tums arbetsavstånd

Spot-typ: Skarp kant

Specifikationer Elektricitet

Ineffekt: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,30A max

Omgivning

- Temperatur
- Drift: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Transport/förvaring: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
- Drift: 15 – 90 %
 - Transport/förvaring: 15 – 95%
- Atmosfärtryck
- Drift: 700 – 1060 hPa
 - Transport/förvaring: 500 – 1060 hPa

Utrustningsklassifikation

Säkerhetsklass 1, kontinuerligt bruk

Ytterligare teknisk information

[welchallyn.com/gsseries](https://www.welchallyn.com/gsseries)

Standarder och överensstämmelse

Enheten överensstämmer med följande standarder:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Landsspecifika standarder finns i tillämplig försäkrans om överensstämmelse

Partikod

YYWW (på produkten)
YYDDD (på förpackningen)
YY = de två sista siffrorna i året
WW = vecka på året
DDD = dag enligt den julianska kalendern

Vägledning och tillverkarens försäkrans/EMC

Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) finns på webbplatsen för Welch Allyn: [welchallyn.com/emc-examlight](https://www.welchallyn.com/emc-examlight).

En tryckt kopia av information om utsläpp och immunitet kan beställas från Welch Allyn. Den levereras inom 7 kalenderdagar.

Tillbehör

48950	Mobilt ställ för GS IV-lampa
48955	Bord-/väggfäste för GS IV undersökningslampa/GS 300 /GS 600
44215	12" väggmonteringsförlängning
52640	Engångsskydd för GS IV undersökningslampa

Garanti

Fem år.

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.



Welch Allyn® Green Series™

Muayene Işığı IV

901067 MUAYENE/PROSEDÜR IŞIĞI

Talimat kılavuzu (Türkçe)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revizyon tarihi: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu talimat belgesinin veya herhangi bir kısmının Welch Allyn'ın izni olmaksızın herhangi bir biçimde çoğaltılmasına veya kopyalanmasına izin verilmez. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn"); (i) ürünün bu kılavuzda yayımlanan talimatlara, ikaz ibarelerine, uyarılara veya kullanım amacı beyanına uygun şekilde kullanılmamasından veya (ii) ürünün yasa dışı veya uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek yaralanmalara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Welch Allyn; Welch Allyn, Inc. şirketinin ticari markasıdır. Hillrom, Hill-Rom Services, Inc.'in ticari markasıdır.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 ABD

hillrom.com
Welch Allyn, Inc.; Hill-Rom Holdings, Inc.'in bir yan kuruluşudur.

ve AB İTHALATÇISI
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
İrlanda

Yetkili Avustralya Sponsoru
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Telefon 1800 650 083

Kullanım amacı

Welch Allyn GS Muayene Işığı IV; doktor muayenahaneleri, hastane ortamları ve uzman muayenahanelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tanı koyma veya ameliyat sırasında kullanım için uygun değildir.

Kullanım endikasyonları

Cihazlar, hastanelerde ve sağlık tesislerinde muayene ve küçük prosedürler gerçekleştirilirken ilave aydınlatma sağlamak amacıyla eğitimli sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

Kontrendikasyonlar

Cihazlar, teşhis koymak amacıyla veya ameliyat sırasında kullanılmamalıdır.

Sembol açıklamaları

Bu sembollerin kaynağıyla ilgili bilgi için Welch Allyn sembol sözlüğüne bakın: welchallyn.com/symbolsglossary

UYARI Bu kılavuzdaki uyarı ifadeleri; hastalığa, yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumları veya uygulamaları tanımlar. Uyarı sembolleri, siyah beyaz belgede gri arka plan ile görünür.

İKAZ Bu kılavuzdaki ikaz ifadeleri; ekipmanın ya da diğer nesnelerin hasar görmesine veya veri kaybına neden olabilecek durumları veya uygulamaları tanımlar.

Ürün Tanımlayıcı

REF Yeniden sipariş numarası

LOT Lot kodu

GTIN Global Ticari Ürün Numarası

Kullanım talimatlarına başvurun

MD Tıbbi cihaz

Rx ONLY Reçeteye tabi veya "Lisanslı sağlık uzmanı tarafından veya sağlık uzmanı siparişi üzerine kullanım"

Üretici

EC REP Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi

UYARI Yüksek yoğunluklu ışık

İç mekanlarda kullanım

Sıcaklık sınırları

Atmosfer basıncı sınırlaması

Nem sınırlaması

Güç açık/kapalı

Alternatif akım (AC)

Tekrar kullanmayın, Tek kullanımlık cihaz

Kilogram cinsinden kütle (kg)

Kırılabilir

Oklar yukarıya bakmalı

Sayıyla üst üste koyma sınırı

Kuru ortamda saklayın

Geri dönüştürülebilir

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanları ayrı toplayın. Ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

Uyarılar

UYARI Bu ürünü kullanmadan önce talimatları okuyun ve anlayın. Bu ürünün çalışma gerekliliklerinin anlaşılabilmesi, sizin ya da hastanın yaralanmasıyla sonuçlanabilir ve/veya cihaza zarar verebilir. **UYARI** Aydınlatma yoğunudur. Optik radyasyon tehlikelerinden kaynaklanabilecek gözün zarar görme riskini en aza indirmek için parlak ışık kaynaklarına ve yansımalarına bakmaktan kaçının, çalıştığı sırada ışık kaynağına bakmayın ve normal göz bebeği boyutları ve kaçınma tepkileri olmayan gözleri koruyun. **UYARI** Muayene ışığını 40 cm (16 inç) olarak belirlenmiş çalışma mesafesinde kullanın. Işığa daha yakın bir mesafeden maruz kalmak cilde zarar verebilir. Optik radyasyon tehlikelerinden kaynaklanabilecek cildin zarar görme riskini en aza indirmek için doku muayene bölgesinde aydınlatma yoğunluğunu en düşük seviyeye ayarlayın, maruz kalma sürelerini en aza indirin ve cilt hassasiyetinin doku travması veya anestezi kullanımıyla değiştirilmesi halinde daha fazla önlem alın. **UYARI** Bu, A sınıfı bir üründür. Hastane/muayenehane ortamlarında bu ürün radyo etkileşimine neden olabilir. Bu durumda kullanıcının yeterli önlemler alması gerekir. **UYARI** Bu ürün, elektromanyetik etkileşim için geçerli olan gerekli standartlara uygundur ve diğer ekipmanlarda sorun oluşturmamalı veya başka cihazlardan etkilenmemelidir. Önlem olarak bu cihazı diğer ekipmanların yakın çevresinde kullanmaktan kaçının. **UYARI** Bu ekipmanda değişiklik yapmayın. Bu ekipmanda yapılan herhangi bir değişiklik hastanın yaralanmasına yol açabilir. Bu ekipmanda yapılan herhangi bir değişiklik ürün garantisini geçersiz kılar. **UYARI** Kişisel yaralanma riski. Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ekipman yalnızca koruyucu topraklamaya sahip bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır. **UYARI** Kişisel yaralanma riski. Güç kablosu, bu ekipmanı elektrik şebekesinden ayırmak için kullanılan bağlantı kesme cihazıdır. Ekipmanı kablo bağlantısını kesmek için kabloya ulaşmanın zor olmayacağı şekilde yerleştirin.

İkazlar

İKAZ Bu cihaz üzerinde yalnızca yetkili Hillrom Servis Merkezleri servisi gerçekleştirebilir. **İKAZ** Kullanıcı tarafından servis gerçekleştirilebilecek/değiştirilebilecek parçalar yoktur.


Rezidüel riskler

Bu ürün; ilgili elektromanyetik etkileşim, mekanik güvenlik, performans ve biyolojik uyumluluk standartlarına uygundur. Ancak ürün; hastaya veya kullanıcıya yönelik aşağıdaki olası zararları tamamen ortadan kaldıramaz:

- Elektromanyetik tehlikelerle ilişkili zarar veya cihaz hasarı,
- Mekanik tehlikelerden kaynaklanan zarar,
- Cihaz, fonksiyon veya parametre bulunmamasından kaynaklanan zarar,
- Yetersiz temizleme gibi hatalı kullanımdan kaynaklanan zarar ve/veya
- Cihazın biyolojik tetikleyicilere maruz kalmasından kaynaklanan ve şiddetli sistemik alerjik reaksiyona neden olabilecek zarar.

Montaj


Masa/duvar montajı





UYARI Montaj desteğinin duvara veya masaya güvenli bir biçimde takıldığından ya da mobil standın güvenli bir biçimde monte edildiğinden ve muayene ışığının desteğe ya da standa belirtilen şekilde güvenli bir biçimde sabitlendiğinden emin olun. Ekipmanın üzerine nesne asmayın veya koymayın.

Kurulum talimatları

Mobil stand montaj talimatları



Kurulum



Temizleme

UYARI Cihazın fişini duvardaki prizden çektiğinizden emin olun.

Odaklama manşonu

İKAZ Alkolle TEMİZLEMİYİN.

- Ilık su ve yumuşak deterjan kullanarak nemli bir bezle temizleyin.
- Ardından ılık suyla nemlendirilmiş bir bezle üzerinden geçin.
- Temiz bir bezle kurulayın.

Kontrol kutusu

Aşağıdaki onaylı temizlik maddelerinden herhangi biriyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin:

- Ilık su ve hafif deterjan
- Yüzde 70 oranında izopropil alkol
- Yüzde 10'luk çamaşır suyu solüsyonu

- Ardından ılık suyla nemlendirilmiş bir bezle üzerinden geçin.
- Temiz bir bez ile silerek kurulayın.

Temizleme işleminin ardından cihazı aşınma veya yıpranma gibi hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar belirtileri görürseniz, cihaz hatalı çalışıyorsa, düzgün çalışmıyorsa veya performansta bir değişiklik fark ederseniz kullanmayın. Yardım için Hillrom Teknik Destek departmanı ile iletişime geçin.

Sorun Giderme

Yeşil ışık yanmıyor
Olası neden
Güç kaynağı arızası. Işığa güç gitmiyor.

Çözüm
Tüm kabloların düzgün bağlandığını doğrulayın.

Yeşil ışık yanıyor
Olası neden
Işık düzgün çalışmıyordu.

Çözüm
Hillrom Teknik Destek departmanı ile iletişime geçin.

Ürünü Atma

Kullanıcılar tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, bölgesel, yerel ve/veya eyalet düzeyindeki yasa ve düzenlemelere uymalıdır. Emin olunmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hillrom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

welchallyn.com/weee



PATENT/PATENTLER

hillrom.com/patents

Bir veya daha fazla patent kapsamında olabilir. Yukarıdaki internet adresine bakın. Avrupa ve ABD'deki patentlerin, diğer patentlerin ve bekleyen patent başvurularının sahibi Hill-Rom şirketleridir.

Hillrom Teknik Destek Birimi

Hillrom ürünleriyle ilgili bilgi için Hillrom Teknik Destek birimiyle iletişime geçin: hillrom.com/en-us/about-us/locations

AB'deki kullanıcılara ve/veya hastalara bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar; üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Performans özellikleri

Nokta boyutu: 16 inç çalışma mesafesinde çapı 4 ila 10 inç (±%10) arasında ayarlanabilir

Nokta tipi: Keskin Kenar

Teknik Özellikler

Elektrik

Giriş: 100 – 240 V~ 50 Hz – 60 Hz, 0,30 A maks

Ortam

Sıcaklık

- Çalıştırma: 10°C – 35°C (50°F – 95°F)
- Taşıma/saklama: -20°C – 49°C (-4°F – 120°F)

Bağıl nem, yoğunlaşmaz

- Çalıştırma: %15 – 90
- Taşıma/saklama: %15 – 95

Atmosfer basıncı

- Çalıştırma: 700 – 1060 hPa
- Taşıma/saklama: 500 – 1060 hPa

Ekipman sınıflandırması

Güvenlik Sınıfı 1, Kesintisiz Çalışma

Ek teknik bilgiler

welchallyn.com/gsseries

Standartlar ve uyumluluk

Bu cihaz aşağıdaki standartlarla uyumludur:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Ülkeye özgü standartlar, ilgili Uygunluk Beyanında yer almaktadır

Lot kodu

YYHH (ürün üzerinde)
YGGG (ambalaj üzerinde)
YY = Yılın son 2 basamağı
HH = yılın haftası
GGG =Jülyen yılında ardışık gün

Rehberlik ve üreticinin beyanı/EMC

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) hakkında bilgi almak için Welch Allyn web sitesini ziyaret edin: welchallyn.com/emc-examlight.

Emisyonlar ve bağışıklık bilgilerinin basılı bir kopyası 7 takvim günü içinde teslim edilecek şekilde Welch Allyn'dan sipariş edilebilir.

Aksesuarlar

48950	GS Işık IV İçin Mobil Stand
48955	GS Muayene Işığı IV / GS 300 / GS 600 İçin Masa / Duvar Montaj Aparatı
44215	12 İnç Duvara Monte Uzatma Parçası
52640	GS Muayene Işığı IV İçin Tek Kullanımlık Kılıflar

Garanti

Beş yıl.

Hill-Rom; tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un sağladığı tek garanti; ürünlerinin satışı veya kiralınması üzerine verilen açık yazılı garantidir.





Welch Allyn® Green Series™ 检查灯 IV

901067 检查 / 手术灯

使用说明

(简体中文)

REF 773428, DIR 80027579 版本 A, 修订日期：2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. 保留所有权利。未经 Welch Allyn 许可，任何人不得以任何形式再版或复制本使用说明书或其中的任何部分。Welch Allyn, Inc.（下称“Welch Allyn”）对因 (i) 未按本手册中所述说明、小心、警告或预期用途声明恰当使用本产品，或 (ii) 任何非法或不当使用本产品而造成的任何伤害不承担任何责任。Welch Allyn 是 Welch Allyn, Inc. 的商标。Hillrom 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商标。

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

注册人名称：WELCH ALLYN, INC 伟伦（美国）股份有限公司
注册人地址：4341 State Street Rd., Skaneateles Falls, NY 13153
注册人联系方式：001-315-685-4100
代理人名称：熠隆医疗设备（上海）有限公司
代理人住所：上海市徐汇区钦州北路 1188 号 1 幢 2 层 204 室
代理人联系方式：800 820 5911
产品名称：医用检查灯
产品型号：GS Exam Light IV
生产地址：CALLE EMILIO FLORES 2471-A, COL.CANON DEL PADRE, TIJUANA, Baja California MEXICO CO 22203
备案凭证 / 产品技术要求编号：国械备 20160927 号
生产日期：见产品标签
使用期限：十年

和欧洲进口商
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

澳大利亚授权赞助方
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

澳大利亚授权赞助方

伟伦 GS 检查灯 IV 旨在满足医生办公室、医院环境以及专科医生办公室的各种需求，并非用于实施诊断或手术。

适用范围

该设备应由经过培训的医疗保健专业人员在医院和医疗机构中使用，以便在进行检查和处置时提供额外照明。

禁忌症

该设备不得用于诊断或外科手术。

符号说明

关于这些符号来源的信息，请登录以下网址查阅 Welch Allyn 符号表：welchallyn.com/symbolsglossary

警告 本手册中的警告声明说明了可能导致疾病、伤害或死亡的状况或做法。在黑白文档中以灰色背景显示警告声明。

小心 本手册中的注意事项声明说明可能导致设备或其他财产损坏或数据丢失的状况或做法。

产品标识符
REF 再订购编号
LOT 批次代码
GTIN 全球贸易项目代码
i 请查阅使用说明
MD 医疗设备

Rx ONLY 仅凭处方使用或“仅可由持证医疗执业人员使用，或按其医嘱使用”

制造商
EC REP 欧洲共同体授权 代表

注意：高亮度照明

室内使用

温度限制

大气压力限制

温度限制

电源开 / 关

交流电 (AC)

一次性使用设备，请勿重复使用

质量，用千克 (kg) 表示

易碎

此面朝上

用数字表示的叠放限制

保持干燥

可回收

分开收集电气和电子设备。请勿将其作为未分类城市垃圾处理。

警告

警告 请在使用本产品前认真阅读并理解相关说明。对本产品的操作要求理解不当可能导致您本人和患者受到伤害，并 / 或可能导致仪器受到损害。

警告 照明强度极高，请勿直视工作状态下的光源。可能对眼睛有害。为尽量减少光学辐射对眼睛的伤害，请避免直视亮光源或其反射光，并在瞳孔大小异常和灰光反应消失时对眼睛采取保护措施。

警告 请在 16 英寸（40 厘米）的目标工作范围内使用检查灯。离光源较此距离为近可能会对皮肤有害。为尽量减少光学辐射对皮肤的伤害，请尽可能减低对组织检查部位的照明强度，尽量缩短光照时间，若皮肤敏感度因组织损伤或麻醉剂的使用而有所变化，则请采取额外预防措施。

警告 本产品为 A 级产品。在医院 / 医生办公室环境中本产品可能导致无线电干扰，这种情况下用户可能需要采取充分应对措施。

警告 本产品符合当前规定的电磁干扰标准，应不至于给其他设备造成问题，也不会受到其 他设备的影响。但是，为了审慎起见，请避免在其他设备附近使用本设备。

警告 请勿对本设备进行修改。对本设备进行任何修改都可能导致患者受伤。对本设备所做的任何修改都会使产品的保修无效。

警告 存在人身伤害风险。为避免电击危险，本设备必须接入带有接地保护的电源。

警告 存在人身伤害风险。电源线是用来将本设备与电源隔开的隔离装置。请勿将设备安装在难以接触或断开电源线的位置。

注意事项

注意 只有获得授权的 Hillrom 服务中心才能对本产品执行维护。

注意 没有任何用户可以自行修理 / 更换的零部件。


残留风险

本产品符合电磁干扰、机械安全、性能和生物相容性的相关标准。但是，本产品无法完全消除对患者或用户造成的以下潜在伤害：

- 与电磁危害相关的伤害或设备损坏，
- 机械危害造成的伤害，
- 设备、功能或参数无效造成的伤害，
- 错误使用（如清洁不充分）造成的伤害，和 / 或
- 设备暴露于可能会造成严重全身过敏反应的生物触发因素而造成的伤害。

安装


桌面 / 墙面安装





警告 请确保安装托架已牢固地固定于墙面或桌面上，或已牢固地组装移动支架，并确保检查灯已按指示牢固地安装在托架或支架上。请勿在本产品上悬挂或放置其他物品。

安装说明

移动支架组装说明



安装



清洁

警告 请确保设备已从电源插座中拔出。

聚焦灯罩

- 注意** 不得用酒精清洗。
- 清洁本产品时，请使用蘸有温水和温和清洁剂的湿布。
 - 然后再用蘸有温水的湿布擦拭。
 - 用干净的布将其擦干。

控制盒

- 用任意一种允许使用的清洁剂将布浸湿来进行清洁：
 - 温水和温和清洁剂
 - 70% 的异丙醇
 - 10% 漂白剂
- 然后再用蘸有温水的湿布擦拭。
- 然后用干净的布抹干。

清洁后，检查设备是否出现磨损或其他损坏迹象。如果您发现仪器出现损坏迹象、仪器故障、似乎无法正常工作或者仪器性能发生变化，请勿使用该仪器。请联系 Hillrom 技术支持部门寻求帮助。

故障排除

	绿灯不亮 可能原因 电源故障。照明灯未通电。	
	解决方法 检查是否所有电线均已正确连接。	
	绿灯亮 可能原因 灯工作不正常。	
	解决方法 请联系 Hillrom 技术支持部门。	

处置

用户必须遵守联邦、州、地区和 / 或当地与医疗设备和附件的安全弃置相关的所有法律法规。如有疑问，设备用户应首先联系 Hillrom 技术支持部门以获取关于安全弃置方案的指南。

welchallyn.com/weee

专利

hillrom.com/patents
可能包含一项或多项专利。请参阅以上 Internet 地址。Hill-Rom 公司是欧洲、美国和其他地区专利及未决专利申请的所有人。

Hillrom 技术支持

有关 Welch Allyn 产品的信息，请联系 Hill-Rom 技术支持部门：hillrom.com/en-us/about-us/locations。

性能特性

光斑大小：在 16 英寸的工作距离下，直径 ±10%，可在 4 至 10 英寸范围内调节

光斑类型：锐边

规格

电源

输入：100-240 V ~ 50Hz-60Hz，最大 0.30A

环境

温度

- 工作环境：10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 运输 / 储存：-20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

相对湿度（无冷凝）

- 工作环境：15 – 90 %
- 运输 / 储存：15 – 95

大气压

- 工作环境：700 – 1060 hPa
- 运输 / 储存：500 – 1060 hPa

设备分类

安全等级 1，持续工作

其他技术信息

welchallyn.com/gsseries

标准与合规性

设备符合下列标准：

IEC 60601-1
IEC 60601-1-2

适用的符合标准声明中包含特定国家 / 地区的标准

批次代码

YYWW（产品上）
YYDDD（包装上）
YY = 年份的最后 2 位数
WW = 一年中的一周
DDD = 儒略年的连续日

指导准则和制造商声明 /EMC

有关电磁兼容性 (EMC) 的信息，请参见 Welch Allyn 网站：welchallyn.com/emc-examlight.

您可向 Welch Allyn 订购辐射和抗扰性信息的印刷副本，我们将在 7 个日历日内为您提供。

附件

48950	用于 GS 灯 IV 的移动式支架
48955	GS 检查灯 IV/GS 300/GS 600 的台面 / 壁挂式底座
44215	12 英寸壁挂式延长线
52640	用于 GS 检查灯 IV 的一次性护套

保修期


五年。

Hill-Rom 保留在不另行通知的情况下对设计、规格和型号进行更改的权利。Hill-Rom 对其产品的销售或租赁提供的明确书面担保为其唯一的担保。





Hillrom™



Welch Allyn® Green Series™

檢查燈 IV

901067 檢查 / 手術燈

使用說明

(繁體中文)

REF 773428, DIR 80027579 版本 A, 修訂日期：2021-02

.....

© 2021 Welch Allyn, Inc. 保留一切權利。未經 Welch Allyn 許可，任何人均不得以任何形式重製或複製本使用說明或其中之任何內容。Welch Allyn, Inc. (「Welch Allyn」) 恕不負責因下列因素而導致的任何人身傷害：(i) 未能依照本手冊所公佈的說明、注意事項、警告或用途聲明等正確使用本產品，或是 (ii) 任何非法或不當使用本產品。
Welch Allyn 是 Welch Allyn, Inc. 的商標。
Hillrom 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商標。



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

EC REP

與歐盟進口商
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

CE

澳洲授權贊助商
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083
.....

用途
Welch Allyn GS 檢查燈 IV 的設計，可符合醫師執業場所、醫院環境及專業人員工作場合的各種需求。本產品並不適於診斷或手術使用。

適用說明
本裝置應由受過訓練的醫護專業人員在醫院和醫療保健機構中使用，以在進行檢查和小手術時提供額外照明。

禁忌
本裝置不得用於診斷或手術。

符號說明
如需關於這些符號來源的資訊，請參閱 Welch Allyn 符號詞彙表：welchallyn.com/symbolsglossary



警告 本手冊中的警告聲明，指出可能會導致生病、傷害或死亡的情況或做法。警告聲明在黑白列印的文件上會呈現灰色背景。



注意事項 本手冊中的注意事項聲明指出可能會導致設備損壞、其他財產損壞和資料遺失的情況或做法。

#

產品辨識碼

REF

訂貨編號

LOT

批次代碼

GTIN

全球貿易項目號碼

i

請查閱《使用說明》

MD

醫療裝置

Rx ONLY

限處方使用或「僅供有照醫療專業人員使用或憑其醫囑使用」



製造商

EC REP

歐洲共同體授權代表



注意：高強度光線



室內使用



溫度限制



氣壓限制



溼度限制



開機 / 關機



交流電 (AC)



請勿重複使用，屬單次使用型裝置



質量（以公斤 (kg) 為單位）



易碎品



此面向上



可疊放數量限值



保持乾燥



可回收



請另外收集電機電子設備，請勿當做未分類的一般廢棄物處理。



警告

警告 使用本產品前，請先閱讀並了解使用說明。如未充分了解本產品的操作要求，可能會導致自己或病患受傷，也可能造成裝置損壞。

警告 強烈的照明度。請勿在操作過程中注視光源。這可能會傷害到眼睛。為了使眼睛因光學照射危害而受到傷害的風險降到最低，應避免直視明亮的光源以及反射光線；如果瞳孔大小異於平常，且並未出現厭光反應 (aversion response) 時便應保護眼睛。

警告 使用檢查燈時，理想的工作範圍應為 16 英吋 (40 公分)。如果以更近的距離進行照射，可能會傷害到皮膚。為了讓光學照射危害帶來皮膚傷害的風險達到最低，應盡可能減弱組織檢查部位的照明強度，盡可能縮短照射時間，並在組織外傷或麻醉使用造成皮膚敏感度改變時，採取進一步的預防措施。

警告 本產品屬於 A 類產品。在醫院 / 醫師的執業環境中，本產品可能造成無線電干擾，使用者可能要對此情況採取適當措施。

警告 本產品符合必要的現行電磁干擾標準，因此應該不會對其他設備造成問題，也不會受其他裝置所影響。但是為了小心起見，請避免在其他設備附近使用本裝置。

警告 請勿更改本設備。對本設備的任何更改，都可能造成病患受傷。對本設備的任何更改，都會導致產品保固失效。

警告 人員受傷風險。此設備必須設有保護性接地線，才能連接於電源插座，以避免發生觸電風險。

警告 人員受傷風險。電源線屬於斷電裝置，可將本設備移離電源插座。請將設備放置於適當位置，方便人員伸手就能拔下電源線。



注意事項

注意事項 只有獲授權的 Hillrom 維修中心才能對本產品進行維修。


注意事項 使用者無法自行維修或更換零件。


殘留風險
本產品符合相關的電磁干擾、機械安全性、性能及生物相容性標準。然而，無法保證本產品不會對潛在病患或使用者造成下列傷害：

- 與電磁危害相關的傷害或裝置損壞，
- 因機械危害造成的傷害，
- 因裝置、功能或參數無法使用造成的傷害，
- 誤用（例如未充分清潔裝置）造成的傷害，和 / 或
- 因接觸裝置而引起嚴重全身性過敏反應所造成的傷害。

支架

桌上 / 壁掛式支架







 **警告** 請確認安裝托架固定於牆壁或桌上，或者確認已組裝好行動式支架，並依照指示將檢查燈牢繫在托架或支架上。請勿在設備上懸掛或放置物品。


安裝說明

行動式支架組裝說明




安裝





清潔

 **警告** 務必從牆上插座拔除裝置的插頭。



對焦筒

  **注意事項** 請勿使用酒精進行清潔。

1.

在溫水中加入溫和清潔劑，將軟布沾濕後進行清潔。

2.

接著以溫水將軟布沾濕後進行擦拭。

3.

請用乾淨的軟布擦乾。

控制箱

 1. 使用以下任何經認可的清潔劑，將軟布沾濕後進行清潔：

• 溫水與溫和清潔劑

• 70 % 異丙醇

• 10% 漂白水溶液

2.


接著以溫水將軟布沾濕後進行擦拭。

3.

請用乾淨軟布擦乾。

清潔後，請檢查裝置有無磨損、磨耗或其他損壞。若您發現有損壞跡象、儀器故障、似乎無法正常運作，或是您注意到性能有變，則請勿使用。請聯絡 Hillrom 技術支援部門以取得協助。


疑難排解



綠燈未亮

可能原因 電源供應發生問題。燈具無電源供應。

解決方法 確認所有纜線已正確連接。



綠燈亮起

可能原因 燈具未正確運作。

解決方法 聯絡 Hillrom 技術支援部門。

廢棄處理
使用者務必遵守聯邦 / 國家、州 / 省、地區和 / 或當地與安全棄置醫療裝置和配件有關的所有法律與法規。如有任何疑問，本裝置的使用者應先與 Hillrom 技術支援部門聯絡，以取得安全棄置指導準則。



welchallyn.com/weee

專利
hillrom.com/patents
可能受一項或多項專利保護。請參閱上方的網址。Hill-Rom 公司是歐洲、美國及其他專利和申請中專利的所有人。

Hillrom 技術支援
如需任何 Hillrom 產品的相關資訊，請聯絡 Hillrom 技術支援部門：hillrom.com/en-us/about-us/locations

性能特性
聚光燈大小：在 16 英吋的工作距離下，可調整範圍是直徑 4 到 10 英吋 ± 10%

聚光燈類型：銳利邊緣

規格
電力
輸入：100-240 V~ 50Hz-60Hz · 最大 0.30A

環境
溫度

- 操作：10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 運送 / 存放：-20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

相對溼度，無凝結

- 操作：15 – 90 %
- 運送 / 存放：15 – 95%

大氣壓力

- 操作：700 – 1060 hPa
- 運送 / 存放：500 – 1060 hPa

設備等級
安全第 1 級，持續運轉

其他技術資訊
welchallyn.com/gsseries

標準與合規
本裝置符合下列標準：
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
適用的合規等級聲明中包含國家 / 地區特定標準

批次代碼
YYWW (在產品上)
YYDDD (在包裝上)
YY = 年份的最後 2 個數字
WW = 當年的第幾週
DDD = 儒略年的連續日

指導準則和製造商聲明 /EMC
有關電磁相容性 (EMC) 的資訊，請見 Welch Allyn 網站：welchallyn.com/emc-examlight。

也可向 Welch Allyn 訂購紙本的發射和抗擾性資訊，7 日內送達。

配件	
48950	GS 檢查燈 IV 行動式支架
48955	GS 檢查燈 IV/GS 300/GS 600 桌面 / 牆面安裝架
44215	12" 牆面安裝延伸架
52640	GS 檢查燈 IV 拋棄式護套

保固
五年。

Hill-Rom 保留變更設計、規格和型號的權利，恕不另行通知。Hill-Rom 提供的唯一保固是其產品販售或租賃時的明確書面延長保固。

