

Smart Pooltester **Scuba3s**

new!



GB

DE

FR



Parameters List

Parameter	Test name on display	Measuring Range
Free Chlorine	Cl F	0.1 - 6 mg/L
Total Chlorine	Cl T	0.1 - 6 mg/L
Combined Chlorine	Cl Comb.	0.1 - 6 mg/L
Bromine	Br	0.2 - 13.5 mg/L
pH	pH	6.5 - 8.4 mg/L
Cyanuric Acid	CyA	20 - 120 mg/L
Total Alkalinity	TA	5 -300 mg/L
Calcium Hardness	CaH	50 - 500 mg/L
Active Oxygen	O ₂ Act.	0.2 - 10 mg/L
Copper	Cu	0.1 - 5 mg/L
Phosphate	PO ₄	0.06 - 3 mg/L

Range for safe swimming condition* (Green light)	Required Tablet Reagents
0.3 - 4 mg/L	DPD No.1
0.3 - 4.5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
0 - 0.5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
1.5 - 8.5 mg/L	DPD No.1
6.8 - 7.6 mg/L	Phenol Red Photometer
30 - 50 mg/L	CyA-Test
50 -150 mg/L	Alka-M-Photometer
175 - 400 mg/L	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2
3 - 8 mg/L	DPD No.4 <i>Evo</i>
0.05 - 0.3 mg/L	Copper No.1
0.06 - 0.25 mg/L	Phosphate No.1 LR + Phosphate No.2 LR


* These are globally considered measuring ranges for safe swimming.

For individual pool control, users should always follow local regulations or recommendations by their Chemical suppliers.

Congratulations on your purchase of the Scuba3s. You are owner of an state-of-the-art smart pooltester for the analysis of poolwater quality with the latest technology.

1. Battery replacement:

Notes / Caution



- Only use non-rechargeable batteries as specified in technical data.
- The instrument must be dry before opening the battery compartment.
- While inserting batteries, pay attention to the correct polarity of the batteries.
- Make sure that the cover is tightly screwed after batteries replacement.
- Please make sure to transfer measurement data before replacing batteries.

2. Important information for consumers in the EU



Disposal instructions for batteries and accumulators
EC Guideline 2006/66/CE requires users to return all used and worn-out batteries and accumulators. They must not be disposed of in normal domestic waste.

Your local authority may have a disposal facility; alternatively, you can hand them in at any shop selling batteries and accumulators. You can also return them to the company which supplied them to you; the company is obliged to accept them.



Disposal of electrical equipment

Due to the European Directive 2012/19/EU your electrical instrument must not be disposed of with normal household waste! Tintometer GmbH will

dispose of your electrical instrument in a professional and environmentally responsible manner. This service, excluding the cost of transportation, is free of charge. Send your electrical Tintometer instruments for disposal freight prepaid to your supplier.



3. Important safety instructions: Read instructions before use

This manual provides important information on the safe operation of the product. Please read it carefully and familiarise yourself with the product before use.

Intended use:

This instrument is a battery-operated measuring device to determine dissolved matter in water for non-commercial applications. The instrument and reagents are intended to be used for chemical water testing and analysis only and may not be used for other purposes. For use inside and outside buildings. Suitable for use in wet environments.



Caution

The reagents are potentially harmful if they are swallowed. Do not swallow! Keep them out of the reach of children. Contact for Poison Center: www.lovibond.com

Requirements for safe use

Note the following points for safe use:

- If the product is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- The product may only be used under the ambient conditions mentioned in this operating manual.
- The housing of the product must not be opened or modified.

The product must not be used if:

- It is visibly damaged (e.g. after being transported)
- It was stored under adverse conditions for a lengthy period of time (ambient conditions, see "Technical Data")


4. Guidelines for photometric measurements


- Use only blister tablets with black printing.
- Always add the reagent tablets to the water sample straight from the foil without touching them with the fingers.
- Close the blue lid on top of the sample chamber tightly before zeroing / reading.
- Always ensure that the sample chamber, the lid and the stirring rod are thoroughly rinsed when changing from one test to the other.

Maintenance guidelines

- Keep the instrument in a clean condition.
- No solvent, abrasive materials or brushes should be used to clean the instrument. Clean the sample chamber using a soft tissue.
- Dry the instrument when not in use, store it under the advised ambient conditions.
- Remove batteries and don't close the battery lid if the instrument is being stored for an extended period.


5. Instrument Overview





6. General Measurement procedure:

6.1 Switch Scuba3s on:



When not in use, Scuba3s turns off automatically after 5 minutes.

To turn off manually, press **Down** key for 3 seconds.


6.2 Select Parameters



Select parameter on screen with **Test** key or scroll up and down to select any other parameter.

After parameter selection, the Scuba3s shows "Zero measurement" screen.


6.3 Collect Sample:



Collect sample by dipping Scuba3s into pool water multiple time.

Make sure the sample chamber is filled completely.

6.4 Cover measuring chamber



Cover measuring chamber with the rubber cap.

Make sure that the chamber is tightly closed.

6.5 Perform Zero



Zero measurement sets a reference point by eliminating the influence of measuring chamber and sample. It is required to perform zero before each Test measurement.

Press **Test** key to perform zero. When finished, the icon on the left side on the display will change from empty vial to full vial.


6.6 Add tablet



Add tablet reagent directly from blister by pressing from top of the blister as shown in the picture.

Refer to parameters list on the first page to choose the appropriate reagents for each test.

6.7 Dissolve tablet



Use stirring rod delivered in Scuba3s Box to crush and dissolve the tablet.

Make sure that the tablet is completely dissolved.

6.8 Perform Test



Close the chamber with rubber cap swirl the device back and forth for approx. 15 seconds, do not shake it. Press **Test** key to perform the test.

Some parameters such as Cl.Comb requires two tests, in this case 2nd test will follow the first test immediately.

6.9 Reaction timers




- 1) Cl F, Br, TA, CyA, pH: **No timers**
- 2) Cl T, O2 Act., CaH, Cu: **2 minutes**
- 3) PO4: **10 minutes**

Scuba3s has integrated timers which ensure that the reaction time between reagent and water sample is kept and colour is fully developed.

Countdowns start automatically, and when finished, measurement takes place.

You can skip timer by pressing **Test** key again, but it is not recommended.

6.10 Results



The results are stored automatically.

The results of some parameters can be switched into different form (PO4 to P) by pressing Up key. In case of Cl Comb, press Up / Down key to see results of Cl F or Cl T.

The instrument indicates if the water is safe for swimming or not.

	Indication of globally accepted measuring range for safe swimming.
	Indication of too low or too high measuring range for safe swimming.
	over range (Value is too high). Press Test key to confirm and go back.
	under range (value is too low to be detectable). Press Test key to confirm and go back.

Attention: Please follow local regulations and recommendations provided by your chemicals providers to know ideal concentrations for your pool.

7. Settings

Scuba3s settings menu




- When in home menu press **Up** key for 3 seconds to enter settings menu.
- Scroll through the list to see different setting options.
- Press **Test** key to enter sub-menu.

7.1 Results



- The latest results will be shown on screen.
- Scroll up or down to see next results.
- Press **Back** key to go back to main settings menu.

7.2 Transfer Results




- The instrument shows NFC next to the battery icon.
- Follow instructions from Lovibond® PoolAssistant App to receive data.
- Note: All data sets are transferred from the memory.

7.3 Delete results



- Press **Test** key to select the data delete option.
- Press **Test** key again to confirm the action.
- All results will be deleted.
- **Note:** Make sure to transfer all your results before deleting.

7.4 Date Setting



- Press **Test** key to select date setting.
- Scroll up or down to see other date formats or press **Test** key to confirm.
- Press **Up** or **Down** key to increase/ decrease value.
- Press **Test** key to confirm value and move to next entry.
- When the arrow is at last entry, press **Test** key to save the date.

7.5 Time Setting



- Press **Test** key to select time setting.
- Press **Up** or **Down** key to increase/ decrease value.
- Press **Test** key to confirm and move to next entry.
- When the arrow is at last entry, press **Test** key to save the time.

7.6 Error Codes



- E1 - Indicates an insufficient light on detector.
- E2 - Indicates calculation error.
- E4 - Indicates invalid calibration.
- E7 - Indicates method not found.

8. Technical Data:

Optics:	Spectrometric sensor, multi-wavelength
Wavelength:	Multi
Display:	LCD Dot Matrix with Backlight
Interface:	NFC (Near Field Communication)
App Connectivity:	Lovibond®-PoolAssistant
Memory:	100 data sets
Power Supply:	2 x AA batteries (Mignon AA/LR6) 3V DC / 55mA
Battery Life:	5000 measurements
Auto – Off:	5 minutes
Protection class:	IPX7 according to DIN EN 60529
Conformity:	CE, UKCA
Warranty:	2 years
Ambient conditions:	
Temperature:	10 - 50 °C
Humidity:	30 - 95 %
Pollution degree:	2
Maximum altitude above sea level:	3500 meters

9. Delivery Content:

- 1 x Scuba 3s in a robust plastic case with hanger
- 2 x AA batteries
- 1 Stirring rod
- 1 Instruction Manual
- 1 Blue lid
- **Reagents:**
 - 20 x DPD No.1 tablets
 - 10 x DPD No.3 *Evo* tablets
 - 20 x Phenol Red Photometer tablets
 - 10 x Alka-M-Photometer tablets
 - 10 x CyA-Test tablets
 - 10 x Calcio-H No.1 tablets
 - 10 x Calcio-H No.2 tablets

10. List of Accessories & Reagents:

- 525620 - Refill Pack Cl_2 -pH
- 525621 - Refill Pack Cl_2 -pH-Alka-m-CyA
- 525652 - Refill Pack Calcium Hardness
- 525651 - Refill Pack Active Oxygen
- 525653 - Refill Pack Copper
- 525654 - Refill Pack Phosphate
- 364107 - Stirring rod
- 364140 - Stirring rod 10er pack
- 19802218 - Blue lid

Parameterliste

Parameter	Abkürzung (Bildschirm- anzeige)	Messbereich
Chlor , frei	Cl F	0,1 - 6 mg/L
Chlor, gesamt	Cl T	0,1 - 6 mg/L
Chlor, gebunden	Cl Comb.	0,1 - 6 mg/L
Brom	Br	0,2 - 13,5 mg/L
pH	pH	6,5 - 8,4 mg/L
Cyanursäure	CyA	20 - 120 mg/L
Gesamtalkalität	TA	5 -300 mg/L
Calciumhärte	CaH	50 - 500 mg/L
Aktivsauerstoff	O ₂ Act.	0,2 - 10 mg/L
Kupfer	Cu	0,1 - 5 mg/L
Phosphat	PO ₄	0,06 - 3 mg/L


Messbereiche für sicheres Schwimmen* (grünes Licht)	Tablettenreagenzien
0,3 - 4 mg/L	DPD No.1
0,3 - 4,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
0 - 0,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
1,5 - 8,5 mg/L	DPD No.1
6,8 - 7,6 mg/L	Phenol Red Photometer
30 - 50 mg/L	CyA-Test
50 -150 mg/L	Alka-M-Photometer
175 - 400 mg/L	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2
3 - 8 mg/L	DPD No.4 <i>Evo</i>
0,05 - 0,3 mg/L	Copper No.1
0,06 - 0,25 mg/L	Phosphate No.1 LR + Phosphate No.2 LR

* Dies sind weltweit akzeptierte Messbereiche für sicheres Schwimmen.

Bei der individuellen Kontrolle von Schwimmbecken sollten die Benutzer stets die lokalen Richtlinien oder die Empfehlungen ihrer Chemikalienlieferanten befolgen.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Scuba3s. Sie sind Besitzer eines hochmodernen Smart-Pooltesters zur Analyse der Poolwasserqualität mit neuester Technologie.

1. Batteriewechsel: Hinweise/Vorsicht



- Verwenden Sie ausschließlich nicht wiederaufladbare Batterien, wie in den technischen Daten angegeben.
- Das Gerät muss vor dem Öffnen des Batteriefachs trocken sein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität der Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung nach dem Batteriewechsel dicht verschraubt ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Messdaten übertragen, bevor Sie die Batterien austauschen.

2. Wichtige Informationen für Verbraucher in der EU



Entsorgungshinweise für Batterien und Akkus. Die EG-Richtlinie 2006/66/CE verpflichtet die Nutzer zur Rückgabe aller verbrauchten und abgenutzten

Batterien und Akkumulatoren. Sie dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Möglicherweise verfügt Ihre Gemeinde über eine Entsorgungseinrichtung; alternativ können Sie sie in jedem Fachgeschäft, das Batterien und Akkumulatoren verkauft, abgeben. Sie können die Batterien und Akkus auch an das Unternehmen zurückgeben, von dem Sie die Batterien und Akkus erhalten haben; das Unternehmen ist verpflichtet, sie anzunehmen.



Entsorgung von Elektrogeräten

Aufgrund der europäischen Richtlinie 2012/19/EU darf Ihr Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Die Tintometer GmbH entsorgt Ihr Elektrogerät fachgerecht und umweltschonend. Dieser Service ist, abgesehen von den Transportkosten,

kostenlos. Schicken Sie Ihre elektrischen Tintometer-Geräte zur Entsorgung frachtfrei an Ihren Lieferanten.



3. Wichtige Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die Hinweise vor der Verwendung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den sicheren Gebrauch des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich vor dem Gebrauch mit dem Produkt vertraut.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Gerät ist ein batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung von gelösten Stoffen im Wasser für nichtkommerzielle Anwendungen. Das Gerät und die Reagenzien sind ausschließlich für die chemische Wasseruntersuchung und -analyse bestimmt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Für den Gebrauch innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Geeignet zur Benutzung in nasser Umgebung.



Vorsicht

Potenziell schädlich, wenn die Reagenzien verschluckt werden. Nicht verschlucken! Bewahren Sie die Reagenzien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Giftnotrufzentrale: www.lovibond.com -> Kontakt

Voraussetzungen für den sicheren Gebrauch

Beachten Sie folgende Punkte für den sicheren Gebrauch:

- Wird das Gerät in einer vom Hersteller nicht vorgesehenen Weise verwendet, kann der durch das Gerät gewährleistete Schutz beeinträchtigt werden.
- Das Produkt darf nur unter den in dieser Gebrauchsanweisung genannten Umfeldbedingungen verwendet werden.
- Das Gehäuse des Produkts darf nicht geöffnet oder verändert werden.

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn:

- es sichtbar beschädigt ist (z. B. nach einem Transport)
- es über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen (Umgebungsbedingungen, siehe "Technische Daten") gelagert wurde.


4. Leitlinien für photometrische Messungen

- Verwenden Sie nur Blistertabletten mit schwarzem Aufdruck.
- Geben Sie die Reagenztabletten immer direkt aus der Schutzfolie in die Wasserprobe, ohne sie mit den Fingern zu berühren.
- Verschließen Sie den blauen Deckel auf der Probenkammer, bevor Sie den Nullabgleich vornehmen.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Probenkammer, der Deckel und der Rührstab gründlich gespült werden, wenn Sie von einem Test zum anderen übergehen.

Wartungsrichtlinien

- Halten Sie das Gerät in einem sauberen Zustand.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Bürsten zur Reinigung des Gerätes. Reinigen Sie die Probenkammer mit einem weichen Tuch.
- Trocknen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird, und lagern Sie es unter den beschriebenen angemessenen Umgebungsbedingungen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus und schließen Sie den Batteriedeckel nicht, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

5. Übersicht des Gerätes



Up-Taste

Kurzes Drücken: Nach oben scrollen
Langes Drücken (3s): Einstellungs Menü

Back-Taste

Kurzes Drücken:
Zurückgehen
Langer Druck (3s):
Hintergrundbeleuchtung ein/aus



Test-Taste


Kurzes Drücken:
Test/Zero
o. Auswählen/
Bestätigung
Langer Druck (3s):
Keine Funktion

Down-Taste

Kurzes Drücken: Einschalten o. nach unten scrollen
Langes Drücken (3s): Ausschalten

6. Durchführung einer Messung:

6.1 Einschalten:



Drücken Sie die **Down**-Taste kurz.
Drücken Sie die **Down**-Taste für 3 Sekunden zum Ausschalten.
Hinweis: Nach 5 Minuten Nicht-Verwendung schaltet sich Scuba3s automatisch aus.


6.2 Parameter auswählen:



Wählen Sie den Parameter mit der **Test**-Taste aus oder scrollen Sie nach oben und unten, um einen anderen Parameter zu wählen.

Nach der Parameterauswahl wird auf dem Bildschirm „Nullabgleich“ angezeigt.


6.3 Probe nehmen:



Zur Entnahme der Probe tauchen Sie Scuba3s mehrmals in das Schwimmbadwasser ein.

Stellen Sie sicher, dass die Messkammer vollständig gefüllt ist.

6.4 Messkammer abdecken



Decken Sie die Messkammer mit der Kappe ab.

Stellen Sie sicher, dass die Messkammer fest verschlossen ist.

6.5 Nullabgleich




Drücken Sie die **Test**-Taste, um den Nullabgleich durchzuführen.

Nach der Messung wechselt das Symbol der leeren Küvette zu einer vollen Küvette (links unten im Display).

Notiz: Bei dem Nullabgleich wird ein Bezugspunkt festgelegt, indem der Einfluss von Messkammer und Probe eliminiert wird. Daher ist es erforderlich, vor jeder Testmessung einen Nullabgleich durchzuführen.


6.6 Tablette zugeben



Geben Sie die Reagenztablette direkt aus der Blisterfolie in die Messkammer. Drücken Sie dafür auf die Oberseite der Blisterfolie (s. Abb.).

Hinweis: In der "Parameterliste" finden Sie das zugehörige Reagenz für Ihre gewünschte Messung.

6.7 Tablette auflösen



Benutzen Sie den in der Scuba3s Box enthaltenen Rührstab, um die Tablette zu zerstoßen und aufzulösen.

Stellen Sie sicher, dass die Tablette vollständig aufgelöst ist.

6.8 Test durchführen



Verschließen Sie die Kammer mit der Kappe, schwenken Sie das Gerät ca. 15 Sek. hin und her, nicht schütteln. Drücken Sie die **Test**-Taste, um den Test durchzuführen.

Einige Parameter wie z.B. Cl Comb erfordern zwei Tests, in diesem Fall folgt der zweite Test direkt auf den ersten Test.

6.9 Reaktions-Timer




- 1) Cl F, Br, TA, CyA, pH: **Kein Timer**
- 2) Cl T, O₂ Act., CaH, Cu: **2 Minuten**
- 3) PO₄: **10 Minuten**

Ggf. startet ein automatischer Countdown. Nach diesem wird die Messung durchgeführt.

Notiz: Das Scuba3s besitzt einen integrierten Timer, der die Einhaltung der Reaktionszeit zwischen Reagenz und Wasserprobe gewährleistet

Mit dem erneuten Drücken der **Test**-Taste, überspringen Sie den Timer, was jedoch nicht empfohlen wird.

6.10 Ergebnisse



Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert.

Die Ergebnisse einiger Parameter können durch Drücken der **Up**-Taste in eine andere Form (z.B. PO₄ nach

P) umgerechnet werden.

Im Falle von Cl Comb. drücken Sie die **Up-/Down**-Taste, um die Ergebnisse von Cl F oder Cl T anzuzeigen.

Das Gerät zeigt die Ergebnisse mit grüner und roter Hintergrund-beleuchtung an, um anzuzeigen, ob das Wasser zum Schwimmen geeignet ist oder nicht.

	Anzeige des weltweit akzeptierten Messbereichs für sicheres Schwimmen.
	Anzeige eines zu niedrigen oder zu hohen Messbereichs für sicheres Schwimmen.
	über dem Messbereich (Wert ist zu hoch). Drücken Sie die Test -Taste zur Bestätigung und gehen Sie zurück.
	unter dem Messbereich (Wert ist zu niedrig). Drücken Sie die Test -Taste zur Bestätigung und gehen Sie zurück.


Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Richtlinien und die Empfehlungen Ihres Chemikalienlieferanten, um die idealen Konzentrationen für Ihr Schwimmbecken zu kennen.

7. Einstellung Einstellung-Menü



- Im Home-Menü drücken Sie die **Up**-Taste für 3 Sekunden, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
- Scrollen Sie durch die Liste mit der **Up-/ Down**-Taste, um verschiedene Einstellungsoptionen zu sehen.
- Drücken Sie die **Test**-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


7.1 Ergebnisse



- Die letzten Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Scrollen Sie nach oben oder unten, um die nächsten Ergebnisse zu sehen.


- Drücken Sie die **Back**-Taste, um zum Haupt-Einstellungsmenü zurückzukehren.

7.2 Ergebnisse übertragen




- Das Gerät zeigt NFC neben dem Batterie-symbol an.
- Folgen Sie den Anweisungen der Lovibond® PoolAssistant App, um Daten zu übertragen.
- **Hinweis:** Alle Datensätze werden aus dem Speicher übertragen.

7.3 Ergebnisse löschen



- Drücken Sie die **Test**-Taste, um die Option "Daten löschen" auszuwählen.
- Bestätigen Sie durch erneutes drücken der **Test**-Taste.
- Alle Ergebnisse werden gelöscht.
- **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ergebnisse übertragen, bevor Sie sie löschen.

7.4 Datum einstellen



- Drücken Sie die **Test**-Taste, um die Datumseinstellung auszuwählen.
- Scrollen Sie nach oben oder unten, um andere Datumsformate zu sehen, oder drücken Sie die **Test**-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die **Up-/ Down**-Taste, um den Wert zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie die **Test**-Taste, um den Wert zu bestätigen und zum nächsten Eintrag zu springen.
- Wenn der Pfeil auf dem letzten Eintrag steht, drücken Sie die **Test**-Taste, um das Datum zu speichern.

7.5 Einstellung Uhrzeit



- Drücken Sie die **Test**-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die **Up-/ Down**-Taste, um den Wert zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie die **Test**-Taste, um zu bestätigen und zum nächsten Eintrag zu springen.
- Wenn der Pfeil auf dem letzten Eintrag steht, drücken Sie die **Test**-Taste, um die Uhrzeit zu speichern.

7.6 Fehlermeldungen



- E1 - unzureichende Lichtstärke am Detektor
- E2 - Berechnungsfehler
- E4 - ungültige Kalibrierung
- E7 - Methode kann nicht gefunden werden

8. Technischen Daten:

Optik:	Spektrometrischer Sensor, Multiwellenlänge
Wellenlänge:	Multiwellenlänge
Display:	LCD-PunktmatrixmitHintergrund- beleuchtung
Schnittstelle:	NFC (Near Field Communication)
App-Konnektivität:	Lovibond®-PoolAssistant
Speicher:	100 Datensätze
Stromversorgung:	2 x AA Batterien (Mignon AA/LR6) 3V DC / 55mA
Lebensdauer der Batterie:	5000 Messungen
Auto – Off:	5 Minuten
Schutzklasse:	IPX7 nach DIN EN 60529
Konformität:	CE, UKCA
Gewährleistung:	2 Jahre
Umgebungsbedingungen:	
Temperatur:	10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	30 - 95 %

Verschmutzungsgrad:	2
Maximale Höhe über Normalhöhennull:	3500 m

9. Lieferumfang:

- 1 x Scuba 3s im robusten Kunststoffkoffer mit Aufhänger
- 2 x AA Batterien
- 1 Rührstab
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Blauer Deckel

Reagenzien:

- 20 x DPD No.1 Tabletten
- 10 x DPD No.3 *Evo* Tabletten
- 20 x Phenol Red Photometer Tabletten
- 10 x Alka-M-Photometer Tabletten
- 10 x CyA-Test Tabletten
- 10 x Calcio-H No.1 Tabletten
- 10 x Calcio-H No.2 Tabletten

10. Liste von Zubehör & Reagenzien:

- 525620 - Nachfüllpack Cl_2 -pH
- 525621 - Nachfüllpack Cl_2 -pH-Alka-m-CyA
- 525652 - Nachfüllpack Calciumhärte
- 525651 - Nachfüllpack Aktivsauerstoff
- 525653 - Nachfüllpack Kupfer
- 525654 - Nachfüllpack Phosphat
- 364107 – Rührstab
- 364140 - Rührstab 10er Pack
- 19802218 – Blauer Deckel

Liste des paramètres

Nom du paramètre	Nom du test affiché	Plage de mesure
Chlore libre	Cl F	0,1 - 6 mg/L
Chlore total	Cl T	0,1 - 6 mg/L
Chlore combiné	Cl Comb.	0,1 - 6 mg/L
Brome	Br	0,2 - 13,5 mg/L
pH	pH	6,5 - 8,4 mg/L
Acide cyanurique	CyA	20 - 120 mg/L
Alcalinité totale	TA	5 -300 mg/L
Dureté calcique	CaH	50 - 500 mg/L
Oxygène actif	O ₂ Act.	0,2 - 10 mg/L
Cuivre	Cu	0,1 - 5 mg/L
Phosphate	PO ₄	0,06 - 3 mg/L


Plage pour des conditions de natation sûres* (feu vert)	Réactifs nécessaires
0,3 - 4 mg/L	DPD No.1
0,3 - 4,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
0 - 0,5 mg/L	DPD No.1 + DPD No.3 <i>Evo</i>
1,5 - 8,5 mg/L	DPD No.1
6,8 - 7,6 mg/L	Phenol Red Photometer
30 - 50 mg/L	CyA-Test
50 -150 mg/L	Alka-M-Photometer
175 - 400 mg/L	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2
3 - 8 mg/L	DPD No.4 <i>Evo</i>
0,05 - 0,3 mg/L	Copper No.1
0,06 - 0,25 mg/L	Phosphate No.1 LR + Phosphate No.2 LR

*** Il s'agit de plages de mesure considérées globalement comme sûres pour la baignade.**

Pour le contrôle des piscines individuelles, les utilisateurs doivent toujours suivre les réglementations locales ou les recommandations de leurs fournisseurs de produits chimiques.

Félicitations pour votre achat du Scuba3s. Vous êtes propriétaire d'un testeur de piscine intelligent de dernière génération pour l'analyse de la qualité de l'eau de piscine avec la technologie la plus récente.

1. Remplacement de la batterie : Notes / Attention



- N'utilisez que des piles non rechargeables, comme spécifié dans les données techniques.
- L'instrument doit être sec avant d'ouvrir le compartiment des piles.
- Lors de l'insertion des piles, veillez à respecter la polarité des piles.
- Assurez-vous que le couvercle est bien vissé après le remplacement des piles.
- Veillez à transférer les données de mesure avant de remplacer les piles.

2. Informations importantes pour les consommateurs de l'UE



Instructions pour l'élimination des piles et des accumulateurs La directive européenne 2006/66/CE exige que les utilisateurs retournent toutes les piles et tous les accumulateurs usagés ou hors d'usage. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les autorités locales peuvent disposer d'une installation de traitement des déchets ; vous pouvez également les déposer dans n'importe quel magasin vendant des piles et des accumulateurs. Vous pouvez également les rapporter à l'entreprise qui vous les a fournis ; celle-ci est tenue de les accepter.



Mise au rebut des équipements électriques

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU, votre appareil électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ! Tintometer GmbH s'engage à éliminer votre appareil électrique d'une manière professionnelle et respectueuse de l'environnement. Ce service, Ce service est gratuit, à l'exception des frais de transport. Envoyez vos instruments

électriques Tintometer à votre fournisseur pour qu'il les mette au rebut en port payé.



3. Instructions de sécurité importantes : Lire les instructions avant utilisation

Ce manuel fournit des informations importantes sur l'utilisation en toute sécurité du produit. Veuillez le lire attentivement et vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.

Utilisation prévue:

Cet instrument est un appareil de mesure fonctionnant sur piles qui permet de déterminer les matières dissoutes dans l'eau pour des applications non commerciales. L'instrument et les réactifs sont destinés à l'analyse chimique de l'eau et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Convient aux environnements humides.



Attention

Les réactifs sont potentiellement nocifs s'ils sont utilisés dans un environnement humide. Les réactifs sont potentiellement dangereux en cas d'ingestion. Ne pas avaler ! Tenir les réactifs hors de portée des enfants. Contact pour le centre antipoison : www.lovibond.com

Exigences pour une utilisation en toute sécurité

Notez les points suivants pour une utilisation en toute sécurité :

- Si le produit est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être compromise.
- Le produit ne doit être utilisé que dans les conditions ambiantes mentionnées dans ce mode d'emploi.
- Le boîtier du produit ne doit pas être laissé ouvert ou modifié

Le produit ne doit pas être utilisé si :

- Il est visiblement endommagé (par exemple après avoir été transporté)
- Il a été stocké dans des conditions défavorables pendant une longue période (conditions ambiantes, voir „Caractéristiques techniques“).

4. Directives pour les mesures photométriques

- N'utiliser que des pastilles blister imprimées en noir.
- Toujours ajouter les pastilles de réactif à l'échantillon d'eau directement à partir de l'emballage, sans les toucher avec les doigts.
- Fermez hermétiquement le couvercle bleu de la chambre à échantillon avant de procéder à la mise à zéro ou à la lecture.
- Veillez toujours à ce que la chambre à échantillon, le couvercle et le barreau d'agitation soient soigneusement rincés lorsque vous passez d'un test à l'autre.

Conseils d'entretien


- Maintenez l'instrument en bon état de propreté.
- Ne pas utiliser de solvants, de matériaux abrasifs ou de brosses pour nettoyer l'instrument. Nettoyez la chambre à échantillon à l'aide d'un tissu doux.
- Séchez l'instrument lorsqu'il n'est pas utilisé et conservez-le dans les conditions ambiantes recommandées.
- Retirez les piles et ne fermez pas le couvercle des piles si l'instrument est stocké pendant une période prolongée.

5. Conseils d'entretien

Capuchon en caoutchouc pour éviter les interférences de la lumière du soleil

Écran rétroéclairé avec icônes et animations

Clavier simple à double



Flacon intégré

Boîtier étanche

Transfert de données sans fil via NFC

Touche Haut

Appui court : activation/défilement vers le haut

Appui long (3s): éteindre

Touche Retour

Appui court:
retour en arrière

Appui long (3s):
Activation/désactivation du rétroéclairage



Touche de Test

Appui court :
test/zéro ou entrée/
confirmation

Appui long (3s):
pas de fonction


Touche Bas

Appui court: activation/défilement vers le bas

Appui long (3s): désactivat

6. Procédure générale de mesure:

6.1 Allumer le Scuba3s:



Lorsqu'il n'est pas utilisé, Scuba3s s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.


Pour l'éteindre manuellement, appuyez sur la touche **Haut** pendant 3 secondes.

6.2 Sélection des paramètres:



Sélectionnez le paramètre à l'écran à l'aide de la touche **Test** ou faites défiler vers le haut et vers le bas pour sélectionner n'importe quel autre paramètre. Après la sélection du paramètre, le Scuba3s affiche l'écran „Mesure du zéro”.


6.3 Prélever un échantillon:



Prélevez l'échantillon en plongeant plusieurs fois le Scuba3s dans l'eau de la piscine.

Assurez-vous que la chambre à échantillon est complètement remplie.

6.4 Couvrir la chambre de mesure



Couvrir la chambre de mesure avec le bouchon en caoutchouc.


S'assurer que la chambre est bien fermée.

6.5 Exécuter zéro



La mesure du zéro établit un point de référence en éliminant l'influence de la chambre de mesure et de l'échantillon. Appuyer sur la touche **Test** pour effectuer le zéro. Une fois la mesure terminée, l'icône sur le côté gauche de l'écran passe de la cuvette vide à la cuvette pleine.


6.6 Ajouter une tablette



Ajouter le réactif en comprimé directement à partir du blister en appuyant sur le haut du blister comme indiqué sur l'image.

Se référer à la liste des paramètres sur la première page pour choisir les réactifs appropriés pour chaque test.

6.7 Dissoudre le comprimé



Utilisez le bâton d'agitation fourni dans la boîte Scuba3s pour écraser et dissoudre le comprimé.

Assurez-vous que le comprimé est complètement dissous.

6.8 Exécuter le test



Fermez la chambre avec le bouchon en caoutchouc et appuyez sur la touche **Test** pour effectuer le test.

Certains paramètres tels que Cl Comb. nécessitent deux tests, dans ce cas le deuxième test suivra immédiatement le premier.

6.9 Minuteries de réaction



1) Cl F, Br, TA, CyA, pH:

Pas de minuterie

2) Cl T, O₂ Act., CaH,

Cu: **2 minuteries**


3) PO₄: **10 minuteries**

Le Scuba3s est doté de minuteries intégrées qui garantissent que le temps de réaction entre le réactif et l'échantillon d'eau est respecté et que la couleur est pleinement développée.

Les comptes à rebours démarrent automatiquement et, lorsqu'ils sont terminés, la mesure a lieu.

Vous pouvez sauter le compte à rebours en appuyant à nouveau sur la touche **Test**, mais cela n'est pas recommandé.

6.10 Résultats



Les résultats sont sauvegardés automatiquement.

Vous pouvez modifier la forme chimique de certains paramètres (par exemple PO₄ en P)

en appuyant sur le bouton Haut lorsque les résultats sont affichés. Dans le cas de CI Comb., appuyez sur la touche **Haut /Bas** pour voir les résultats de CI F ou CI T.

	Rétro-éclairage vert = Indication de mesure globalement acceptée pour une baignade en toute sécurité.
	Rétro-éclairage rouge = Indication d'une plage de mesure trop basse ou trop haute pour une baignade en toute sécurité.
	Over range (valeur trop élevée) . Appuyez sur la touche Test pour confirmer et revenir en arrière.
	Sous la plage (la valeur est trop faible pour être détectée). Appuyer sur la touche Test pour confirmer et revenir en arrière.

Attention : Veuillez suivre les réglementations locales et les recommandations fournies par vos fournisseurs de produits chimiques pour connaître les concentrations idéales pour votre piscine.

7. Réglages

Menu des réglages de Scuba3s



- Dans le menu d'accueil, appuyez sur la touche **Haut** pendant 3 secondes pour accéder au menu des réglages.
- Faites défiler la liste pour voir les différentes options de réglage.
- Appuyez sur la touche **Test** pour accéder au sous-menu.


7.1 Résultats



- Les derniers résultats s'affichent à l'écran.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour voir les résultats suivants.

- Appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu principal des paramètres.

7.2 Résultats des transferts




- L'appareil affiche NFC à côté de l'icône de la batterie.
- Suivez les instructions de l'application Lovibond® PoolAssistant pour recevoir les données.
- **Remarque:** tous les ensembles de données sont transférés à partir de la mémoire.

7.3 Supprimer les résultats



- Appuyez sur la touche **Test** pour sélectionner l'option de suppression des données.
- Appuyez à nouveau sur la touche Test pour confirmer l'action.
- Tous les résultats seront effacés.
- **Remarque:** Veillez à transférer tous résultats avant de les supprimer.

7.4 Réglage de la date



- Appuyez sur la touche **Test** pour sélectionner le réglage de la date.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour voir les autres formats de date ou appuyez sur la touche **Test** pour confirmer.
- Appuyez sur la touche **Haut ou Bas** pour augmenter/diminuer la valeur.
- Appuyez sur la touche **Test** pour confirmer la valeur et passer à l'entrée suivante.
- Lorsque la flèche se trouve sur la dernière entrée, appuyez sur la touche **Test** pour enregistrer la date.

7.5 Réglage de l'heure



- Appuyer sur la touche **Test** pour sélectionner le réglage de l'heure.
- Appuyez sur la touche **Haut ou Bas** pour augmenter/diminuer la valeur.
- Appuyer sur la touche **Test** pour confirmer et passer à l'entrée suivante.
- Lorsque la flèche se trouve sur la dernière entrée, appuyez sur la touche **Test** pour enregistrer le temps.

7.6 Codes d'erreur



- E1 - Indique une lumière insuffisante sur le détecteur
- E2 - Indique une erreur de calcul
- E4 - Indique un étalonnage non valide
- E7 - Indique que la méthode n'a pas été trouvée.

8. Données techniques :

Optique :	LED blanche, capteur optique, multicanal avec diffuseur
Longueur d'onde :	Multi
Affichage :	LCD Matrice de points avec rétro-éclairage
Interface :	NFC (Near Field Communication)
Connectivité App :	Lovibond®-PoolAssistant
Mémoire :	100 ensembles de données
Alimentation :	2 x AA piles (Mignon AA/LR6) 3V DC / 55mA
Durée de vie de la batterie :	5000 mesures
Auto – Off:	5 minutes
Classe de protection :	IIPX7 selon la norme DIN EN 60529
Konformität:	CE, UKCA
Conformité :	2 ans
Conditions ambiantes	
Température :	10 - 50 °C

Humidité :	30 - 95 %
Degré de pollution :	2
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer:	3500 m

9. Contenu de la livraison :

- 1 x Scuba 3s dans un étui plastique robuste avec cintre
- 2 piles AA
- 1 agitateur
- 1 manuel d'instruction
- 1 couvercle bleu

Reagenzien:

- 20 x DPD No.1 comprimés
- 10 x DPD No.3 *Evo comprimés*
- 20 x Phenol Red Photometer comprimés
- 10 x Alka-M-Photometer comprimés
- 10 x CyA-Test comprimés
- 10 x Calcio-H No.1 comprimés
- 10 x Calcio-H No.2 comprimés

10. Liste des accessoires et des réactifs :

- 525620 - Recharge Cl-pH
- 525621 - Recharge Cl-pH-Alka-CyA
- 525652 - Recharge Dureté Calcique
- 525651 - Recharge Oxygène actif
- 525653 - Recharge Cuivre
- 525654 - Recharge Phosphate
- 19802218 - Couvercle bleu
- 364107 - Agitateur
- 364140 - Agitateur paquet de 10

Lovibond® PoolAssistant



Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing

Schleefstraße 8-12

D-44287 Dortmund

Tel.: +49(0)231-94510-0

Technical changes without notice

Printed in Germany 06/24

Update: www.lovibond.com

No.: 00387976-1